

ДОКЛАД

от

дейността на комисия, назначена със Заповед № 379/18.05.2015г.,
за провеждане на договаряне в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"

Днес 28.01.2015 г на основание заповед № 379/18.05.2015 г на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, в кабинета на икономист обществени поръчки при МБАЛ „Д-р Тота Венков“ АД от 10:00 часа, заседава комисия за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"
в следния състав:

Присъстваха следните членове на комисията:

Председател: д-р Лъчезал Смилов – Лекар в кардиологично отделение

Членове: 1. Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки

2. адв. Николай Миланов

3. д-р Мария Ганчева – ЗДМД

4. м.с. Галя Петрова – Кардиологично отделение

Покани за участие в обществената поръчка, бяха изпратени до следните фирми:

- „Новимед ООД
- Емония Фарматех България ЕООД
- Вега Медикал ООД

В определения от Възложителя срок оферти за участие подаде една фирма описана по реда на нейното постъпване както следва:

1. Вх. № 1/15.05.2015 г 09:20 ч – участник „Новимед” ООД

След отваряне, разглеждане и проверка изправността на подадените от кандидата документи за участие в процедурата отразени в протокол № 1/18.05.2015 и на основание чл.92а от ЗОП и съответните изисквания на възложителя, проведе договаряне с поканеният участник в процедурата на договаряне. Направените предложения и постигнатите договорености са отразени в опротокол №1, подписан от комисията и от участника.

На основание чл.92а от ЗОП комисията предлага следното класиране на участника по позиции както следва:

Класиране:

Обособена позиция № 4 - Балон катетър за коронарна ангиопластика при Тотални оклузии.Материал на балона – Ребах.Външен диаметър на върха – 0.016".Nominal Pressure 6 atm, RBP – 14 atm.Покритие: Hydro-x / върха; Invio / водач.Размери- Диаметър: 1,00/4,00мм, Дължина 5-30 мм.

1 място Фирма „Новимед”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Манастирски ливадиБ, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2 с предложена ед. Цена 216,00 лв с вкл. ДДС

Мотиви: Предложената от участника оферта е с на-ниска цена

Обособена позиция № 5 - РТСА балон-катетър за лечение на широк спектър от комплексни лезии като бифуркации и тежки стенози. Скосен връх и възможност за предаване на въртящ момент по цялата дължина на върха. Диаметър: 1.5/2.0/2.5/3.0 mm; Дължина: 4.0/8.0/12.0 mm

1 място Фирма „Новимед“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Манастирски ливадиБ, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2 с предложена ед. Цена 216,00 лв с вкл. ДДС
Мотиви: Предложената от участника оферта е с на-ниска цена

Обособена позиция № 6- Бифуркационна стент-система. Материал: Кобалт-хром; Маркери: Платина/Иридий; Дебелина на стратове: 0.0033"; Дължина: 19 / 18 mm. Диаметър (SideBranch – Main Branch): 2.5-2.5/2.5-3.0/2.5-3.5/3.0-3.5/3.5- 4.0 mm; Катетър: 5F; Nominal Pressure: 8/10 atm; RBP: 14 atm. Основен клон: 8 mm; Преход: 4,5 mm; Страничен клон: 6,5 mm;

1 място Фирма „Новимед“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Манастирски ливадиБ, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2 с предложена ед. Цена 1200,00 лв с вкл. ДДС
Мотиви: Предложената от участника оферта е с на-ниска цена

Обособена позиция № 7 - Кобалт-Хромов коронарен стент Двойна хеликоидална структура. Позволява достъп до страничен клон до 4,5 мм. Дебелина на стратове 0.032". Профил на преминаване 0.038". Recoil <5%, Проксимален shaft – hypotube, NBP – 9atm., RBP – 16 atm. Размери- Диаметър: 2,5/4,00мм, Дължина: 9/33мм.

1 място Фирма „Новимед“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Манастирски ливадиБ, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2 с предложена ед. Цена 480,00 лв с вкл. ДДС
Мотиви: Предложената от участника оферта е с на-ниска цена

Обособена позиция № 8 - Био-Инженерен стент с двойна терапия, покритие - аблуминално сирулимус с антипролиферативен ефект и луминално Антитела CD34/ Разграждане на полимера / Lactide glycolide block copolymer/ до 3 месеца Размери- Диаметър: 2,5/4,00мм, Дължина: 9/33мм.

1 място Фирма „Новимед“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Манастирски ливадиБ, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2 с предложена ед. Цена 920,00 лв с вкл. ДДС
Мотиви: Предложената от участника оферта е с на-ниска цена

Обособена позиция № 10 - Спирателно кранче с ротатор Male-Female Rotating Adapter /мъжско-женско/ Ротационен адаптер.

1 място Фирма „Новимед“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Манастирски ливадиБ, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2 с предложена ед. Цена 6,00 лв с вкл. ДДС
Мотиви: Предложената от участника оферта е с на-ниска цена

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител и сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" с участника, класиран на първо място за съответните позиции.

Комисията предлага на Възложителя на основание чл.39, ал.1 т.1 от ЗОП да прекрати частично процедурата за следните обособени позиции:

Ном.№	Наименование	М. е./Лек.ф-ма	Колич.
-------	--------------	----------------	--------

1	Водач - РТСА, 0.014" 180/300cm. Дистална сърцевина - неръждаема стомана, хидрофобно покритие с дистален силиконов участък, наличие на биметален безпреходен спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm. Връх - 0.5g.	бр.	10
2	Водач - РТСА, 0.014" 180/300cm. Дистална сърцевина - неръждаема стомана, хидрофобно покритие с дистален силиконов участък, наличие на биметален безпреходен спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха. Дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm. Връх - 0.7g.	бр.	10
3	Хидрофилен водач за хронични оклузии, подходящ и за ретрограден достъп. Дистална сърцевина от неръждаема стомана. Цялостно полимерно покритие с хидрофилно покритие. Наличие на биметален безпреходен спираловиден сегмент. Core-to-tip дизайн на върха. Дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm. Връх - 1.0g.	бр.	10
9	Балон за контрапулсация съвместим с интрааортна помпа Datascore. Размери Fr 7.5. Обем на балона от 25cc до 50cc. Дължина от 174mm до 269mm. Диаметър от 14.7mm до 16.3mm.	бр.	3
11	Перфузионен катетър за първична ангиопластика с Dotter ефект позволяващ реканализация на артерията без фрегментация на тромба с профил от 0.017-1.45mm. Диаметър на проксималния shaft 2.3F. Диаметър на дисталния shaft 4.35F. Дължина 138-140cm	бр.	5

Мотиви: За описаните по-горе обособени позиции не е подадена нито една оферта.

Настоящият доклад, заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата се предава на Възложителя на 19.05.2015 за вземане на Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП.

Приложение:

1. Протокол от отваряне на офертите и проверка изправността на приложените документи постигнатите договорености с фирмите участника в процедурата – 1 бр.

Комисия:

Председател:

/ д-р Лъчезал Смилов – Лекар в кардиологично отделение/

Членове:

1.

/Адв. Николай Миланов/

2.

/ Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки/

3.....

/д-р Мария Ганчева – ЗДМД/

4.....

/ м.с. Галя Петрова – Кардиологично отделение/

Приел:

.....

/д-р Нели Иванова Савчева – Изпълнителен директор/

Дата на приемане: