

Изх№ 1389/03.09.17

ДО:

Всички заинтересовани лица за участие в **открита процедура** по реда на ЗОП с предмет :  
„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило запитване на основание чл.33 от ЗОП отстрана на заинтересовано лице за позиции № 26.1; 26.10; 26.12; 26.21 и 26.43 Набори за серологична и вирусологична диагностика и програмния продукт, правим следните разяснение по процедурата:

*Въпрос №1 По програмата за нанасяне на данни Offer 553 –техническо и ценово предложение, при принтиране на данните ,не се появява колона 10 – на производителя на изделието. Как да оцедираме в този случай?*

Отговор: Възложителят е направил съответните настройки и корекции на програмния продукт с цел отпечатване на колона производител. Същият програмен продукт е качен на сайта на болницата в съответното досие на адрес : <http://zop.mbalgabrovo.com/auction/189/> - коригиран програмен продукт

*Въпрос №2” Изисквате , участникът да предостави мостри по позиции :26.1 ;26.10 ;26.12 ,за които се изисква температурен режим на транспорт и съхранение ,няма и възможност да се предоставят единични бройки, тъй като китовете са тип ELISA за диагностика на хепатити и се състоят от 96 ямкови плаки , и не е възможно разделянето им. Същевременно, ако Ви изпратим цялата плака от кита и Вие изработите няколко теста,останалите разтвори и ямки няма да могат да бъдат използвани от нас,тъй като кита ще се контаминира.“*

Отговор: В предвид температурния режим на транспорт и съхранение на китове от тип ISA за диагностика на хепатити, отпада изискването за предоставяне на мостри по позиции : № 26.1; 26.10; 26.12; 26.21 и 26.43. Достатъчно е предоставяне на снимка опаковката на реактива и/или каталог/брошура на изделието.

Дата: 03.09.2017 г.

Д-р Нели Иванова Савчева  
Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота  
Венкова” АД, гр. Габрово

