

Протокол № 1 /20.04.2015г.

Днес, 20.04.2015 г. в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” Ад – гр. Габрово, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 274/02.04.2015г. на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” Ад – Габрово, имаща за задача да разгледа, оцени и класира предложенията подадени за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8А от ЗОП с предмет : „ Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизно обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ Ад открита и регистрирана в АОП с № 9040494/09.04.2015г.

Заседанието започна в 10:00 ч.

Присъстваха следните членове на комисията:

- Членове:
1. д-р Дияна Тодорова – Лекар клинична лаборатория
 2. инж. Ваня Шопова – Инженер медицинска апаратура
 3. Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки

Комисията започна работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите след получаване от Възложителя на списъка с участниците и представените оферти. Видно от представения списък, в срока, определен в обявлението за подаване на офертата /17.04.2015г., 16:00 ч./ са подадени 4/ четири/ предложение както следва:

1. Вх. № 1/15.04.2015 г 11:30 ч – участник „Медицинска Техника Инженеринг” ООД
2. Вх. № 2/17.04.2015 г 09:00 ч– участник „Елпак Лизинг” ЕООД
3. Вх. №3/17.04.2015 г 10:00ч – участник „АПР” ООД
4. Вх. № 4/17.04.2015 г 10:20 ч – участник „Перфект Медика” ООД

В обявеното време за отваряне на офертите не се яви представители на фирмите участници, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извърши отварянето на офертите.

Всички членове на комисията попълниха декларации по чл.35, ал.1 от ЗОП.

Комисията пристъпи към:

I. Отваряне на офертите по реда на постъпването им и обявяване на ценовите предложения:

Участник № 1: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.28Б /ул. Димитър Моллов/ е представил офертата в запечатан плик. След това се пристъпи към отваряне на офертата. Комисията констатира, че се съдържат три отделни плика. Участникът е подал оферта за обособена позиция №1. Комисията оповести документите които се съдържат в офертата и съобщи ценовото и техническото предложение на участника и ги подписа.

Участник № 2: „Елпак Лизинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Д-р Иван Богоров № 12 е представил офертата в запечатан плик. След това се пристъпи към отваряне на офертата. Комисията констатира, че се съдържат една папка с документи за подбор, техническо предложение и Предлагана цена. Участникът е подал оферта за обособена позиция

№3. Комисията оповести документите които се съдържат в офертата и събщи ценовото и техническото предложение на участника и ги подписа.

Участник № 3: участник „АПР“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Пчела 6 е представил офертата в запечатан плик. След това се пристъпи към отваряне на офертата. Комисията констатира, че се съдържат три отделни плика. Участникът е подал оферта за обособена позиция №2 и 3. Комисията оповести документите които се съдържат в офертата и събщи ценовото и техническото предложение на участника и ги подписа.

Участник № 4: „Перфект Медика“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Новозагорско шосе блок 1 е представил офертата в запечатан плик. След това се пристъпи към отваряне на офертата. Комисията констатира, че се съдържат една папка с документи за подбор, техническо предложение и Предлагана цена. Участникът е подал оферта за обособена позиция №1 ,2, 3. Комисията оповести документите които се съдържат в офертата и събщи ценовото и техническото предложение на участника и ги подписа.

След извършване на гореописаните действия на комисията приключи публичната част на заседанието и продължи работата си при закрити врати.

На 23.04.2015 г комисията продължи своята работа на закрито заседание.

II. Проверка на документите на участника за съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя:

Участник № 1: „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.28Б /ул. Димитър Моллов/. Участникът е представил следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2. Представяне на участника, попълнено по Образец № 1;
3. Декларация за ЕИК
4. Копие от удостоверение за актуално състояние
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, попълнена по образец, Образец №2 (оригинал).
6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 3) за неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.
7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 5.
8. Подписан и подпечатан на всяка страница проект на договор;
9. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец № 6.
10. **Доказателства за техническите възможности и квалификация на участниците:**
 - 10.1. Копие на валиден сертификат ISO 13485:2003 на производителя;
 - 10.2. Копие на валиден сертификат ISO 9001-2008, на участника;
11. Декларации по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – Образец № 9
12. Техническо предложение -- Образец № 7, придружено от каталог на предлаганата апаратура
13. Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец - Образец № 8.

В техническото предложение участникът е записал следното:

1. Предлаганата от Медицинска Техника Инженеринг ООД медицинска апаратура за обособена позиция № 1 е:

- Автоматичен анализатор за количествено бързо определяне на глюкоза в хемолизирана пълна кръв - Модел/фирма производител GAZ на фирма KABE LABORTECHNIK GmbH Германия

2. Срокове, свързани с поръчката:

- Срокът за предоставянето, внедряването и ефективното функциониране на медицинската апаратура е 5 (пет) календарни дни от датата на подписване на договора.

3. Срок за отзоваване и отстраняване на повреда до 8 часа (осем) от констатиране на повреда и/или дефект.

4. В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на 24 часа, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.

5. Ангажираме се за наша сметка при предоставянето от наша страна под наем на медицинската апаратура да я монтираме и пуснем в експлоатация в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД и да извършим обучение на персонала.

6. Ангажираме се в случай на нужда да извършваме сервизиране на апарата, подмяна на резервни части / включително електроди/и консумативи за наша сметка, както и снабдяване и зареждане на съответните реактиви за извършването на съответните брой изследвания, посочени за всеки апарат.

Комисията разгледа внимателно документите на участника и установи че по заложените от Възложителя изисквания и параметри на апарата предлагания от участника апарат отговаря ги покрива.

В своето ценово предложение участникът е записал следното:

Размер на месечен наем на предлаганата мед. апаратура – 1464.30(хиляда четиристотин шестдесет и четири лева и тридесет стотинки) лева с ДДС.

Същият е изчислен на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 3000 бр/ за обособена позиция № 1 автоматичен анализатор за глюкоза

Цена за наем за 1 брой изследване 0,4881 лева с ДДС / изчислена на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 3000 бр/ за обособена позиция № 1 автоматичен анализатор за глюкоза

Участникът е съгласен след приключването на всеки календарен месец и след извършване на проверка от двете страни за броя на изследванията да издава фактура, в която цената ще си кореспондира със съответния брой извършени изследвания,

В случай, че бъде избран за изпълнител за Обособена позиция № 1 автоматичен анализатор за глюкоза декларира, че ще запази без промяна офериранияте от него цени за целия срок на действие на договора.

Предложената от участника цена е крайна за изпълнението на поръчката и обхваща: наемна цена за предоставяне на апарата, монтиране и пускане в експлоатация в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, обучение на персонала, разходи за сервизна поддръжка от сервизните специалисти на фирмата доставчик, подмяна на резервни части / включително електроди/и консумативи за сметка на наемодателя, съответните реактиви за извършването на съответните брой изследвания, посочени за всеки апарат.

След като разгледа всички документи комисията смята, че участник Участник № 1: „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, е представил всички изискуеми от Възложителя

документи и те са коректно попълнени, техническото и ценовото предложение отговарят на изискванията на Възложителя и го допуска до класиране.

Участник № 2: „Елпак Лизинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Д-р Иван Богоров № 12. Участникът е представил следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2. Представяне на участника, попълнено по Образец № 1;
3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, попълнена по образец, Образец №2 (оригинал).
4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 3) за неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.
5. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 5.
6. Подписан и подпечатан на всяка страница проект на договор;
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец № 6.
8. Декларации по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – Образец № 9
- 9 Копие на валиден сертификат ISO 13485:2003 на производителя;
10. Копие на валиден сертификат ISO 9001-2008, на участника;
11. Техническо предложение -- Образец № 7, придружено от каталог на предлаганата апаратура
12. Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец - Образец № 8.

В техническото предложение участникът е записал следното:

1. Предлаганата от Елпак Лизинг ЕООД медицинска апаратура за обособена позиция № 3 е:
 - Електролитен анализатор – Модел ISE comfort Analyzer M03/фирма производител Convergent Technologies, Германия
2. Срокове, свързани с поръчката:
 - Срокът за предоставянето, внедряването и ефективното функциониране на медицинската апаратура е 15 (петнадесет) календарни дни от датата на подписване на договора.
3. Срок за отзоваване и отстраняване на повреда до 24 часа (*двадесет и четири*) от констатиране на повреда и/или дефект.
4. В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на 24 часа, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.
5. Ангажираме се за наша сметка при предоставянето от наша страна под наем на медицинската апаратура да я монтираме и пуснем в експлоатация в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД и да извършим обучение на персонала.
6. Ангажираме се в случай на нужда да извършваме сервизиране на апарата, подмяна на резервни части / включително електроди/и консумативи за наша сметка, както и снабдяване и зареждане на съответните реактиви за извършването на съответните брой изследвания, посочени за всеки апарат.

Комисията разгледа внимателно документите на участника и установи че по заложените от Възложителя изисквания и параметри на апарата предлагания от участника апарат отговаря ги покрива.

В своето ценово предложение участникът е записал следното:

Размер на месечен наем на предлаганата мед. апаратура – 592,00(петстотин деветдесет и два) лева с ДДС.

Същият е изчислен на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 1600 бр/ за обособена позиция № 3 Електролитен анализатор

Цена за наем за 1 брой изследване 0,37лева с ДДС / изчислена на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 1600 бр/ за обособена позиция № 3 Електролитен анализатор

Участникът е съгласен след приключването на всеки календарен месец и след извършване на проверка от двете страни за броя на изследванията да издава фактура, в която цената ще си кореспондира със съответния брой извършени изследвания,

В случай, че бъде избран за изпълнител за Обособена позиция № 3 Електролитен анализатор декларира, че ще запази без промяна офериранияте от него цени за целия срок на действие на договора.

Предложената от участника цена е крайна за изпълнението на поръчката и обхваща: наемна цена за предоставяне на апарата, монтиране и пускане в експлоатация в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, обучение на персонала, разходи за сервизна поддръжка от сервизните специалисти на фирмата доставчик, подмяна на резервни части / включително електроди/и консумативи за сметка на наемодателя, съответните реактиви за извършването на съответните брой изследвания, посочени за всеки апарат.

След като разгледа всички документи комисията смята, че участник Участник № 2: „Елпак лизинг“ ЕООД, е представил всички изискуеми от Възложителя документи и те са коректно попълнени. Що се касае до техническото предложение комисията констатира следното: В представената брошура от участника е записан и интернет адреса на фирмата производител: www.convergent-technologies.de . Комисията направи справка на основание чл.68, ал.11 т.1 от ЗОП на този интернет адрес, с цел намиране на допълнителна информация за апарат и установи следните несъответствия:

При заложено изискване от възложителя:

- Време за измерване на кръвна проба под 40 sek, в предложението от участникът каталог е записано следното: Производителност 90 теста на час.

В каталога на фирмата производител намиращ се на официалната страница на фирмата производител е записано: Производителност 60 теста на час.

При заложено изискване от възложителя:

- Обем на пробата: По-малко от 60 µL, в предложението от участникът каталог е записано следното: Обем на пробата: 55 µL.

В каталога на фирмата производител намиращ се на официалната страница на фирмата производител е записано: Обем на пробата: По-малко от 100 µL.

При заложено изискване от възложителя:

- Анализаторът да е с един контейнер за реактиви и отпадъци едновременно, лесно сменяем, в предложението от участникът каталог е записано следното: Бърза смяна на контейнер за реактиви

В каталога на фирмата производител намиращ се на официалната страница на фирмата производител липсва такава информация, каквато е допълнена в каталога предоставен от участника.

Във тази връзка и на основание чл.69, ал.1 т.3 от ЗОП комисията предлага за отстраняване участник № 3: „Елпак Лизинг“ ЕООД, тъй като е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Участник № 3: участник „АПР“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Пчела 6. Участникът е представил следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2. Представяне на участника, попълнено по Образец № 1;
3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, попълнена по образец, Образец №2 (оригинал).
4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 3) за неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.
5. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 5.
6. Подписан и подпечатан на всяка страница проект на договор;
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец № 6.
8. Декларации по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – Образец № 9
- 9 Копие на валиден сертификат ISO 13485:2003 на производителя;
10. Копие на валиден сертификат ISO 9001-2008, на участника;
11. Техническо предложение -- Образец № 7, придружено от брошури на предлаганата апаратура
12. Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец - Образец № 8.

В техническото предложение за обособена позиция № 2 участникът е записал следното:

1. Предлаганата медицинска апаратура за обособена позиция № 2 е:
 - Кръвно газов анализатор – Модел /фирма производител Easy BloodGas/Медика корпорейшън САЩ
2. Срокове, свързани с поръчката:
 - Срокът за предоставянето, внедряването и ефективното функциониране на медицинската апаратура е 10 (десет) календарни дни от датата на подписване на договора.
3. Срок за отзоваване и отстраняване на повреда до 24 часа (*двадесет и четири*) от констатиране на повреда и/или дефект.
4. В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на 24 часа, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.
5. Ангажираме се за наша сметка при предоставянето от наша страна под наем на медицинската апаратура да я монтираме и пуснем в експлоатация в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД и да извършим обучение на персонала.
6. Ангажираме се в случай на нужда да извършваме сервизиране на апарата, подмяна на резервни части / включително електроди/и консумативи за наша сметка, както и снабдяване и зареждане на съответните реактиви за извършването на съответните брой изследвания, посочени за всеки апарат.

Комисията разгледа внимателно документите на участника и установи че по заложените от Възложителя изисквания и параметри на апарата предлагания от участника апарат отговаря ги покрива.

В своето ценово предложение участникът е записал следното:

Размер на месечен наем на предлаганата мед. апаратура – 1350,00(хиляда триста и петдесет) лева с ДДС.

Същият е изчислен на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 750 бр/ за обособена позиция № 2 Кръвно газов анализатор

Цена за наем за 1 брой изследване 1,80 лева с ДДС / изчислена на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 750 бр/ за обособена позиция № 2 Кръвно газов анализатор.

Участникът е съгласен след приключването на всеки календарен месец и след извършване на проверка от двете страни за броя на изследванията да издава фактура, в която цената ще си кореспондира със съответния брой извършени изследвания,

В случай, че бъде избран за изпълнител за Обособена позиция № 2 Кръвно газов анализатор декларира, че ще запази без промяна офериранията от него цени за целия срок на действие на договора.

Предложената от участника цена е крайна за изпълнението на поръчката и обхваща: наемна цена за предоставяне на апарата, монтиране и пускане в експлоатация в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, обучение на персонала, разходи за сервизна поддръжка от сервизните специалисти на фирмата доставчик, подмяна на резервни части / включително електроди/и консумативи за сметка на наемодателя, съответните реактиви за извършването на съответните брой изследвания, посочени за всеки апарат.

След като разгледа всички документи комисията смята, че участник Участник № 3: „АПР“ ООД, е представил всички изискуеми от Възложителя документи и те са коректно попълнени, техническото и ценовото предложение отговарят на изискванията на Възложителя и го допуска до класиране за обособена позиция № 2.

В техническото предложение за обособена позиция № 3 участникът е записал следното:

1. Предлаганата от медицинска апаратура за обособена позиция № 3 е:

- Електролитен анализатор – Модел /фирма производител Easy Electrolytes/ Медика Корпорешънс САЩ

2. Срокове, свързани с поръчката:

- Срокът за предоставянето, внедряването и ефективното функциониране на медицинската апаратура е 10 (десет) календарни дни от датата на подписване на договора.

3. Срок за отзоваване и отстраняване на повреда до 24 часа (двадесет и четири) от констатиране на повреда и/или дефект.

4. В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на 24 часа, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.

5. Ангажираме се за наша сметка при предоставянето от наша страна под наем на медицинската апаратура да я монтираме и пуснем в експлоатация в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД и да извършим обучение на персонала.

6. Ангажираме се в случай на нужда да извършваме сервизиране на апарата, подмяна на резервни части / включително електроди/и консумативи за наша сметка, както и снабдяване и зареждане на съответните реактиви за извършването на съответните брой изследвания, посочени за всеки апарат.

Комисията разгледа внимателно документите на участника и установи че по заложените от Възложителя изисквания и параметри на апарата предлагания от участника апарат отговаря ги покрива.

В своето ценово предложение участникът е записал следното:

Размер на месечен наем на предлаганата мед. апаратура – 729,60 (седемстотин двадесет и девет лева и шестдесет ст.) лева с ДДС.

Същият е изчислен на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 1600 бр/ за обособена позиция № 3 Електролитен анализатор

Цена за наем за 1 брой изследване 0,46лева с ДДС / изчислена на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 1600 бр/ за обособена позиция № 3 Електролитен анализатор

Участникът е съгласен след приключването на всеки календарен месец и след извършване на проверка от двете страни за броя на изследванията да издава фактура, в която цената ще си кореспондира със съответния брой извършени изследвания,

В случай, че бъде избран за изпълнител за Обособена позиция № 3 Електролитен анализатор декларира, че ще запази без промяна офериранията от него цени за целия срок на действие на договора.

Предложената от участника цена е крайна за изпълнението на поръчката и обхваща: наемна цена за предоставяне на апарата, монтиране и пускане в експлоатация в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, обучение на персонала, разходи за сервизна поддръжка от сервизните специалисти на фирмата доставчик, подмяна на резервни части / включително електроди/и консумативи за сметка на наемодателя, съответните реактиви за извършването на съответните брой изследвания, посочени за всеки апарат.

След като разгледа всички документи комисията смята, че участник Участник № 3: „АПР“ ООД, е представил всички изискуеми от Възложителя документи и те са коректно попълнени, техническото и ценовото предложение отговарят на изискванията на Възложителя и го допуска до класиране за обособена позиция № 3.

Участник № 4: „Перфект Медика“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Новозагорско шосе блок 1. Участникът е представил следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2. Удостоверение за актуално състояние
2. Представяне на участника, попълнено по Образец № 1;
3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, попълнена по образец, Образец №2 (оригинал).
4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 3) за неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.
5. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 5.
6. Подписан и подпечатан на всяка страница проект на договор;
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец № 6.
8. Доказателства за технически възможности и квалификация: Сертификати, Декларации за съответствие, Копие на валидни сертификати ISO 13485:2003 на производителите; Копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 на участника;
9. Декларации по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – Образец № 9

10. Техническо предложение -- Образец № 7, придружено от брошури на предлаганата апаратура

12. Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец - Образец № 8.

В техническото предложение за обособена позиция № 1 участникът е записал следното:

1. Предлаганата медицинска апаратура за обособена позиция № 1 е:

- Автоматичен анализатор за глюкоза – Модел /фирма производител Biosen S_Line на фирма EKF Германия

2. Срокове, свързани с поръчката:

- Срокът за предоставянето, внедряването и ефективното функциониране на медицинската апаратура е 14 (четирнадесет) календарни дни от датата на подписване на договора.

3. Срок за отзоваване и отстраняване на повреда до 24 часа (*двадесет и четири*) от констатиране на повреда и/или дефект.

4. В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на 24 часа, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.

5. Ангажираме се за наша сметка при предоставянето от наша страна под наем на медицинската апаратура да я монтираме и пуснем в експлоатация в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД и да извършим обучение на персонала.

6. Ангажираме се в случай на нужда да извършваме сервизиране на апарата, подмяна на резервни части / включително електроди/и консумативи за наша сметка, както и снабдяване и зареждане на съответните реактиви за извършването на съответните брой изследвания, посочени за всеки апарат.

Комисията разгледа внимателно документите на участника и установи че по заложените от Възложителя изисквания и параметри на апарата предлагания от участника апарат отговаря ги покрива.

В своето ценово предложение участникът е записал следното:

Размер на месечен наем на предлаганата мед. апаратура – 1260,00(хиляда двеста и шестедест) лева с ДДС.

Същият е изчислен на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 3000 бр/ за обособена позиция № 1 Автоматичен анализатор за глюкоза

Цена за наем за 1 брой изследване 0,42 лева с ДДС / изчислена на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 3000 бр/ за обособена позиция № 1 автоматичен анализатор за глюкоза.

Участникът е съгласен след приключването на всеки календарен месец и след извършване на проверка от двете страни за броя на изследванията да издава фактура, в която цената ще си кореспондира със съответния брой извършени изследвания,

В случай, че бъде избран за изпълнител за Обособена позиция № 1 автоматичен анализатор за глюкоза декларира, че ще запази без промяна офериранияте от него цени за целия срок на действие на договора.

Предложената от участника цена е крайна за изпълнението на поръчката и обхваща: наемна цена за предоставяне на апарата, монтиране и пускане в експлоатация в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, обучение на персонала, разходи за сервизна поддръжка от сервизните специалисти на фирмата доставчик, подмяна на резервни части / включително електроди/и консумативи за сметка на наемодателя, съответните реактиви за извършването на съответните брой изследвания, посочени за всеки апарат.

След като разгледа всички документи комисията смята, че участник Участник № 4: „Перфект Медика“ ООД, е представил всички изискуеми от Възложителя документи и те са коректно попълнени. От предложеното техническо предложение на участника и приложените каталози комисията не може да установи следната информация: дали апарата има Вграден термопринтер и Диск за проби съставен от отделни подвижни сегменти за улеснено транспортиране на пробите. Дали подвижния сегмент е този показан на стр.46 от брошурата с кат № 5213-1822-0160. На основание чл.68, ал.11, т.2 от ЗОП комисията ще изиска разяснения от участника дали предлагания апарат отговаря и покрива тези две изисквания на Възложителя.

В техническото предложение за обособена позиция № 2 участникът е записал следното:

1. Предлаганата от медицинска апаратура за обособена позиция № 2 е:

- Кръвногазов анализатор – Модел /фирма производител Combiline – BGA на фирма Eschweiler Германия

2. Срокове, свързани с поръчката:

- Срокът за предоставянето, внедряването и ефективното функциониране на медицинската апаратура е 14 (четирнадесет) календарни дни от датата на подписване на договора.

3. Срок за отзоваване и отстраняване на повреда до 24 часа (*двадесет и четири*) от констатиране на повреда и/или дефект.

4. В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на 24 часа, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.

5. Ангажираме се за наша сметка при предоставянето от наша страна под наем на медицинската апаратура да я монтираме и пуснем в експлоатация в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД и да извършим обучение на персонала.

6. Ангажираме се в случай на нужда да извършваме сервизиране на апарата, подмяна на резервни части / включително електроди/и консумативи за наша сметка, както и снабдяване и зареждане на съответните реактиви за извършването на съответните брой изследвания, посочени за всеки апарат.

Комисията разгледа внимателно документите на участника и установи че по заложените от Възложителя изисквания и параметри на апарата предлагания от участника апарат отговаря ги покрива.

В своето ценово предложение участникът е записал следното:

Размер на месечен наем на предлаганата мед. апаратура – 1080,00 (хиляда и осемдесет) лева с ДДС.

Същият е изчислен на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 750 бр/ за обособена позиция № 2 Кръвно газов анализатор

Цена за наем за 1 брой изследване 1,44 лева с ДДС / изчислена на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 750 бр/ за обособена позиция № 2 Кръвно газов анализатор

Участникът е съгласен след приключването на всеки календарен месец и след извършване на проверка от двете страни за броя на изследванията да издава фактура, в която цената ще си кореспондира със съответния брой извършени изследвания,

В случай, че бъде избран за изпълнител за Обособена позиция № 2 Кръвно газов анализатор декларира, че ще запази без промяна офериранияте от него цени за целия срок на действие на договора.

Предложената от участника цена е крайна за изпълнението на поръчката и обхваща: наемна цена за предоставяне на апарата, монтиране и пускане в експлоатация в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, обучение на персонала, разходи за сервизна поддръжка от сервизните специалисти на фирмата доставчик, подмяна на резервни части / включително електроди/и консумативи за сметка на наемодателя, съответните реактиви за извършването на съответните брой изследвания, посочени за всеки апарат.

След като разгледа всички документи комисията смята, че участник Участник № 4: „Перфект Медика“ ООД, е представил всички изискуеми от Възложителя документи и те са коректно попълнени. От предложеното техническо предложение на участника и приложените каталози комисията не може да установи следната информация: дали апарата има възможност за бърза и удобна подмяна на ползваните буфери и отпадни течности и е с една касета, без бутилки с калибрационни газове; Дали апарата има сменяеми, необслужваеми електроди и какъв е макс. обем проба – до 75 µL. На основание чл.68, ал.11, т.2 от ЗОП комисията ще изиска разяснения от участника дали предлагания апарат отговаря и покрива тези две изисквания на Възложителя.

В техническото предложение за обособена позиция № 3 участникът е записал следното:

1. Предлаганата от медицинска апаратура за обособена позиция № 3 е:

- Електролитен анализатор – Модел /фирма производител Prolyte/ на фирма Diamond Diagnostics САЩ.

2. Срокове, свързани с поръчката:

- Срокът за предоставянето, внедряването и ефективното функциониране на медицинската апаратура е 14 (четирнадесет) календарни дни от датата на подписване на договора.

3. Срок за отзоваване и отстраняване на повреда до 24 часа (*двадесет и четири*) от констатиране на повреда и/или дефект.

4. В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на 24 часа, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.

5. Ангажираме се за наша сметка при предоставянето от наша страна под наем на медицинската апаратура да я монтираме и пуснем в експлоатация в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД и да извършим обучение на персонала.

6. Ангажираме се в случай на нужда да извършваме сервизиране на апарата, подмяна на резервни части / включително електроди/и консумативи за наша сметка, както и снабдяване и зареждане на съответните реактиви за извършването на съответните брой изследвания, посочени за всеки апарат.

Комисията разгледа внимателно документите на участника и установи че по заложените от Възложителя изисквания и параметри на апарата предлагания от участника апарат отговаря ги покрива.

В своето ценово предложение участникът е записал следното:

Размер на месечен наем на предлаганата мед. апаратура – 592,00(петстотин деветдесет и два.) лева с ДДС.

Същият е изчислен на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 1600 бр/ за обособена позиция № 3 Електролитен анализатор

Цена за наем за 1 брой изследване 0,37 лева с ДДС / изчислена на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 1600 бр/ за обособена позиция № 3 Електролитен анализатор

Участникът е съгласен след приключването на всеки календарен месец и след извършване на проверка от двете страни за броя на изследванията да издава фактура, в която цената ще си кореспондира със съответния брой извършени изследвания,

В случай, че бъде избран за изпълнител за Обособена позиция № 3 Електролитен анализатор декларира, че ще запази без промяна офериранияте от него цени за целия срок на действие на договора.

Предложената от участника цена е крайна за изпълнението на поръчката и обхваща: наемна цена за предоставяне на апарата, монтиране и пускане в експлоатация в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, обучение на персонала, разходи за сервизна поддръжка от сервизните специалисти на фирмата доставчик, подмяна на резервни части / включително електроди/и консумативи за сметка на наемодателя, съответните реактиви за извършването на съответните брой изследвания, посочени за всеки апарат.

След като разгледа всички документи комисията смята, че участник Участник № 4: „Перфект Медика“ ООД, е представил всички изискуеми от Възложителя документи и те са коректно попълнени. От предложеното техническо предложение на участника и приложените каталози комисията не може да установи следната информация: Дали апарата има сменяеми, необслужваеми електроди и обем на пробата По-малко от 60 µL. На основание чл.68, ал.11, т.2 от ЗОП комисията ще изиска разяснения от участника дали предлагания апарат отговаря и покрива тези две изисквания на Възложителя.

Като взе предвид гореизложеното, комисията след заседание единодушно

РЕШИ:

I. На основание чл.68, ал.11от ЗОП да изиска от участник № 4 „Перфект Медика“ ООД допълнителни разяснения.

На 27.04.2015 г от е-майла на икономист обществени поръчки: targovembalgabrovo@gmail.com е изпратено искането за разяснения до участника.

С Вх № 1337/29.04.2015 г в деловодството на дружеството е постъпило писмо от участника с посочените разяснения.

В писмото участника обяснява за ОП 1 Автоматичен анализатор за глюкоза, че анализатора работи със системен термопринтер, който е извън корпуса на анализатори и има подвижни сегменти.

За ОП 2 – Кръвногазов анализатор, участника обяснява че има възможност за бърза и лесна подмяна на ползваните буфери, които са фолирани в пликове и поради това няма „мъртъв обем“. Анализаторът не изисква бутилки с калибрационни газове. Електродите могат да бъдат сменяеми, необслужваеми и ако ползвателят прецени, че иска да сменя целите електроди, няма пречка да го направи – електродите могат да бъдат разглобени и частично сменени при необходимост. Максималния обем на пробата е 75 µL.

За ОП -3 Електролитен анализатор, участника обяснява че анализаторът работи с необслужваеми електроди. Пробата изискваща се за работа с апарата е 100 µL.

След като разгледа предоставеното от участника разяснение комисията взе следните решения:

За ОП 1 Автоматичен анализатор за глюкоза – предложения от участника апарат не отговаря на заложените от Възложителя изисквания – да е с вграден термопринтер.

За ОП 2 - Кръвногазов анализатор - предложения от участника апарат не отговаря на заложените от Възложителя изисквания апарата да е с една касета, да е с необслужваеми електроди.

За ОП 3 – Електролитен анализатор - предложения от участника апарат не отговаря на заложените от Възложителя изисквания за обем на пробата по-малко от 60 µL.

Във тази връзка и на основание чл.69, ал.1 т.3 от ЗОП комисията предлага за отстраняване участник № 4: „Перфект Медика“ ООД, тъй като е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

II. Предвид изложеното, комисията взе единодушно следните решения:

1. Изготвя крайно класиране както следва:

Обособена позиция №1 - Автоматичен анализатор за глюкоза

1 място Участник № 1: Участник № 1: Медицинска Техника Инженеринг ООД със **Размер на месечен наем** на предлаганата мед. апаратура – 1464.30(хиляда четиристотин шестдесет и четири лева и тридесет стотинки) лева с ДДС. **Цена за наем за 1 брой изследване** 0,4881 лева с ДДС / изчислена на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 3000 бр/ за обособена позиция № 1 автоматичен анализатор за глюкоза

Обособена позиция №2 - Кръвногазов анализатор

1 място Участник № 3: „АПР“ ООД със **Размер на месечен наем** на предлаганата мед. апаратура – 1350,00(хиляда триста и петдесет) лева с ДДС.**Цена за наем за 1 брой изследване** 1,80 лева с ДДС / изчислена на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 750 бр/ за обособена позиция № 2 Кръвно газов анализатор.

Обособена позиция №3 - Електролитен анализатор

1 място Участник № 3: „АПР“ ООД със **Размер на месечен наем** на предлаганата мед. апаратура – 729,60 (седемстотин двадесет и девет лева и шестдесет ст.) лева с ДДС. **Цена за наем за 1 брой изследване** 0,46лева с ДДС / изчислена на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 1600 бр/ за обособена позиция № 3 Електролитен анализатор

IV. Участникът, класиран на първо място се определя като изпълнител на обществената поръчка по позиции както следва:

Обособена позиция №1 - Автоматичен анализатор за глюкоза

1 място Участник № 1: Участник № 1: Медицинска Техника Инженеринг ООД със **Размер на месечен наем** на предлаганата мед. апаратура – 1464.30(хиляда четиристотин шестдесет и четири лева и тридесет стотинки) лева с ДДС. **Цена за наем за 1 брой изследване** 0,4881 лева с ДДС / изчислена на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 3000 бр/ за обособена позиция № 1 автоматичен анализатор за глюкоза

Мотиви: Предложената от участника оферта е с най-ниска цена.

Обособена позиция №2 - Кръвногазов анализатор

1 място Участник № 3: „АПР“ ООД със **Размер на месечен наем** на предлаганата мед. апаратура – 1350,00(хиляда триста и петдесет) лева с ДДС.**Цена за наем за 1 брой изследване** 1,80 лева с ДДС / изчислена на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 750 бр/ за обособена позиция № 2 Кръвно газов анализатор.

Мотиви: Предложената от участника оферта е с най-ниска цена.

Обособена позиция №3 - Електролитен анализатор

1 място Участник № 3: „АПР“ ООД със **Размер на месечен наем** на предлаганата мед. апаратура – 729,60 (седемстотин двадесет и девет лева и шестдесет ст.) лева с ДДС. **Цена за наем за 1 брой изследване** 0,46лева с ДДС / изчислена на база заложеният от възложителя прогнозен брой месечни изследвания / 1600 бр/ за обособена позиция № 3 Електролитен анализатор

Мотиви: Предложената от участника оферта е с най-ниска цена.

V. Отстранени участници: На основание чл.69, ал.1 т.3 от ЗОП

- Участник № 2: „Елпак Лизинг“ ЕООД, за обособена позиция № 3

Мотиви: Участникът е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

- Участник № 4: „Перфект Медика“ ООД, за ОП 1 Автоматичен анализатор за глюкоза; За ОП 2 – Кръвногазов анализатор; За ОП -3 Електролитен анализатор

Мотиви: Участникът е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

С това комисията приключи своята работа на 07.05.2015г. в 13:00 часа и закри заседанието. Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички членове на комисията:

Членове:

.....
Дияна Тодорова

/ д-р Дияна Тодорова – Лекар клинична лаборатория /

.....
Ваня Шопова

/ инж. Ваня Шопова – Инженер медицинска апаратура /

.....
Милена Йорданова

/Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки/

Настоящия протокол се предоставя за утвърждаване на Възложителя на дата: 07.05.2015г.

Утвърдил:

Нели Иванова Савчева
/Д-р Нели Иванова Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД/

