

Изм№ 1126/19.11.15г.

ДО:

Всички заинтересовани лица за участие в публична покана по ЗОП с предмет **„Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“**

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило запитване на основание чл.101 б ал.6 от ЗОП отстрана на участници, за провеждането на публична покана с предмет **„ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И КОНСУМАТИВИТЕ И РЕАКТИВИТЕ ЗА РАБОТА С АПАРАТУРАТА В МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД“** правим следните разяснения:

Въпрос №1: Обявена е обща прогнозна стойност за всички обособени позиции от обществената поръчка. Моля да уточните прогнозната стойност отделно за всяка обособена позиция.

Отговор: На 06.04.2015 г. в профила на купувача в досието на поръчката със следния адрес: <http://zop.mbalgabrovo.com/auction/100/> са публикувани Разяснения, в които са посочени и прогнозните стойности по обособени позиции.

Въпрос №2: Какво е значението на думата „застрахователен“, използвана в заглавието на раздел „XI. Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на застрахователен договор“ от публичната покана?

Отговор: Възложителят е допуснал техническа грешка при изписване на раздел „XI. Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на застрахователен договор“ от публичната покана и следва да се чете за вярно раздел „XIII. Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор“.

Въпрос №3: В предмета на обществената поръчка Възложителят е включил „сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата“. В раздел „II. Изисквания към предлаганите под наем апарати“ същият отново е заложил в обхвата на месечния наем да влизат „консумативи“. Тъй като за работата на апаратурата по обособени позиции № 2 и 3 освен електроди и реактиви, са необходими и консумативи, моля да уточните дали тези консумативи включват следните:

- а. устройства за вземане и подаване на проба - спринцовки, капилярки (включително тапички, бъркалки) или други. Ако да, моля прецизирайте какви видове консумативи и в какво отношение (напр. 30% спринцовки и 70% капилярки) спрямо заложения месечен прогнозен брой на изследванията в раздел „II. Изисквания към предлаганите под наем апарати“, следва да се предвидят във формирането на ценовото предложение.

b. материали за качествен контрол. Ако да, моля прецизирайте честотата на анализ на контролни проби, както и броя на анализирани нива.

Отговор: При определяне на цената за един брой изследване / респективно прогнозният месечен наем участниците следва да се съобразят, че всички консумативи, включително и описаните в подточка а), които следва да влизат в стойността на наема. За изчисляване и определяне на точна наемна цена Възложителят прави и следните разяснения относно прогнозното съотношение на описаните консумативи в точка а) – 10 % спринцовки и 90 % капилярки.

По т. b – Материалите за качествен контрол също следва да бъдат включени при определяне на цената за един брой изследване / респективно прогнозният месечен наем. Що се касае за броя на анализирани нива, достатъчен е един брой контролен материал, които ще се анализират един път дневно.

Въпрос №4: Заложеният от Възложителя месечен прогнозен брой на изследванията в раздел „II. Изисквания към предлаганите под наем апарати“ включва ли анализиранието на контролни материали?

Отговор: Да в заложеният от Възложителя месечен прогнозен брой на изследванията в раздел „II. Изисквания към предлаганите под наем апарати“ е включено и анализиранието на контролни материали

Въпрос №5: При повечето предлагани на пазара анализатори за електролити, анализът на проби в урина включва допълнителни консумативи, които не са необходими за другите типове проби. За да се изчисли правилно и коректно наема на едно изследване, бихте ли уточнили каква част от пробите в заложения месечен прогнозен брой на изследванията в раздел „II. Изисквания към предлаганите под наем апарати“ за обособена позиция № 3 са съответно пълна кръв, серум, плазма и урина.

Отговор: На този апарат Възложителят не предвижда изследване на урина.

Дата: 09.04.2015
гр. Габрово

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД:

