

РЕШЕНИЕ

№ РД-06-1012 / 28.09 2019г.

**за обявяване класиране на участниците и участника определен за изпълнител на
обществена поръчка**

На основание чл.108 от ЗОП и въз основа на отразените резултати в протоколи №1 /13.06.2019г., №2/08.07.2019г., №3/12.08.2019г., №4/29.08.2019г, №5/16.09.2019г, №6/18.09.2019г., №7/24.09.2019г., №8/27.09.2019г., Доклад от 18.09.2019г. и Доклад от 27.09.2019г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-06-646/13.06.2019г. на Д-р Нели Иванова Савчева Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, имаща за задача да разгледа, оцени и класира предложенията подадени за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура с предмет: **„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”** открита с Решение № 489/07.05.2019г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2019-0014 /07.05.2019г.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и приетата методика: Съгласно Приложение № 1- неразделна част от настоящето решение

II. Участникът, класиран на първо място се определя като изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция както следва:

▪ **Участник № 1 „Аквахим“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ №83 и с оферта с Вх. № 1/ 11.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици Позиция №4; Позиция №30 – 30.19, 30.20.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 2 „Химтекс“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Бузлуджа“ №33 и с оферта с Вх. № 2/11.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици Позиция №11 – 11.01, 11.04, 11.08, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.20, 11.21, 11.22, 11.24; Позиция №28 – 28.01, 28.02, 28.05, 28.06, 28.08, 28.09, 28.11, 28.13, 28.18; Позиция №30 – 30.02, 30.21, 30.22, 30.31.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 3 „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ломско шосе“ №228А с оферта с Вх. № 3/11.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици с № 31.01; 32.02.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 4 „Диасистемс“ ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Ценов“ №10 с оферта с Вх. № 4/11.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици с № 24..21.; 27.07.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 5 „Драгнев и сие“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Неофит Рилски“ №2 и с оферта с Вх. № 5/ 11.06.2019г. за обособена позиция с № 2.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 6 „Ридаком“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Коломан“ №1, Административна сграда на стадион Славия, офис 27 и с оферта с Вх. № 6/12.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици Позиция №14 – 14.01, 14.02, ; Позиция №15 - 15.01,15.02 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11; Позиция №16 – 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 16.06, 16.07,16.08, 16.09, 16.10, 16.11. 16.12. 16.13, 16.14, 16.15; Позиция №17 – 17.01, 17.02, 17.03; Позиция №18 – 18.01 до 18.34; Позиция № 19 – 19.01 до 19.06; Позиция №22 – 22.01; 22.02; 22.03; 22.04; 22.06; 22.07; 22.08; 22.09; 22.10; 22.11; 22.12; 22.13; 22.14; 22.15; 22.16; 22.17; 22.18; 22.19; 22.20; 22.21; 22.22; 22.23; 22.24; 22.25; 22.26; 22.27; 22.29; 22.32; 22.33; 22.34; 22.35; 22.36; 22.39; 22.40; 22.41; 22.42; 22.45; 22.46; 22.47; 22.48; 22.49; 22.50; 22.51; 22.52; 22.53; 22.54; 22.55; 22.56; 22.57; 22.58; 22.59; 22.60; 22.61; 22.62; 22.63; Позиция №23 - 23.02. 23.03, 23.05, 23.06, 23.07, 23.08, 23.09, 23.11, 23.12; Позиция №24 – 24.16, 24.17, 24.18, 24.24; Позиция №25 - 25.09; Позиция №27 – 27.16, 27.20, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 27.25, 27.26, 27.27, 27.28.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 7 „Нова Груп Инвестмент СРЛ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: Румъния, гр. Отопени, ул. „Ойтуз“ №47К и с оферта с Вх. № 7/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. Единици: Позиция№9 – 9.01, 9.02, 9.03, 9.04; Позиция №10 – 10.06; Позиция №12 – 12.3; Позиция №21 – 21.01; Позиция №27 –27.06, 27.14, 27.17, 27.18, 27.19, 27.31, 27.34, 27.35, 27.39; Позиция №28 –28.10, 28.12; Позиция№ 30 – 30.03, 30.23, 30.24, 30.25, 30.26..

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 8 „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Моллов“, ж.к Младост №1, бл. 28Б и с оферта с Вх. № 8/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. единици: Позиция №1; Позиция №3; Позиция №6; Позиция №10 – 10.11; Позиция №11 – 11.02, 11.06, 11.07; Позиция №13; Позиция №30 – 30.01, 30.04, 30.05, 30.07, 30.08, 30.09, 30.10, 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.17, 30.18, 30.27, 30.28, 30.29, 30.30, 30.32..

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 9 „Елпак - Лизинг“ ЕООД** със седалище и адрес на управление : гр. Варна, ул. „Д-р Иван Богров“ №12 с оферта с Вх. № 9/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. единици: Позиция №5; Позиция №22 –22.05, 22.30, 22.37, 22.43, 22.44.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 10 „Диакхим“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София бул. „ Проф. Цв. Лазаров“ №110 и с оферта с Вх. № 10/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. единици: Позиция№24 – 24.14, 24.15, 24.26; Позиция №25 – 25.02, 25.04, 25.05, 25.07, 25.10, 25.11, 25.12, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17; Позиция№26 – 26.01.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 11 „Диакхим“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Преслав“ №15 и с оферта с Вх. № 11/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. единици: Позиция №31.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 12 „Медиклим“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бесарабия“ №108В, ет.1 и с оферта с Вх. № 12/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. единици: Позиция №25 –25.03; Позиция №29 – 29.01, 29.02, 29.03, 29.04, 29.05, 29.06, 29.07, 29.08, 29.09, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.15, 29.16.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 13 „Лабекс Инженеринг“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Любляна 46 и с оферта с Вх. № 13/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. единици: Позиция №27 – 27.04, 27.05, 27.08, 27.12, 27.13, 27.15, 27.36, 27.37, 27.38.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 14 „Оптим Ко“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Атанас Далчев, 1 вх. Б и с оферта с Вх. № 14/12.06.2019г. за следните обособени позиции / ном. единици: Позиция №10 – 10.07; Позиция №11 –11.05, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.23, 11.25; Позиция №22 –22.28, 22.31, 22.38, Позиция №23 – 23.01, 23.04, 23.13; Позиция №24 – 24.01, 24.02, 24.03, 24.08, 24.11, 24.12, 24.13, 24.28, 24.29, 24.30; Позиция №25 –25.06, 25.08; Позиция №28 – 28.03, 28.04, 28.07, 28.14, 28.15, 28.16, 28.17, 28.19; Позиция №30 –30.06.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ **Участник № 15 „Гамидор България“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.Витоша 152 ет.2, ап.6 и с оферта с Вх. № 15/12.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици с

Позиция №24 – 24,20; 24,22; 24,23; и Позиция №27 – 27.01, 27.02, 27.03, 27.09, 27.10, 27.11, 27.29, 27.30, 27.32.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

III. Отстранени участници: На основание чл. 107 т. 2 буква „а“ от ЗОП Възложителя отстранява следните участници по позиции както следва:

- **Участник № 2 „Химтекс“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Бузлуджа“ №33 и с оферта с Вх. № 2/11.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици с № 11.03, 11.19, 28.10, 28.12, 28.19.

Мотиви:

За позиция №11.03 „Епруветки цилиндрична ф12 - 4 мл. С капаче, нестерилни“ Възложителят е заложил изискване епруветките да са ф12 - 4 мл, а от предоставения каталог от участника се вижда, че предлаганите епруветки са ф 13 – 5 мл, което не отговаря на изискванията на възложителя.

За позиция 11.19. „Съдчета за проби за апарат Техникон/RA , /0.5 мл/, полистирол.“ Възложителя е заложил изискване за вместимост на съдчетата за проби от 0,5 мл., а участникът е представил съдчета за проби с вместимост от 1,5 мл., което не отговаря на изискванията на Възложителя.

За позиция 28.10. „Пипети за еднократна употреба. Стерилни, градуирани, опаковани поединично с обем 2 ml.“ Възложителя е заложил изискване за 100 бр. пипети за целия период на договора, а участникът е представил техническо предложение за 1 000 бр. пипети в опаковка, което надвишава прогнозното количество на Възложителя 10 пъти. В предоставения от участника каталог е записано, че опаковката е от 4 x 500бр. /2 000 бр./, което надвишава прогнозното количество на Възложителя 20 пъти.

За позиция 28.12. „Пипети за еднократна употреба. Стерилни, градуирани, опаковани поединично с обем 5 ml.“ Възложителя е заложил изискване за 100 бр. пипети за целия период на договора, а участникът е представил техническо предложение за 1 000 бр. /4 x 250 бр./ пипети в опаковка, което надвишава прогнозното количество на Възложителя 10 пъти.

За позиция 28.19. „Хром-никелово йозе с дръжка /несменяема/ и размер на ухото 2 мм.“ Възложителя е заложил изискване за размер на ухото 2 мм, а участникът е представил техническо предложение за Хром-никелово йозе с размер на ухото приблизително 3-4 мм, което не отговаря на изискванията на Възложителя.

- **Участник № 6 „Ридаком“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Коломан“ №1, Административна сграда на стадион Славия, офис 27 и с оферта с Вх. № 6/12.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици с № 22.28, 22.38, 22.44, 23.13.

Мотиви:

За позиция № 22.28 „Clotrimazole 50 мкг. Опаковани в един стрип до 50 бр“ Възложителят е заложил изискване за 50 мкг., а в предоставения от участника каталог е записано 10 мкг., което не отговаря на изискванията на Възложителя.

За позиция № 22.38 „Itraconazole 50 мкг.Опаковани в един стрип до 50 бр“ Възложителят е заложил изискване за 50 мкг., а в предоставения от участника каталог е записано 10 мкг., което не отговаря на изискванията на Възложителя.

За позиция № 22.44 „Miconazole 10 мкг. Опаковани в един стрип до 50 бр“ Възложителят е заложил изискване за 10 мкг., а в предоставения от участника каталог е записано 30 мкг., което не отговаря на изискванията на Възложителя.

За позиция № 23.13 „Агар Yersinia селективен. Опаковка: 0.5 кг“ участникът е представил каталог и допълнителни разяснения от които отново не става ясно включени ли са суплементи към агара. В предоставения от участника каталог, суплементите са с отделен каталожен номер, който не присъства в техническото предложение на участника.

• **Участник № 7 „Нова Груп Инвестмент СРЛ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: Румъния, гр. Отопени, ул. „Ойтуз“ №47К и с оферта с Вх. № 7/12.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици с № 11.12, 24.09, 24.10, 24.24, 27.14, 27.32, 27.33.

Мотиви:

За позиция № 11.12. „Серологични пипети - 2 мл. за еднократна употреба, разграфени на 1/100 мл, стерилни“ Възложителят е заложил изискване серологичните пипети да са разграфени на 1/100 мл, а от представения от участникът каталог, е видно че участникът предлага серологичните пипети разграфени на 1/50 мл, което не отговаря на изискванията на Възложителя.

За позиция № 24.09. „КИТ Campylobacter latex Test - Идентификация от селективна среда. Опаковка до 50 бр.“ от представения от участникът каталог е видно, че КИТ Campylobacter latex Test е по фецес, което не отговаря на изискванията на възложителя.

За позиция № 24.10. „КИТ Clostridium difficile Test - Набор за бърза диагностика на инфекцията от течна култура или селективна твърда среда“ от представения от участникът каталог е видно, че КИТ Clostridium difficile Test е по фецес, което не отговаря на изискванията на възложителя.

За позиция № 24.24 „Тест Латекс - Аглютационен тест за S. Aureus. Опаковка: от 100 теста“ предлагания от участника тест е резистентен само на метицилин, което не съответства на изискванията на възложителя.

За позиция № 27.32. „Тест ELISA HIV 1/2. Опаковка: 96 теста с включени консумативи и контроли“ Възложителя е заложил изискване за 96 бр. Тест ELISA HIV ½ за целия период на договора, а участникът е представил техническо предложение за 192 бр. в опаковка, което надвишава прогнозното количество на Възложителя 2 пъти.

За позиция № 27.33. „Тест HBsAb - IgM. Опаковка: лента/касета, до 50 теста, с включени консумативи и контроли“ Възложителя е заложил изискване за реактив изследващ hepatitis B core antibody /HBsAb/, а участника предлага тест Hepatitis B surface antibody /HBsAb/, който не отговаря на изискването на Възложителя.

• **Участник № 8 „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Моллов“, ж.к Младост №1, бл. 28Б и с оферта с Вх. № 8/12.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици с № 11.03, 11.05, 30.03.

Мотиви:

За позиция № 11.03 „Епруветки цилиндрична ф12 - 4 мл. С капаче, нестерилни“ Възложителят е заложил изискване епруветките да са 4мл, а от предоставения каталог от участника се вижда, че предлаганите епруветки са 3мл, което не отговаря на изискванията на възложителя.

За позиция № 11.05 „Конична епруветка с ф16/100, 10 мл, полистирол, нестерилна, неградуирана“ Възложителят е заложил изискване епруветките да са конични, а от предоставения каталог от участника се вижда, че предлаганите епруветки са цилиндрични, което не отговаря на изискванията на възложителя.

За позиция № 30.03 „Касети биопсични със странични прорези и наклонени странични стени под тъп ъгъл за по-добра обмяна на реактивите -0,26 мм. отвори“ Възложителят е заложил изискване за големина на отворите 0,26мм, а участникът предлага изделие с големина на отворите от 1,0x1,0мм.

• **Участник № 12 „Медиклим“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бесарабия“ №108В, ет.1 и с оферта с Вх. № 12/12.06.2019г. за обособени позиции / ном. единици с № 24.28.

Мотиви:

За позиция № 24.28 „Тест-бацитрацин В - 0.01 до 0.04 IU / диск. Опаковка:50 теста“ Възложителят е заложил изискване за натоварване от 0.01 до 0.04 IU/диск, а от предоставения от участника каталог не е видно какво е натоварването. Възложителя е изискал допълнителни разяснения относно натоварването, но участникът не е предоставил такива.

• **Участник № 14 „Оптим Ко“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Атанас Далчев, 1 вх. Б и с оферта с Вх. № 14/12.06.2019г.. за обособени позиции / ном. единици с № 23.10.; 23.13.; 30.3.

Мотиви:

За позиция № 11.03 „Епруветки цилиндрична ф12 - 4 мл. С капаче, нестерилни“ Възложителят е заложил изискване епруветките да са ф12 - 4 мл, а от предоставения каталог от участника се вижда, че предлаганите епруветки са ф 12 – 5 мл, което не отговаря на изискванията на възложителя.

За позиция № 22.16 „Cefoperazone-sulbactam 100 (50+50) µg. Опаковани в един стрип до 50 бр“ Възложителят е заложил изискване за концентрация 50 +50 mg, а участникът предлага реактив с 75 + 30 mg.

За позиция № 23.10 „Агар Сабуро с антибиотик. Опаковка: 0.5 кг“ Възложителят е заложил изискване агара да е с антибиотик, а участникът предлага реактив без антибиотик.

За позиция № 25.14 „Среда Цветна хранителна за доказване на дрожди от р. Candida- мин. 4 вида. Готова среда. Опаковка: до 20 бр. Петри“ Възложителят е заложил изискване за доказване на дрожди от р. Candida – мин. 4 вида, а участникът предлага изделие което доказва 3 вида + Esherichia coli.

За позиция № 28.06 „ЕПРУВЕТКА 4мл – стерилна, с тапа, индив. опакована“ участникът е предоставил допълнителни разяснения и каталог, от които е видно, че епруветката не е индивидуално опакована, което не отговаря на изискванията на Възложителя.

За позиция № 30.03 „Касети биопсични със странични прорези и наклонени странични стени под тъп ъгъл за по-добра обмяна на реактивите -0,26 мм. отвори“ Възложителят е заложил изискване за отвори от 0,26мм, а участникът предлага изделие с отвори 1,3мм.

IV. На основание чл. 110 ал.1 т.1 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата за следните позиции:

Позиция №	Наименование	ме	Количество
07	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор PENTRA 400 - затворени канали		
07.01.	Белтък в урина - касета x100 теста	касети	4
07.02.	Гликиран хемоглобин - флакони x345 теста	мл	665
07.03.	Годишен кит за Пентра 401	бр	1
07.04.	ГОТ/АСАТ/ - касета x250 теста	касети	10
07.05.	ГПТ /АЛАТ/ - касета x125 теста	касети	10
07.06.	Депроотеинизиращ разтвор - касета	касети	15
07.07.	Директен билирубин - касета x100 теста	касети	22
07.08.	Директно определяне на HDL холестерол - касета x240 теста	касети	8
07.09.	Калибратор за белтък в урина. Опаковка: флакони: 9 мл	флакон	4
07.10.	Калибратор за биохим. изследвания на Пентра 400. Опаковка: 10 x 3 мл	мл	180
07.11.	Калибратор за гликиран хемоглобин. Опаковка: 18 мл	мл	36
07.12.	Калибратор за микроалбумин. Опаковка: 5мл	мл	10
07.13.	Калибратор за СРП – пет нива. Опаковка: 5 x 1 мл	мл	10
07.14.	Калций - касета x285 теста	касети	10
07.15.	Кит Шестмесечен за Пентра 401	бр	2
07.16.	Контрол за биохим. изследвания на Пентра 400 нормална област. Опаковка: 10 x 5 мл	мл	100
07.17.	Контрол за биохим. изследвания на Пентра 400 патологична област. Опаковка: 10 x 5 мл	мл	50
07.18.	Контрол за кардиологични определяния. Опаковка:20 мл	мл	40
07.19.	Креатинин Яффе /алкален пикрат/ - касета x120 теста	касети	150
07.20.	Кюветни сегменти опаковки по 450 бр.	бр	500
07.21.	Микроалбумин - касета x150 теста	касети	4

07.22.	Общ билирубин - касета x130 теста	касети	50
07.23.	Ракове за пациенски проби за съдчета за проби за анализатор Pentra 401	бр	1
07.24.	С-реактивен протеин - касета x200 теста	касети	15
07.25.	Серумно желязо - касета x282 теста	касети	8
07.26.	Урея - касета x220 теста	касети	25
07.27.	Фосфор - касета x100 теста	касети	10
07.28.	ALP CP - касета x125 теста	касети	3
07.29.	Amilase CP-EP7G7 - касета x125 теста	касети	3
07.30.	СК - MB RTU имуноинхибиция флакони	мл	1000
07.31.	СК NAC IFCC/DGKC - касети x125 теста	касети	12
07.32.	Clean chem - Почистващ разтвор касета	касети	50
07.33.	GGT SZAZ касета x125 теста	касети	2
07.34.	Glukose PAP - касета x295 теста	касети	2
07.35.	HDL Cal - 2 ml	мл	2
08.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Биохимични реактиви за апарат Nycocard Reader II		
08.01.	Гликиран хемоглобин. За апарат Nycocard Reader II	тест	144
08.02.	Микроалбуминурия. За апарат Nycocard Reader II	тест	24
08.03.	С-реактивен протеин. За апарат Nycocard Reader II	тест	528
08.04.	D - димер. За апарат Nycocard Reader II	тест	600
10	ПОЗИЦИЯ - Субстанции и разтвори за клинична лаборатория		
10.01.	Анти ДНК антитела насочени срещу LE /Качествен латексов тест /. Опаковка: 50 до 100 теста	тест	50
10.02.	Бидестилирана вода. Опаковка: ампули от 10 мл	мл	4000
10.03.	Боя - фиксатор Май-Грюнвалд	л	1
10.04.	Ледена оцетна киселина р.а.	л	1
10.05.	Метилов алкохол	л	10
10.08.	Разтвор на Панди. Опаковка от 0.2 л	мл	400
10.09.	Рандом - промиващ разтвор за апарат Техникон. Опаковка от 1 л	л	2
10.10.	Реактив на Ерлих. Изследване на уробилиноген в урина	л	1

10.12.	Тест латексов Фибриндеградационни продукти	тест	50
11	ПОЗИЦИЯ - Консумативи за клинична лаборатория		
11.09.	Реакционни дискове за биохимичен анализатор RA 1001	бр	20
11.10.	Реакционни сегменти за коагулометър "Старт 4"	бр	300
11.11.	Сачми за коагулометър "Старт4"	бр	300
12	ПОЗИЦИЯ - Реактиви за биохимични изследвания		
12.01.	Амоняк - Кинетично определяне с глутаматдехидрогеназа. Опаковка: 0.2 л	мл	200
12.02.	ЖСК - Железен хлорид (III) 0.12 mmol/L. 3.10 g. магнезиев хидрогенкарбонат.	мл	1500
20	ПОЗИЦИЯ - Аглутиниращи наситени серуми за род Бордетела, 1 мл		
20.01.	Бордетела Пертусис. Опаковка: стъкло 1 мл	мл	1
24	ПОЗИЦИЯ - Течни хранителни среди и реактиви		
24.04.	Диск ONPG тест - Дискове напоени със 100 µg ONPG субстанция. Опаковка: 50 теста	тест	50
24.05.	Диск V+K - Дискове за идентификация на N.meningitides. Опаковка: до 50 теста	тест	50
24.06.	Ескулин 1%. Опаковка: Банка до 0.5 л	мл	500
24.07.	Железен трихлорид FeCl ₃ . Опаковка: Банка до 200 мл	мл	200
24.19.	Тароци. Опаковка: епруветки от 13 мл до 20 бр	бр	20
24.25.	Тест Латекс - Бърза диагностика на бактериален менингит в ликвор, серум, урина, хемокултура и изолат от твърда хранителна среда с възможност за идентификация на най-малко 6 причинителя	тест	50
24.27.	Тест PYRA + реактив. Опаковка: до 50 теста + реактив	тест	100
24.31.	Тест-V факто. Опаковка: 50 теста	тест	50
24.32.	Тест-X фактор. Опаковка: 50 теста	тест	50
24.33.	Тест-X+V фактор. Опаковка: 50 теста	тест	50
24.34.	Уилсън Блеер - епруветки от 13 мл. Опаковка: до 20 бр.	бр	40
25	ПОЗИЦИЯ - Готови среди, опаковка по 20 петри		
25.01.	Агар Борде жангу - Готова среда. Опаковка до 20 бр. Петри	бр	20
25.13.	Среда Транспортна за вискателни микроорганизми	бр	50
30	ПОЗИЦИЯ - Патохистологична лаборатория		

30.16.	КИТ за оцветяване Sudan III	мл	500
--------	-----------------------------	----	-----

Мотиви: За тези позиции не е подадена нито една оферта

V. На основание чл. 110 ал.1 т.3 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата за следните позиции:

Позиция №	Наименование	ме	Количество
11	ПОЗИЦИЯ – Консумативи за клинична лаборатория		
11.03.	Епруветки цилиндрична ф12 - 4 мл. С капаче, нестерилни	бр	4000
23	ПОЗИЦИЯ – Сухи хранителни среди		
23.10.	Агар Сабуро с антибиотик. Опаковка: 0.5 кг	грам	500
24	ПОЗИЦИЯ – Течни хранителни среди и реактиви		
24.09.	КИТ Campylobacter latex Test - Идентификация от селективна среда. Опаковка до 50 бр.	бр	50
24.10.	КИТ Clostridium difficile Test - Набор за бърза диагностика на инфекцията от течна култура или селективна твърда среда	тест	100
27	ПОЗИЦИЯ – Набори за серологична и вирусологична диагностика		
27.33.	Тест НВсАв - IgM. Опаковка: лента/касета, до 50 теста, с включени консумативи и контроли	тест	50

Мотиви: Всички подадени оферти не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070

Срок за подаване на жалби: 10 дни от датата на получаване на решението съгласно чл.197 и следващи от ЗОП.

Настоящото решение да се изпрати в законоустановения срок до всички участници.

**Информацията е заличена
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

Възложител:

/ Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор /