

Възложител:

Д-р Нели Савчева в качеството си на Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - гр. Габрово

РЕШЕНИЕ

№ 461 / 19.06 2015г.

**за обявяване класиране на участниците и участника определен за изпълнител на
обществена поръчка**

На основание чл.73 от ЗОП и въз основа на отразените резултати в протоколи №1/27.04.2015г., 2 /20.05.2015г., №3 /04.06.2015г., № 4 /16.06.2015г., № 5 /18.06.2015г. от работата на комисия, назначена със Заповед №339/27.04.2015г. на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет : **„Доставка на медицински консуматив /общ медицински консуматив/ заплащани от пациента за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”,** открита с Решение № 331/13.03.2015г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2015-0008/13.03.2015г.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и приетата методика: Съгласно Приложение № 1- неразделна част от настоящето решение

II. Участникът, класиран на първо място се определя като изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция както следва:

- Участник № 1: „Бикомед” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. „Цар Борис III” №201А, с оферта с Вх. № 1/22.04.2015 г за обособени позиции /номенклатурни единици/ с № 2.14.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 2: „Имплант - Г” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Етрополе, ул. „Асеновска” №4 , с оферта с Вх. № 2/22.04.2015 г за обособени позиции /номенклатурни единици/ с № 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.14; 6.19; 6.20; 6.21; 6.22; 6.23;

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 3: „Благи” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. „Филип македонски” №92 , с оферта с Вх. № 3/23.04.2015 г за обособени позиции /номенклатурни единици/ с № 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 18.1; 18.2; 18.3; 18.4; 18.5; 18.6; 18.7; 18.8; 18.9; 18.10; 18.11; 18.12; 18.13; 18.14; 18.15; 18.16; 18.17; 18.18; 18.19; 18.20; 18.21; 18.22; 18.23; 18.24; 18.25.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 4: „Сико Фарма“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. Брегалница № 47 , с оферта с Вх. № 4/23.04.2015 г за обособени позиции /номенклатурни единици/ с № 6.9; 6.10; 6.11; 6.12; 6.13; 6.15; 6.16; 6.17; 6.18; 6.27.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 5: „РСР“ ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. Виктор Григорович №3 , с оферта с Вх. № 5/24.04.2015 г за обособени позиции /номенклатурни единици/ с № 2.6; 2.11; 2.12; 2.13; 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5; 13.6; 13.7; 13.8; 13.9; 13.10; 13.11; 13.12; 13.13; 13.14; 13.15; 13.16; 13.17; 13.18; 13.19; 13.20; 13.21; 13.22; 13.23; 13.24; 13.25; 13.26; 14.1; 14.2; 14.3; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 16.5; 16.6; 16.7; 16.8; 16.9; 16.10; 16.11; 6.12; 16.13; 16.14; 16.15; 16.16; 16.17; 16.18; 16.19; 16.20; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6; 17.7; 17.8; 17.9; 17.10.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 6: „Екос Медика“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. Голям Братан №8 З , с оферта с Вх. № 6/24.04.2015 г за обособени позиции /номенклатурни единици/ с № 11.1; 11.2;

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 7: „Ливеда мед 200“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. Луи Айер 79Б , с оферта с Вх. № 7/24.04.2015 г за обособени позиции /номенклатурни единици/ с № 1.1; 1.2; 1.3;.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 9: „Ай Фарма“ ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов , с оферта с Вх. № 9/24.04.2015 г за обособени позиции /номенклатурни единици/ с № 3.1; 3.2; 3.3; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15; 3.16; 3.18; 3.21; 3.26; 3.32; 3.33; 3.36; 3.40; 3.41; 3.42; 3.48; 3.49; 4.2; 4.3; 4.8; 4.14; 6.24; 6.25; 6.26; 8.1; 8.3; 8.4

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 10: „Контакт Медикъл интернешънъл“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. Достоевски №4, с оферта с Вх. № 10/24.04.2015 г за обособени позиции /номенклатурни единици/ с № 2.1; 2.3; 2.4; 2.5; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 11: „Електро мед България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, ж.к. Красна Поляна № 2, бл.233 А, с оферта с Вх. № 11/24.04.2015 г за обособени позиции /номенклатурни единици/ с № 3.4; 3.6; 3.8; 3.9; 3.10; 3.17; 3.20; 3.25; 3.30; 3.34; 3.35; 3.37; 3.39; 3.43; 3.44; 3.50; 4.1; 4.10; 4.11; 5.5; .

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

III. Отстранени участници: На основание чл. 69 ал.1 т.3 от ЗОП Възложителя отстранява следните участници по позиции както следва:

- Участник № 8: „Софарма Трейдинг“ АД, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5 Софарма бизнес Тауърс сграда А с оферта с Вх. № 8/24.04.2015г за обособени позиции с за обособени позиции с №

За обособена позиция № 2 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ и по точно 2.5. *Еднокомпонентна мека хидрофилна, асферична леща с 360° правоъгълен ръб. Характеристика на оптиката: Асортимент (диоптри): -5.0 до +30.0 (стъпка 0.5/1.0D) Диаметър: 6.5мм. Форма: Биконвексна* *Материал: Хидрофилен акрилат с UV филтър Дизайн на оптичния ръб: 360° правоъгълен ръб. А-константа: Ултразвук.: 118.0 Рефрактивен индекс: 1.46 Характеристика на хаптиките: Диаметър: 12.50 мм Модел: Модифицирано "С" Материал: Хидрофилен акрилат с UV филтър,*

Мотиви: Предложеният от участника продукт не отговаря, защото: При заложено от Възложителя изискване за Диаметър: 6.5мм, участникът предлага продукт с Диаметър: 6.0мм; При заложено от възложителя изискване за Материал: Хидрофилен акрилат с UV филтър, участникът предлага Материал: Хидрофилен акрилат с хидрофобна повърхност.

За обособена позиция № 2 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ и по точно 2.6. *Еднокомпонентна мека, хидрофилна, а-сферична вътреочна леща без аберации с четири опорни точки и 360 гр. правоъгълен ръб на оптиката и хаптиките. Характеристика на оптиката: Асортимент (диоптри): +1.0 до +30.0 (стъпка 0.5/1.0D) Диаметър: 6.0мм. Форма: Биконвексна Материал: Хидрофилен акрилат с UV филтър Дизайн на оптичния ръб: 360 гр. правоъгълен ръб. А-константа: Ултразвук.: 118.0 Рефрактивен индекс: 1.458 Характеристика на хаптиките: Диаметър: 10.50/ 10.70/ 11.00 мм Модел: Четири опорни точки, 0 гр. ангулация Материал: Хидрофилен акрилат с UV филтър Възможност за имплантация с еднократен и многократен инжектор.*

Мотиви: Предложеният от участника продукт не отговаря, защото: При заложено от Възложителя изискване за Материал: Хидрофилен акрилат с UV филтър, участникът предлага Материал: Хидрофилен акрилат с хидрофобна повърхност

За обособена позиция № 2 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ и по точно 2.12 *Мека вътреочна леща- моноблок с ръб ,хаптики-4, диаметър на оптиката -6мм, външен диаметър -от 10.5 до 11.0мм, ангулация-0гр, асферична, оптичен диапазон -от -0.00 до 30.0D, ултравиолетов филтър. Материал -хидрофилен акрилат 26%. Рефракционен индекс на материала-1.46. А константа 118.0 апланационна, 118.3 биометрична. Размер на инцизията 2.6мм, инжектор за еднократна употреба. Място за имплантиране-в сака,*

Мотиви: Предложеният от участника продукт не отговаря, защото: При заложено от Възложителя изискване за оптичен диапазон -от -0.00 до 30.0D, участника предлага от +14,00 до 30,0 D.

- Участник № 11: „Електро мед България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, ж.к. Красна Поляна № 2, бл.233 А, с оферта с Вх. № 11/24.04.2015 г за обособени позиции /номенклатурни единици/ с №

За обособена позиция № 3 ОРТОПЕДИЧНИ ПЛАКИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ и по точно: 3.1. „1/3 тубуларна плака за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 1,0 мм, широчина 9 мм, разстояние между отворите 12 мм, от 2 до 12 отв.“

Мотиви: При заложено от Възложителя изискване за дебелина 1,0 мм, широчина 9 мм, в предложения от участникът каталог е записано: дебелина 9,0 мм, широчина 1,0 мм.

За обособена позиция № 3 ОРТОПЕДИЧНИ ПЛАКИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ и по точно: 3.12. „3,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина

2,8 мм, широчина 10 мм, разстояние между отворите 12 мм , дължина от 58мм до 262мм,от 5 до 22 отв.“

Мотиви: При заложено от Възложителя изискване за дебелина 2,8 мм, в предложения от участникът каталог е записано: дебелина 10,0 мм.

За обособена позиция № 3 ОРТОПЕДИЧНИ ПЛАКИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ и по точно: 3.13. „3,5 Динамично компресивна плака - за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 3,5 мм, широчина 10 мм, разстояние между отворите 12 мм , дължина от 25мм до 145мм,от 2 до 12 отв. – SS“

Мотиви: При заложено от Възложителя изискване за дебелина 3,5 мм, в предложения от участникът каталог е записано: дебелина 10,0 мм.

За обособена позиция № 3 ОРТОПЕДИЧНИ ПЛАКИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ и по точно: 3.14. „3,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт - реконструктивна ,дължина от 58 до190 мм , отвори от 4 до 16 за кортикални заклучващи винтове 3,5 мм и спонгиозни заклучващи винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове“

Мотиви: При заложено от Възложителя изискване за дължина от 58 до 190 мм и отвори от 4 до 16, в предложения от участникът каталог е записано: дължина от 70 до 317 мм и отвори от 5 до 22.

За обособена позиция № 3 ОРТОПЕДИЧНИ ПЛАКИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ и по точно: 3.21. „Заклучваща плака дистален радиус воларна 3.5 Т-права и наклонена за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове от 3/3 до 3/8 и от 4/4до4/8 отв.“

Мотиви: При заложено от Възложителя изискване за отвори за незаклучващи компресивни винтове, в предложения от участникът каталог липсват такива.

За обособена позиция № 3 ОРТОПЕДИЧНИ ПЛАКИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ и по точно: 3.26. „4,5 Кловърлийф плака ,за кортикални винтове 3,5мм и спонгиозни винтове 4,0 мм - дебелина 1,2 мм, широчина 15,2 мм, от 3 до 14 отв“

Мотиви: При заложено от Възложителя изискване за отвори от 3 до 14, в предложения от участникът каталог е записано: отвори до 6 бр

За обособена позиция №4 ОРТОПЕДИЧНИ ВИНТОВЕ И ПИРОНИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ и по точно 4.9. „Неримиран или канюлиран тибиален пирон, титан с 3 отв. (1 динамичен) за проксимално заклучване и 2 дистални отвора. Диаметър о 8 мм, о 9 мм и о 10 мм, дължини 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345 мм. Заклучващи винтове 4.5 мм с дължини 25-65мм/ стъпка 5мм/.Ш“

Мотиви: При заложено от Възложителя изискване за Диаметър о 8 мм, о 9 мм и о 10 мм, в предложения от участникът каталог липсва диаметър 8 и 9 мм.

За обособена позиция №4 ОРТОПЕДИЧНИ ВИНТОВЕ И ПИРОНИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ и по точно 4.13. Универсален феморален пирон, прав, канюлиран, с динамичен и статичен отвори за проксимално заклучване и 2 дистални отвора, титан. Диаметър о9мм, 10мм, 11мм и дължини 320, 340, 360, 380, 400, 420мм. Заклучващи винтове 4,9мм с дължини 25-85мм/ стъпка 5мм.Ша“

Мотиви: При заложено от Възложителя изискване за Диаметър о 9 мм, 10 мм, 11 мм в предложения от участникът каталог липсва диаметър 9 мм.

За обособена позиция №4 ОРТОПЕДИЧНИ ВИНТОВЕ И ПИРОНИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ и по точно 4.14. „Реконструктивен хумерален пирон - диам. 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм, с възможност за проксимално и дистално заключване в няколко равнини , дължина от 150 до 250 мм – Титаний“

Мотиви: При заложено от Възложителя изискване за Диаметър 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм в предложения от участникът каталог липсва диаметър 6 мм. Предлаганото изделие е с един заключващ винт 3,9 мм, няма проксимално и дистално заключване и предлаганата дължина е от 180 до 310

• Участник № 10: „Контакт Медикъл интернешънъл“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. Достоевски №4, с оферта с Вх. № 10/24.04.2015 г за обособени позиции /номенклатурни единици/ с № 2.14

Мотиви: С Вх. № 1600/27.05.2015 г в деловодството на болницата е постъпило писмо от участник № 10: „Контакт Медикъл интернешънъл“ ООД. В писмото участникът е заявил отказа си от по-нататъшно участие в процедурата по позиция № 2.14 поради невъзможност от бъдещи доставки.

IV. На основание чл. 39 ал.1 т.1 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата за следните позиции:

№	Ном.№	Наименование	М. е./Лек.ф-ма	Колич.
000100				0
000800	2.2	Еднокомпонентна РММА, преднокамерна леща за ирис фиксация. Характеристика на оптиката: Асортимент (диоптри): +2.0 до 30.0 (стъпка 0.5/1.0D) Диаметър: 5.0 мм. Форма: Биконвексна Материал: РММА с UV филтър А-константа: Ултразвук.: 115.0 Характеристика на хаптиките: Диаметър: 8.50 мм Модел: Ирис клипс Материал: РММА с UV филтър	бр	5
002600	3.5	D.C.S. плака / 95 °/ с ограничен контакт от 6 до 16 отв. - комплект	бр	5
002800	3.7	D.H.S. плака / 135 °/ с ограничен контакт от 2 до 16 отв. - комплект	бр	60
003200	3.11	2,4 Заклучваща плака за радиус с ширина на главата 19,5мм/22мм/25,5мм - анатомично контурирана, за заключващи винтове 2,4 мм и незаклучващи компресивни винтове 2,7 - лява и дясна ,2-5 отв. дължина от 42mm до 77mm - Титаний	бр	2
004000	3.19	Заклучваща плака 3.5 мм за олекранон АО тип, лява/дясна 4, 5, 6, 7, 8 отвора, ограничен контакт и без ограничен контакт	бр	2
004300	3.22	Заклучваща реконструктивна плака 3.5 дъгова 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 отв	бр	2

004400	3.23	Калканеарна плака, А0 тип	бр	1
004500	3.24	Клавикуларна преконтурирана диафизарна заключваща плака, леви/десни, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отвора.	бр	2
004800	3.27	Компресионни плаки за метакарпални кости (комплект - сет) титаний за винтове с диаметър 2.3 и с дебелина 1.0 мм	бр	2
004900	3.28	Ограничен контакт заключваща плака 3.5 за калканеус А0 тип, леви/десни 69, 75 мм	бр	2
005000	3.29	Ограничен контакт заключваща плака 3.5 за калканеус А0 тип, ляви/десни 69, 75 мм	бр	2
005200	3.31	Ограничен контакт заключваща плака 3.5 преконтурирана дистална антеро-латерална тибия пилон, за миниинвазивна инсерция, леви/десни 4, 6, 8, 10, 12 отв.	бр	5
005900	3.38	Ограничен контакт заключваща плака за проксимална латерална тибия плато с 3 винта в платото, преконтурирана, леви/десни 5, 9, 13, 17 отв в диафизата брой 5. Ограничен контакт заключваща плака за проксимална медиална тибия плато с 4 винта в платото, прекон	бр	5
006600	3.45	Плаки за метакарпални кости (комплект - сет) титаний за винтове с диаметър 2.3 и с дебелина 1.0 мм	бр	2
006700	3.46	Прави и трохартерни плаки за перипротезни фрактури - Прави плаки: материал - неръждаема стоманена сплав	бр	2
006800	3.47	Реконструктивна плака 3.5 мм от 5 до 22 отв.	бр	10
007600	4.4	Канюлирани винтове 2.5, 2.7, 3.5, 4.5, 5.0 мм - къса резба	бр	10
007700	4.5	Конюлиран винт 4,0 мм, къса резба, титан / комплект + шайба/	бр	5
007800	4.6	Конюлиран винт тип Хърбърт 3,0 мм, титан, 14-32 мм	бр	10
007900	4.7	Къс бедрен пирон с тройно заключване към бедрената шийка и телескопичен динамичен винт Нано кристал диамант.покритие	бр	2
008400	4.12	Къс мултифункционален фемурален заключващ пирон диам. 10 мм,11мм - глава 15мм ,с динамичен винт 6,4 мм и дистални заключващи винтове 5,0 мм,дължина 240мм - SS 316L	бр	2
008800	5.1	Анкер 2.0 мм, Изработен от Nickel titanium alloy (NiTi) & 6Al-4V ELI Titanium. с конец Етибонд (сплетен полиестерен конец) -91см с 2 конца стерилен	бр	5

008900	5.2	Анкер 4.0 мм; Изработен от титаниева сплав с конец Етибонд (сплетен полиестерен конец) - 66см с дължина на анкер 9.7 мм с 4 конца стерилен	бр	5
009000	5.3	Анкер 4.5 мм; Изработен от Polyetheretherketone (РЕЕК) с Ортокорт (сплетен компоситен конец)- 91см с 4 конца стерилен	бр	3
009100	5.4	Анкер 5.0 мм; Изработен от титаниева сплав с Етибонд (сплетен полиестерен конец) -91см с 4 конеца стерилен	бр	5
012200	7.1	Костно заместващо вещество - гранули от 5 cc, 10 cc, 16 cc, 32 cc	бр	2
012300	7.2	Костно заместващо вещество - клин, различни размери	бр	2
012400	7.3	Костно заместващо вещество - паста	бр	2
012500	7.4	Костно заместващо вещество - таблетки	бр	2
012600	7.5	Костно заместващо вещество - цилиндър, различни размери	бр	2
012900	8.2	Серклажни холдери за фиксация на серклажните ленти към плаките за перипротезни фрактури	бр	2
013200	8.5	Динамичен външен фиксатор за горен крайник	бр	10
013300	8.6	Динамичен външен фиксатор за долен крайник	бр	10
013500	9.1	Бримка за ТУ ТУР с топче - еднократна монополярна	бр	30
013600	9.2	Бримка за ТУР - еднократна монополярна	бр	30
013700	9.3	Еднократен сет за супрапубичен дренаж (цитофикс) ch 12, ch 14	бр	15
013800	9.4	Протеза JJ № 6; № 7. Отворена в двата края с водач; затворен проксимален край; дължина 28 см.	бр	20
013900	9.5	Сонда за литотрипсия № 5; № 6	бр	5
019300	15.1	Еднократен кожен съшивател, размер на скобите 5,5x3,5мм, брой на скобите 15	бр	2
019400	15.2	Еднократен кожен съшивател, размер на скобите 5,5x3,5мм, брой на скобите 25	бр	2
019500	15.3	Еднократен кожен съшивател, размер на скобите 5,5x3,5мм, брой на скобите 35	бр	2
Общ брой: 42				

Мотиви: Не е подадена нито една оферта

V. На основание чл. 39 ал.1 т.2 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата за следните позиции:

№	Ном.№	Наименование	М. е./Лек.ф- ма	Колич.
---	-------	--------------	--------------------	--------

008100	4.9	Неримиран или канюлиран тибиаден пирон, титан с 3 отв. (1 динамичен) за проксимално заключване и 2 дистални отвора. Диаметър о 8 мм, о 9 мм и о 10 мм, дължини 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345 мм. Заключващи винтове 4.5 мм с дължини 25-65мм/ стъпка 5мм/.Ш	бр	2
008500	4.13	Универсален феморален пирон, прав, канюлиран, с динамичен и статичен отвори за проксимално заключване и 2 дистални отвора, титан. Диаметър о9мм, 10мм, 11мм и дължини 320, 340, 360, 380, 400, 420мм. Заключващи винтове 4,9мм с дължини 25-85мм/ стъпка 5мм.Ша	бр	5
Общ брой: 2				

Мотиви: Всички оферти не отговарят на предварителните условия на Възложителя

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070

Срок за подаване на жалби: 10 дни от датата на получаване на решението съгласно чл.120 и сл. От ЗОП.

На основание чл.73, ал.3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Възложител:
/Д-р Нели Иванова Савчева
Изпълнителен директор
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД/

