

Възложител:

Д-р Нели Савчева в качеството си на Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово

РЕШЕНИЕ

№ *402* / *РД* / *17* 2017г.

за обявяване класиране на участниците и участника определен за изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.108 от ЗОП и въз основа на отразените резултати в протоколи №1/25.04.2017г., №2/15.06.2017г., №3/12.07.2017г., № 4/18.07.2017 г, № 5/27.07.2017 г и Доклад от 27.07.2017 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-02-330/25.04.2017 г. на Д-р Нели Иванова Савчева Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД - Габрово”** открита с Решение № 402/17.03.2017г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2017-0008/17.03.2017г.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и приетата методика: Съгласно Приложение № 1- неразделна част от настоящето решение

II. Участникът, класиран на първо място се определя като изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция както следва:

▪ Участник № 1 „РСР” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София 1606 район р-н Красно село ул. Виктор Григорович № 3, вх. 1, партер, ап. 2 с оферта с Вх. № 1/12.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 19.9; 19.11; 19.14.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 2 „Порт Истанбул” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас ул. „Славянска“ №79 ет.2 с оферта с Вх. № 2/19.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 19.6; 19.7.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 3 „Екос Медика” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София кв. Павлово, ул. Голям Братан № 8 с оферта с Вх. № 3/20.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 4.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.1; 9.5; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 11.6; 12.12; 12.13; 12.14.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 4 „Прохелт” ЕООД, със седалище и адрес на управление :гр.СОфия р-н Красно село, бул. Прага №40 с оферта с Вх. № 4/20.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 5.1; 19.5.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 5 „Кардио Медикал“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София р-н Красно село, бул. Цар Борис III, №23, ет.3 ап. Офис 1 с оферта с Вх. № 5/20.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 16.1.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 6 „Вега Медикал“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София р-н Триадица , бул. „ България“ №109, бл. Бизнес център „Вертиго“, ет .2, оф. 2.6-2.7 с оферта с Вх. № 6/21.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 8.5; 8.6; 8.7; 9.3; 11.15; 15.3; 16.4.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 7 „Б.Браун Медикал“ ЕООД със седалище и адрес на управление : гр.София 1528 р-н Искър бул Христофор Колумб №64, бл.А2, офис 111 с оферта с Вх. № 7/21.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 6.3; 16.5; 19.10.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 8 „Фармтекс Медикъл “ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София р-н Средец, Луи Леже № 10 с оферта с Вх. № 8/21.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 8.8; 9.4; 19.1; 19.2.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 9 „ Новимед Кардио“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София р-н Триадица, ж.к. Манастирски ливади-Б, Сградата на Евроцентър, бл.65, ет.2 с оферта с Вх. № 9/21.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 6.1; 6.2; 6.4; 6.5; 7.1; 7.2; 12.19; 13.14; 15.2; 15.4; 16.6; 19.3; 19.8; 19.13; 19.18; 19.20; 19.21.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 10 „Медимаг“ ЕООД със седалище и адрес на управление : гр. София, р-н Триадица, кв. Манастирски ливади – изток, ул. Димитър Сагаев №19 с оферта с Вх. № 10/21.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 4.2; 4.3; 4.4; 11.13; 11.14; 12.15; 13.12; 14.1; 16.3.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 11 „Емония Фармтех България“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Редута, ул. „Блага Димитрова“ № 37 вх.1, ет.1, ап.1 с оферта с Вх. № 11/21.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 19.4.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 12 „Куантум Медикъл“ ООД със седалище и адрес на управление : гр. София бул. Драган Цанков № 36, интерпред-СТЦ, офис 117 с оферта с Вх. № 12/21.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 6.9; 16.8.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

- Участник № 13 „Диамед“ ООД със седалище и адрес на управление : гр. София , р-н Изгрев, Жوليو Кюри № 48 с оферта с Вх. № 13/21.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 19.16.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

■ Участник № 14 „Софарма Трейдинг“ АД със седалище и адрес на управление : гр. София ул. „Лъчезар Станчев“ № 5 Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 с оферта с Вх. № 14/21.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 2.9; 6.7; 6.8; 8.1; 11.1; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.16; 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5; 15.1; 16.2.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

■ Участник № 15 „Маримпекс 7“ ЕООД със седалище и адрес на управление : гр. София р-н Красно село, бул. „Цар Борис“ III №54 с оферта с Вх. № 15/21.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 6.6; 9.2; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5; 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.17; 12.18; 13.6; 13.7; 13.8; 13.9; 13.10; 13.11; 13.13; 13.15; 16.7; 17.1; 17.2; 17.3.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

III. Отстранени участници: На основание чл. 107 т.2 буква а от ЗОП Възложителя отстранява следните участници по позиции както следва:

■ Участник № 6 „Вега Медикал“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София р-н Триадица , бул. „ Бългaria“ №109, бл. Бизнес център „Вертиго“, ет .2, оф. 2.6-2.7 с оферта с Вх. № 6/21.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 10.1; 12.3; 12.9; 12.10; 12.16; 12.17; 13.1; 13.4; 13.6; 13.12; 16.5; 16.6.

Мотиви: За позиция № 10.1. „Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/до 180 cm с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat", ангулиран и прав“ участникът е предложил продукт: Roadrunner Uniglide с кат. № HPW-18-80. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото не предлагат 0,032 инча както е изискването на Възложителя.

За позиция № 12.3 „Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколенна, тибиялна, перонеална, субклавия и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентирание на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; OTW тип, с нисък профил на балона и конусовиден връх (0.040" (1.016 mm) - материал NyВax; съвместим с 0,35" водач, некомплянтен; двоен лумен, шафт завършващ в Y конектор; два платина-иридиеви рентгеноконтрастни маркера; лубрикантно покритие Mediglide на балона и върха; RBP – 24 atm; работни дължини на балон катетъра – 40 cm, 75 cm, 135 cm; диаметри на балона в mm: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12; дължини в mm: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200“ участникът е предложил продукт: Advance35 с кат. № РТА5-35-135-3-2.0. От предоставения каталог комисията установи, че медицинското изделие не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложен дължини от 20 до 200 mm, предлага от 20 до 140 mm. Не предлага работни дължини на балон катетъра 40 и 75 cm. Не отговаря на заложените изисквания да издържа на 24 atm., а издържа на 15 atm.

За позиция № 12.9. „Периферни балон катетри : Съвместимост с водач: 0.018“; Материал: SCP (Semi Cristaline Polimer); Дизайн на шафт: coaxial balloon lumen; Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на шафта - само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване: 5кратно; 2кратно за 170 mm; Маркери: набити; Работна дължина: 90, 130 и 150 cm; Размери: d: 2,0 - 7,0; l: 20 - 200; Интродюсер: 4 F (2,0 - 6 mm), 5 F (7

mm); LONG SIZES: 200 mm за дълги и дифузни лезии“ участникът е предложил продукт: Advance18 с кат. № PTA4-18-135-3-2. От предоставения каталог комисията установи, че медицинското изделие не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложили за работни дължини от 90, 130 и 150 cm, участникът предлага 80 и 155 дължина, при заложили размери d: от 2 до 7, предлага от 3-8, при l: при заложили от 20-до 200, участникът предлага продукт с размери от 20-до 100.

За позиция № 12.10 «Периферни балон катетри: Съвместимост с водач: 0.014”; Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer); Покритие: hydrophilic patchwork coating на балона и силикон на шафта - само върху външната повърхност на плките на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване: 3кратно; Маркери: набити; Работна дължина: 90, 120 и 150 cm; Размери: d: 1,5 - 4,0; l: 20 - 220; Интродюсер: 4 F.“ Участникът предлага продукт с наименование: Advance Micro™ 14 и каталожен № PTA3-14-150-1.5-2. От предоставения каталог комисията установи, че медицинското изделие не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложили работни дължини 90, 120 и 150 cm, участникът предлага само 90 и 150 cm. При заложили размери d: 1.5-4.0 предлага от 1,5 – 3,00; при заложили размери l: 20-200 предлага само то 2 до 120.

За позиция № 12.16 «Медикамент излъчващ периферен балон: Съвместимост с водач: 0.018”; Материал: SCP (Semi Cristaline Polimer) ПОКРИТИЕ ; Медикамент : Паклитаксел (Paclitaxel) ; Доза на медикамента: 3.0 µg/mm²; Матрица: Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC) ; Шафт: 3.8 F, хидрофобно покрит; Маркери: набити; Работна дължина: 90 ,130 mm; Размери: d: 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 mm; l: 40-80-120 mm; Интродюсер: 4 F (3,0 - 4,0 mm), 5 F (5,0 - 7,0 mm)“ Участникът предлага продукт с наименование: BioPath™ 014 и каталожен № BPTH-14-2040 L. От предоставения каталог комисията установи, че медицинското изделие не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложили изисквания за съвместимост с водач 0.018 инча, предлага с 0,014 инча. При изисквания за размери d: 3-7, предлага от 2 до 4.

За позиция № 12.17 „Балон катетри за перкутанна транслуминална ангиопластика с покритите от паклитаксел и ексципиент; Балон: коаксиален дизайн на шафта; съвместим с водачи 0.014" или 0.018" (0.36 mm или 0.46 mm); два рентгенонепрозрачни ленти (една проксимална и една дистална); Маркерите върху проксималния шафт определят дължината на дисталния край на катетъра; Работните дължини на катетрите са 80 cm и 135 cm. Катетърът с работна дължина 80 cm има един маркер при 50 cm и два маркера при 60 cm. Катетърът с работна дължина 135 cm има един маркер при 90 cm два маркера при 100 cm. диаметри на балона в mm; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; дължини на балона в mm:20; 40; 60; 60; 80; 100; Покритие: лекарство - паклитаксел е 2.0 µg на mm² от повърхността на балона и ексципиент - acetyl tributyl citrate – АТВС“ Участникът предлага продукт с наименование: BioPath™ 014 и каталожен № BPTH-14-2040 L. От предоставения каталог комисията установи, че медицинското изделие не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложили изисквания за диаметър на балона в mm. От 2 до 8, предлага от 2 до 4; при заложили изисквания за дължина на балона от 20 до 100 mm, предлага от 40 до 150 mm.

За позиция № 13.1 «Периферни стентове и протектиращи устройства Материал: неръждаема стомана; Дизайн на стента: спирала; Дизайн на shaft: Bi-lumen; Дължина на shaft: 80 и 130 cm; RBP: 15 atm (5 - 8 mm), 13 atm (9 - 10 mm); Размери: d: 5,0 - 10,0; l: 15 - 25 - 38 - 56; Покритие: ProBio; Технология на термично закрепване на стента; Съвместимост: 5 F - 7 F интродюсер.» Участникът предлага продукт с наименование: Formula® 535 и каталожен № FOV535-35-80-4-12. От предоставения каталог комисията установи, че медицинското изделие не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложили изисквания за дължина на shaft 80 и 130 cm., предлага 80 и 135 cm. ; при заложили размери l: 15-25-38-56, предлагат 12-20-30-40-60.

За позиция № 13.4 „Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .035”; Дизайн на стента: 12 венеца; 3 S връзки между сегментите; Дебелина на стратите: 225 µm; Скъсяване: <2%; Дължина на shaft: 70 и 120 cm; Маркери: по 4 златни във всеки край; Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на shaft; Easy release system- система за лесно освобождаване на стента; 6 F съвместимост с интродюсер; anti jump mechanism - специално удебеление на shaft, което предпазва стента по време на разгъване от изплъзване напред; Размери: d: 7,0 - 12,0; l: 30 – 80” Участникът предлага продукт с наименование: Zilver Flex® 35 и каталожен № ZFV6-80-5-2.0. От предоставения каталог комисията установи, че медицинското изделие не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложили изисквания за дължина на shaft: 70 и 120 cm, предлага 80 и 125 cm. При заложили размери на стента в mm.d: 7-12 предлага от 5-10.

За позиция № 13.6 «Премонтиран стент за периферна ангиопластика; Система за доставка - OTW катетър с некомплаиантен балон; 2 рентгеноконтрасни маркера на балона; Съвместим с 0,35" водач; Номинално налягане 8 atm за диаметри 5 - 9 mm и 10 atm за диаметър 10 mm; Дължини на стента от 17 mm, 25 mm, 27 mm, 37 mm и 57 mm, стент и балон диаметри, вариращи от 5 mm до 10 mm и дължина балон от 20 mm до 60 mm. Система за доставка – две дължини 75 cm и 135 cm; Дисталните 30 - 40 cm са покрити с Hydro Pass™ покритие» Участникът предлага продукт с наименование: Formula® 535 и каталожен № FOV535-35-80-4-12. От предоставения каталог комисията установи, че медицинското изделие не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложили изисквания за система за доставки с две дължини 75 и 135 cm, участникът предлага 80 и 135 cm.; при заложили изисквания за дължини на стента от 17, 25, 27, 37, 57 mm, участникът предлага 12-20-30-40-60 mm.

За позиция № 13.12. «Саморазгъващ се стент от нитинол, системата е съвместима с 6 и 7 F интродюсер. Дизайн на стента - 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетени, радиална здравина над 10 Нютона. Доставяща система с ергономична дръжка позволяваща работа с една ръка. Два Tungsten маркера на доставящата система. Атравматичен връх и хидрофилно покритие на системата. Дължина на стента - 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm. и диаметър от 4, 5, 6, 7, 8 mm. Дължина на shaft - 80, 120 cm. CE и FDA индикации за употреба в SFA и Poplitea” участникът предлага продукт с наименование: Zilver Flex® 35 и каталожен № ZFV6-80-5-2.0. От предоставения каталог комисията установи, че медицинското изделие не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложили изисквания за дължина на shaft 80, 120 cm, предлага 80,125 cm; При заложили изисквания за даметър на стента от 4, 5, 6, 7,8,

За позиция № 11.3. „ Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии. Дължини в cm: 195 , 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 g, 18 g, 25 g , 30 g; диаметър 0.014" " участникът е предложил продукт: Laureate с кат. № LWSTFA35150. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложен изисквания за дължини 195 и 300 cm, участникът предлага 80, 150, 180, 220, 260 cm.

За позиция № 11.5. „ Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии. Дължини в cm: 195 , 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 g, 18 g, 25 g , 30 g; диаметър 0.018" " участникът е предложил продукт: Laureate с кат. № LWSTFA35150. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложен изисквания за дължини 195 и 300 cm, участникът предлага 80, 150, 180, 220, 260 cm.

▪ Участник № 9 „ Новимед Кардио“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София р-н Триадица, ж.к. Манастирски ливади-Б, Сградата на Евроцентър, бл.65, ет.2 с оферта с Вх. № 9/21.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 6.7; 12.1; 12.16; 13.2; 13.6; 16.8.

Мотиви: За позиция № 6.7. „ Балон полу-разтеглив за предилатация Размери: Диаметър от 1,50 mm до 4,00 mm. Дължина от 10 mm до 30 mm. 2.0 F hypotube, профил на върха 0,019". Материал на балона – РЕВАХ. Входен профил на лезията 0,035"/0,89 mm, проксимален профил на ствола 2,0 F/0,0265"/0,67 mm." участникът е предложил продукт: Milvus plus с кат. № от MP-4.0x20-8 до MP-8.0x100-13. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото предлагания балон е за периферна, а не за коронарна интервенция. При заложен размери за дължина от 10 до 30 mm, преслага медицинско изделие с размери от 20 до 70 mm.

За позиция № 12.1. „ Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, инфрапоплитеална, подколенна и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; Монораил и OTW; съвместим с с 0,14" водач; полукомплиантен балон с ултра нисък профил и нисък профил на върха (с безшевен, заострен дизайн); платформата на MR е за бърз обмен на катетъра, а платформата на OTW - over-the-wire катетър, всяка с коаксиален дизайн на shaft; катетъра включва заострен връх (0.017") - материал NuVax; работни дължини 90 cm и 150 cm; 2 mm платина-иридиеви рентгеноконтрастни маркери; игла с луер порт - за промиване дисталния вътрешен лумен преди поставяне на подходящи водачи за Monorail балон катетъра; проксималната част на балона е покрита с хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™ покритие; диаметри на балона в mm: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини в mm: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220;" участникът е предложил продукт: Milvus с кат. № от MI-1.5x20-9 до MI-5.0x100-1. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложен изисквания за дължини от 40 до 220 mm, участникът предлага от 20 до 100 mm.

За позиция № 12.16. „ Медикамент излъчващ периферен балон: Съвместимост с водач: 0.018"; Материал: SCP (Semi Cristaline Polimer) ПОКРИТИЕ ; Медикамент : Паклитаксел (Paclitaxel) ; Доза на медикамента: 3.0 µg/mm²; Матрица: Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC) ; Shaft: 3.8 F,

хидрофобно покрит; Маркери: набити; Работна дължина: 90, 130 mm; Размери: d: 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 mm; l: 40-80-120 mm; Интродюсер: 4 F (3,0 - 4,0 mm), 5 F (5,0 - 7,0 mm)." участникът е предложил продукт: Legflow 0.18 с кат. № от L18 2.0-40 до L18 7.0-40. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложените изисквания за размери и диаметър започващ от 3, участникът не предлага такъв, няма съвместимост с водач 0,018" има 0,014 и 0,035.

За позиция № 13.2. „ Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .035"; Дебелина на стратите: 140/85 µm; Скъсяване: <2%; Работна дължина: 90 - 135 cm; Маркери: по 6 златни във всеки край; Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шифта; Release handle- система за освобождаване на стента; 6 F съвместимост с интродюсер; Размери: d: 5,0 - 7,0 mm; l: 30 - 200 mm;" участникът е предложил продукт: iVolution с кат. № от SPN BC35080050040 до SPN BC35140100100. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложените изисквания за дължини от 30-200mm, участникът предлага от 40 до 200 mm. При изискване за работна дължина за 90-135 cm, предлагат 80-140 cm.

За позиция № 13.6. „ Премонтиран стент за периферна ангиопластика; Система за доставка - OTW катетър с некомплаиентен балон; 2 рентгеноконтрасни маркера на балона; Съвместим с 0,35" водач; Номинално налягане 8 atm за диаметри 5 - 9 mm и 10 atm за диаметър 10 mm; Дължини на стента от 17 mm, 25 mm, 27 mm, 37 mm и 57 mm, стент и балон диаметри, вариращи от 5 mm до 10 mm и дължина балон от 20 mm до 60 mm. Система за доставка - две дължини 75 cm и 135 cm; Дисталните 30 - 40 cm са покрити с Hydro Pass™ покритие." участникът е предложил продукт: BeSmooth с кат. № от BSP1805_1 до BSP5710_2. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложените изисквания за дължина на стента от 17mm, 25 mm, 27, 37, и 57 mm, участникът предлага мед. Изделие с размери 18, 23, 27, 28, 38, 57, 58 mm. При заложените изисквания за система за доставка две дължини 75 и 135 cm, предлага 75 и 120 cm..

За позиция № 16.8. „ Коронарна медикамент излъчваща стент система: Дебелина на страта 65 µm (0,065 mm или 0.0026"). Recoil: <3%. Средна загуба (mean foreshortening): <0,29%. Лекарство: Sirolimus. Еквивалентна лекарствена доза: 1,25 µg/mm². Полимер: биоразградим и биосъвместим. Система за доставка: Бърз обмен (Rapid exchange). Дизайн: хибриден - отворена клетка в средата и затворена клетка в края. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 14/16 atm (burst pressure). Balloon overhang: <0,5 mm. Външен диаметър на шифта: Проксимален 1,95 - 1,98 F (2.13 F за стентове с дължина 44 mm и 48 mm). Дистален 2,7 F (2.4 F за диаметри 2.00 mm). Ro маркери: 2 - Платина/Иридий. Използваема дължина на катетъра: 140 - 142 cm. Съвместимост на с водещия катетър: 5 F (Min. I.D. 0.056"/ 1.42 cm). Водач: 0.014" или 0.36 mm. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48. Диаметър (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5." участникът е предложил продукт: Xlimus с кат. № от XL2.25-8 до XL5.00-40. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложените изисквания за дължина на стента от 8,13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44 и 48 mm, участникът предлага мед. Изделие с размери 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 mm. При заложените изисквания за диаметри от 2 до 4,5 предлага от 2,25 до 5 mm.

▪ Участник № 10 „Медимаг“ ЕООД със седалище и адрес на управление : гр. София, р-н Триадица, кв. Манастирски ливади – изток, ул. Димитър Сагаев №19 с оферта с Вх. № 10/21.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 6.5; 6.7.

Мотиви: За позиция № 6.5. „ Балон катетър за коронарна ангиопластика при Тотални оклузии. Материал на балона – Pebax. Външен диаметър на върха – 0.016". Nominal Pressure 6 atm, RBP – 14 atm. Покритие: Hydro-x / върха; Invio / водач. Размери- Диаметър: от 1,00 до 4,00 mm, Дължина от 5 до 30 mm." участникът е предложил продукт: Mini Treкс кат. № 1012268-06 / 1012278-30. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложен изисквания за размери диаметър от 1 до 4 mm, предлага от 1,2 до 5mm. При заложен дължини от 5 до 30 mm, предлага от 6 до 30 mm.

За позиция № 6.7. „ Балон полу-разтеглив за предилатация Размери: Диаметър от 1,50 mm до 4,00 mm. Дължина от 10 mm до 30 mm. 2.0 F hypotube, профил на върха 0,019". Материал на балона – РЕВАХ. Входен профил на лезията 0,035"/0,89 mm, проксимален профил на ствола 2,0 F/0,0265"/0,67 mm." участникът е предложил продукт: NC Trek с кат. № от 1012444-06 / 1012439-25. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложен изисквания за полуразтеглив балон играят с неразтеглив балон. При заложен дължини от 10 до 30 mm, играят от 6 до 25 mm.

▪ Участник № 11 „Емония Фармтех България“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Редута, ул. „Блага Димитрова“ № 37 вх.1, ет.1, ап.1 с оферта с Вх. № 11/21.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 4.2; 4.3; 11.11; 11.12; 19.18.

Мотиви: За позиция № 4.2. „ Водач - РТСА, 0.014"; от 180 cm до 190 cm и 300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Durasteel, полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30 mm; наличие на допълнителен 2 mm маркер, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология, различни степени на твърдост на върха." Комисията е изисквала допълнителни разяснения на заявените от участника данни в техническото предложение на основание чл.57, ал.13 от ППЗОП. В постъпилото писмо участника е посочил, че към днешна дата не може да предостави допълнителни разяснения към актуален каталог. По този начин предоставената от участника информация е непълна и комисията не може да установи дали изделието отговаря на заложените минимални изисквания на Възложителя.

За позиция № 4.3. „ Водач - РТСА, 0.014"; от 180 cm до 190 cm и 300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Durasteel, полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30 mm; модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подробен контрол на въртене - responsease технология три различни степени на опора." участникът е предложил продукт: Champion PTCA Guide Wire кат. № PTCA-CAR-S/J-HY-EF/F/I/S/T-D-014-195/300. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложен изисквания за дължини на водача от 180 до

190 и 300 см, участникът предлага 185, 195 и 300 см. Липсва информация за responsease технология за въртене.

За позиция №11.11 . „ Периферен водач, полимерно покритие, вътрешен диаметър 0.014" и 0.018"; натоварване на върха 3 G и 4 G, прав и J вариант; обща дължина - 200/235/300 cm; " участникът е предложил продукт: Champion PTCA Guide Wire с кат. № PTCA-СТО-S/J-SI-3/4,5-D-014-300. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложиени изисквания за дължини 200/235/300 см, участникът предлага 195 и 300 см При заложиено изискване за вътрешен диаметър 0.014" и 0.018", участникът предлага само 0.014".

За позиция №11.12 . „ Периферен водач с хидрофилно покритие, вътрешен диаметър 0.014 и 0.018"; натоварване на върха 12 G, прав и J вариант обща дължина - 200/235/300 cm;" участникът е предложил продукт: Champion PTCA Guide Wire с кат. № PTCA-СТО-S/J-HY-12-D-014-300. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложиени изисквания за дължини 200/235/300 см, участникът предлага 195 и 300 см При заложиено изискване за вътрешен диаметър 0.014" и 0.018", участникът предлага само 0.014".

За позиция №19.18 „Тромб - аспирационен катетър, скосен връх, термично обработен връх; Наличие на метална оплетка в стената за добър контрол при въртене. Два диаметра на катетъра, съвместими с 6 F и 7 F въвеждащи катетри, със съответно дължини 140 cm и 145 cm" участникът е предложил продукт: eucaAC /Aspiration Catheter/ с кат. № EUCAAC /непълен/. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложиени изисквания за дължини 140 и 145 cm, участникът не предлага 140 cm. Липсва информация за наличие на метална оплетка в стента.

■ Участник № 14 „Софарма Трейдинг“ АД със седалище и адрес на управление : гр. София ул. „Лъчезар Станчев “ № 5 Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 с оферта с Вх. № 14/21.04.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 6.5; 9.4; 12.4; 12.13; 12.14; 13.12.

Мотиви: За позиция № 6.5. „ Балон катетър за коронарна ангиопластика при Тотални оклузии. Материал на балона – Ребах. Външен диаметър на върха – 0.016". Nominal Pressure 6 atm, RBP – 14 atm. Покритие: Hydro-x / върха; Invio / водач. Размери- Диаметър: от 1,00 до 4,00 mm, Дължина от 5 до 30 mm." участникът е предложил продукт: Juturna-C и кат. № РС***. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложиени изисквания за диаметър от 1 до 4 mm, участникът не предлага 1 mm., а започва от 1,5 mm. При заложиено изискване за дължина от 5 до 30 mm, предлага от 10 до 40 mm

За позиция №9.4. „ Ангиографски катетри за периферна ангиография 4 F (вътрешен диаметър 0.042") и 5 F (0.046") с дължина 65 - 100 cm , криви Headhunter, Simmons, Cobra, Vertebral, Berenstein" участникът е предложил продукт: ДИАГ.КАТЕТЪР SUPERTORQUE+ с кат. № 533***. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложиени изисквания за криви Headhunter, Simmons, Cobra, Vertebral, Berenstein, участникът не предлага изделие с такива.

За позиция №12.4 . „ Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколенна, илио-феморална, бъбречна и каротидна артерии; за третиране на

обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентирание на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; полукомплиантен балон в дисталния край – материал DynaLEAP; коаксиален дизайн на shaft; съвместим водачи с 0,14"(0,36 mm) и с 0,18"(0,46 mm); 2 златни рентгеноконтрастни маркера; работни дължини 80 cm и 135 cm; хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™; диаметри на балона в mm: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; дължини на балона в mm: 10 – 60 " участникът е предложил продукт: Juturna-VQ с кат. № PVQ***. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложен изисквания за диаметър на балона от 3 до 8 mm, участникът предлага до 7 mm. Продукта не притежава хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™ покритие.

За позиция №12.13 „ 150 cm нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процедури /без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна shaft технология, дистален shaft 3.8 F, проксимален shaft 3.4 F, хидрофилно покритие на дисталната част M Coat- 45 cm, ентри-профил 0.60 mm ,съвместим с 6 F водещ катетър за 2,3,4,5 mm/ 7 F, за 6,7 mm/ 8 F , за 8 mm диаметър, дължини 40/60/80/100/120/150 mm, за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40/60/80 mm за 7.0 и 8.0." участникът е предложил продукт: БАЛОН SABER с кат. № 480*** От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложен изисквания за дължина 40/60/80/100/120/150 mm, участникът не предлага 120 mm.

За позиция №12.14 „ OTW нископрофилен балон за подколени сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100 cm и 148 cm. Размери за двете дължини: диаметри 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Дължини : за 1.25 и 1.5 - 20 mm - двукратно сгънат балон, за 2.0 - 4.0: 40 - 80 - 120 - 150 - 200 mm - трикратно сгънат балон. Диаметър на дръжката проксимално 3.2 F за 1.25 и 1.5, 3.6 F за 2.0 - 4.0 , дистално 2.5 F за 1.25 и 1.5 mm, 3.0 F за 2.0 - 4.0 mm. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 mm - 880 mm, за диаметри 2.0 - 4.0 е 400 mm. RBP - 20 атмосфери." участникът е предложил продукт: Aviator plus с кат. № 424***. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложен изисквания за дължина 100 и 148 cm, участникът предлага 120 и 150 cm. При заложен размери за двете дължини: диаметри 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, участникът предлага 1.25, 1.5, 2.00

За позиция №13.12 „ Саморазгъващ се стент от нитинол, системата е съвместима с 6 и 7 F интродюсер. Дизайн на стента - 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетени, радиална здравина над 10 Нютона. Доставяща система с ергономична дръжка позволяваща работа с една ръка. Два Tungsten маркера на доставящата система. Атравматичен връх и хидрофилно покритие на системата. Дължина на стента - 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm. и диаметър от 4, 5 , 6, 7, 8 mm. Дължина на shaft - 80, 120 cm. CE и FDA индикации за употреба в SFA и Poplitea." участникът е предложил продукт: СТЕНТ SMART с кат. № C****. От предоставения каталог комисията установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото при заложен изисквания за дължина на стента от 20 – до 200 mm, предлага от 20 до 150 mm. При заложен изисквания за диаметър от 4 до 8 mm, предлага от 6 до 8 mm. При заложен дизайн на стента - 6 двойки нитинолови нишки, липсва информация за наличието на такава.

IV. На основание чл. 110 ал.1 т.1 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата за следните позиции:

Ном.№	Наименование	М. е./Лек.ф-ма	Колич.
11	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА		
11.7.	Периферен водач, вътрешен диаметър 0.018"; рентгенопозитивен койл с дължина - 15 cm; вътрешен диаметър на върха 0.013"; обща дължина - 180/300 cm; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани.	бр.	40
11.8.	Периферен водач, вътрешен диаметър 0.014 към 0.008"; рентгенопозитивен койл с дължина - 17 cm; натоварване на върха 20 G; обща дължина - 180/300 cm; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани.	бр.	10
11.9.	Периферен водач с хидрофилно покритие, вътрешен диаметър 0.014 към 0.008"; рентгенопозитивен койл с дължина - 17 cm; натоварване на върха 40 G; обща дължина - 200/300 cm; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани.	бр.	5
11.10.	Периферен водач, вътрешен диаметър 0.018 към 0.008"; натоварване на върха 7.5 G, прав и J вариант; обща дължина - 200/235/300 cm;	бр.	5
11.16.	Инфузионен катетър с Cragg - микроклапа; диаметър 4/5 F, дължина на катетъра 40/65/100/135 cm; дължина на инфузионния участък 5/10/20 cm за 4 F и 5/10/20/30/40/50 cm за 5 F; съвместими с водач 0,035"(4 F) и 0,038"(5 F); рентгенопозитивни маркери в проксималната и дисталната част на инфузионния участък	бр.	10
12	БАЛОНИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА		
12.7.	Режещ балон катетър за периферна ангиопластика: водач: .014"/018"; Катетър: Over The Wire и RX; Scoring element: нитинолов, три спирали; Материал на балона: Nylon, semicompliant; Шафт: 5 F; Интродюсер: 6 F и 7 F; Работна дължина: 50, 90 и 137 cm; Маркери на балона: 2 набити; Диаметър на балона: 2,0 - 6,0 mm; Дължина на балона: 10 - 40 mm.	бр.	5
13	ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВЕ И ПРОТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА		
13.16.	Система за Емболна протекция с филтър (улавяща част) от 3,0 до 7,0 mm, с дължина на катетъра 320/190 cm и диаметър 0,36 mm, съвместима с водачи 0.014" и 0.018"	бр.	5
18	Консуматив за контрапулсатор		
18.1	Балон за контрапулсация съвместим с интрааортна помпа Datascope. Размери Fr 7.5. Обем на балона от 25 cc до 50 cc. Дължина от 174 mm до 269 mm. Диаметър от 14.7 mm до 16.3 mm.	бр.	2
19	ДРУГИ		
19.12.	КАНЮЛИ ЗА ИНFUЗИЯ БЕЗ ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС САМОАКТИВИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗЕН, МЕТАЛЕН МЕХАНИЗЪМ. Тънъкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина на катетъра. 20 G, /1,1 x 32 mm/, 60 ml/min.	бр.	1 500
19.15.	Спринцовка 20 ml. Трисъставна, тип луер лок.	бр.	1 000

19.17.	Перфузионен катетър за първична ангиопластика с Dotter ефект позволяващ реканализация на артерията без фрегментация на тромба с профил от 0.017 - 1.45 mm. Диаметър на проксималния shaft 2.3 F. Диаметър на дисталния shaft 4.35 F. Дължина 138 - 140 cm.	бр.	2
19.19.	Катетър с технология Rapid Exchange (RX) за тромб екстракция с пресичащи и измервателни лезии. Проксимален и дистален shaft с PTFE продължителен вътрешен слой. Обща използвана дължина = 140 cm. Пресичащ профил = 0.020". Съвместимост: 6F Въвеждащ катетър; 0.014" Guidewire. Размер на дистален shaft: 5.1 F максимум и 16.5 cm дължина. Размер на проксимален shaft: 4.2 F и 123.5 cm дължина. Капацитет на извличане: 1.595 cc/s (25 градуса C вода). Кинкинг радиус = 10.7 mm.	бр.	10

Мотиви: За тези позиции не е подадена нито една оферта

IV. На основание чл. 110 ал.1 т.3 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата за следните позиции:

Ном.№	Наименование	М. е./Лек.ф-ма	Колич.
11	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА		
11.11.	Периферен водач, полимерно покритие, вътрешен диаметър 0.014" и 0.018"; натоварване на върха 3 G и 4 G, прав и J вариант; обща дължина - 200/235/300 cm;	бр.	5
11.12.	Периферен водач с хидрофилно покритие, вътрешен диаметър 0.014 и 0.018"; натоварване на върха 12 G, прав и J вариант обща дължина - 200/235/300 cm;	бр.	5

Мотиви: Всички подадени оферти не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070

Срок за подаване на жалби: 10 дни от датата на получаване на решението съгласно чл.197 и следващи от ЗОП.

Настоящото решение да се изпрати в законоустановения срок до всички участници.

Възложител:

/Д-р Нели Иванова Савчева-

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД/