

Възложител:

Д-р Нели Савчева в качеството си на Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - гр. Габрово

РЕШЕНИЕ

№ 926/28.10 /.....2015г.

отстраняване на непълноти в решение 792/20.10.2015г. на директора на МБАЛ“Д-р Тота Венкова“ АД за обявяване класиране на участниците в обществена поръчка

На основание чл.73 от ЗОП, във вр. с чл. 62, ал.1 от АПК и въз основа на отразените резултати в протоколи №1/21.07.2015г., №2/01.09.2015г., №3/28.09.2015г., № 4/01.10.2015 г, № 5/13.10.2015 г и №6/15.10.2015 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № 556/21.07.2015 г. на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, открита с Решение № 342/09.06.2015г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2015-0018 /09.06.2015г.

ИЗМЕНЯМ РЕШЕНИЕ № 792/20.10.2015г в нейния диспозитив, както следва:

ОТМЕНЯМ:

I. Решение № 792 ОТ 20.10.2015г. за обявяване класиране на участниците в обществена поръчка и избор на изпълнител „АГАРТА ЦМ“ ООД по отношение на обособена единица:

75	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 75 - Стерилни хирургични ръкавици
75.1	Стерилни хирургични ръкавици №6.5 естествен гумен латекс да отговарят на стандарт EN 455-1,2,3 без пудра,подсилен формован маншет, гарантиращ лесно поставяне и същевременно да се предотврати разкъсване, с полимерно покритие . Цвят бял. Ниско протеиново съдържание. Специфични, анатомично извити пръсти. Дебелна на края на пръстите 0.22 мм. AQL не по-малко от 1 за 1000 ml water leak test
75.2	Стерилни хирургични ръкавици №7 естествен гумен латекс да отговарят на стандарт EN 455-1,2,3 без пудра,подсилен формован маншет, гарантиращ лесно поставяне и същевременно да се предотврати разкъсване, с полимерно покритие . Цвят бял. Ниско протеиново съдържание. Специфични, анатомично извити пръсти. Дебелна на края на пръстите 0.22 мм. AQL не по-малко от 1 за 1000 ml water leak test
75.3.	Стерилни хирургични ръкавици №7.5 естествен гумен латекс да отговарят на стандарт EN 455-1,2,3 без пудра,подсилен формован маншет, гарантиращ лесно поставяне и същевременно да се предотврати разкъсване, с полимерно покритие . Цвят бял. Ниско протеиново съдържание. Специфични, анатомично извити пръсти. Дебелна на края на пръстите 0.22 мм. AQL не по-малко от 1 за 1000 ml water leak test
75.4.	Стерилни хирургични ръкавици №8 естествен гумен латекс да отговарят на стандарт EN 455-1,2,3 без пудра,подсилен формован маншет, гарантиращ лесно поставяне и същевременно да се предотврати разкъсване, с полимерно покритие . Цвят бял. Ниско протеиново съдържание. Специфични, анатомично извити пръсти. Дебелна на края на пръстите 0.22 мм. AQL не по-малко от 1 за 1000 ml water leak test

75.5	Стерилни хирургични ръкавици №8.5 естествен гумен латекс да отговарят на стандарт EN 455-1,2,3 без пудра, подсилен формован маншет, гарантиращ лесно поставяне и същевременно да се предотврати разкъсване, с полимерно покритие. Цвят бял. Ниско протеиново съдържание. Специфични, анатомично извити пръсти. Дебелна на края на пръстите 0.22 мм. AQL не по-малко от 1 за 1000 ml water leak test
------	---

Мотиви: В срока на влизане в сила на Решение № 792/20.10.2015г. за класиране на участници и избор на изпълнител по настоящата открита процедура по ЗОП възложителят е констатирал следните съществени неотстраними несъответствия в утвърдената документация за участие в процедурата. В раздел ГЛАВА II ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ, раздел "Техническа спецификация и базови изисквания" по обособена позиция „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 75 - Стерилни хирургични ръкавици „ е поставено изискване към ръкавиците, да имат AQL не по-малко от 1 за 1000 ml water leak test. С директива 93/42/ЕЕС въвеждащ медицински стандарт за медицинските изделия, както и стандарт EN 455 е въведено нивото на устойчивост на ръкавиците срещу микроорганизми. В европейската директива, която по силата на общностното право се прилага в целия Европейски съюз нивата на защита са три, като най- високото ниво е AQL-0,65. В утвърдената от възложителя документация е въведено ограничение по силата, на което е възможно да бъде определен изпълнител на обществената поръчка по тази обособена позиция, който да доставя ръкавици, с нива на защита AQL 1,5 т.е. по ниско нива на защита, което може да доведе до застрашеност от инфекции на персонала на болницата. Предвид гореизложеното и с оглед на това, че документацията по обществената поръчка е утвърдена и не може да се изменя считам, че са налице основанията за отмяна на решението в тази му част и предприемане на действия по отстраняване на несъответствието в ГЛАВА II „ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ“.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070

Срок за подаване на жалби: 10 дни от датата на получаване на решението съгласно чл.120 и сл. От ЗОП.

На основание чл.73, ал.3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Възложител: 
 /Д-р Нели Иванова Савчева-
 Изпълнителен директор
 МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД/