



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО

Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

Възложител:

Д-р Нели Савчева в качеството си на Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово

РЕШЕНИЕ

№ 935 / 2.11 2017г.

**за обявяване класиране на участниците и участника определен за изпълнител на
обществена поръчка**

На основание чл.108 от ЗОП и въз основа на отразените резултати в протоколи №1/31.07.2017г., №2/31.08.2017г., №3/13.10.2017г., № 4/18.10.2017 г, № 5/26.10.2017 г, №6/30.10.2017 г. и Доклад от 30.10.2017 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-02-657/31.07.2017 г. на д-р Нели Савчева Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"** открита с Решение № 413/23.06.2017г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2017-0015/26.06.2017г.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и приетата методика: Съгласно Приложение № 1- неразделна част от настоящето решение

II. Участникът, класиран на първо място се определя като изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция както следва:

▪ Участник № 1 „Фьоникс Фарма” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, р-н Студенски, ул. Околвръстен път № 199а с оферта с Вх. № 1/ 25.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №123.04.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 2 „Екомет 90” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Бъкстон, ул. Тодор Каблешков № 16 с оферта с Вх. № 2/ 26.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №15; 121.01; 126.02; 130.02; 135.02; 137.09; 137.16.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 3 „Екос Медика“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Павлово, ул. Голям Братан № 8 с оферта с Вх. № 3/ 26.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №68; 111.01.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 4 „Етропал Трейд“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе 2180, бул. Руски №191 с оферта с Вх. № 4/ 26.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №80.01; 80.02; 80.03; 80.04; 98.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 5 „Благо“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Иван Радославов № 4 с оферта с Вх. № 5/ 26.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №53; 55.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 6 „Софинформпродукт Грозданов“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. Черни връх № 38 с оферта с Вх. № 6/ 26.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №99.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 7 „Вега Медакал“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. България №109, БЦ Вертиго ет.2, офис 2.6-2.7 с оферта с Вх. № 7/ 26.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №54; 56.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 8 „Вакпак медикал“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Добрич 9300, ул. България №1, офис 812 с оферта с Вх. № 8/ 26.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №92; 115.07; 115.09; 115.10.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

▪ Участник № 9 „Грин БГ“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, ул. Поп Богомил №39 с оферта с Вх. № 9/ 26.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №124.02; 124.06; 124.07; 124.08.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

▪ Участник № 10 „Медисофтис“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. Младост бл.2, ап.81 с оферта с Вх. № 10/ 27.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №84; 85.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

▪ Участник № 11 „Медитрейд“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Илинден № 7 с оферта с Вх. № 11/ 27.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №122.01; 133.04; 133.05; 133.08; 133.09; 133.09; 133.10; 133.14; 137.20.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

▪ Участник № 12 „Медилон“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България № 98, Бизнес сграда Астра, вх. Д, ет.2, офис 4Д с оферта с Вх. № 12/ 27.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №93; 115.02; 115.05; 137.01.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

▪ Участник № 13 „Диагностик Имиджинг“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Каймакчалан № 1, офис 5-6 с оферта с Вх. № 13/ 27.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №90; 91.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

▪ Участник № 14 „Бикомед“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III № 201А, вх. Б с оферта с Вх. № 14/ 27.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №50; 52; 57; 58; 59; 60; 61; 102; 107; 115.01; 120.04; 123.05; 124.03; 124.04; 137.10; 137.25.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

▪ Участник № 15 „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. Любен Каравелов № 26, ет.4 с оферта с Вх. № 15/ 27.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 81.01; 81.02; 81.03; 81.04; 81.05; 81.06; 82.01; 82.02; 83.01.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

▪ Участник № 16 „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.28Б /ул. Димитър Моллов/ с оферта с Вх. № 16/ 28.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №2; 8; 11; 26; 36; 40; 41; 64; 67; 71; 72.04; 78; 100; 104; 112.02; 113.01; 113.03; 115.03; 115.06; 115.08; 116.01; 116.02; 119.07; 120.02; 123.01; 126.05; 127.02; 127.03; 127.07; 132.01; 134.02; 137.07; 137.17; 137.18; 137.22; 137.26; 137.27.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

▪ Участник № 17 „Химтекс“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. Бузлуджа №33 с оферта с Вх. № 17/ 28.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №3.03; 96; 115.04; 118.02; 121.02; 137.38.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

▪ Участник № 18 „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бигла №48, ет.5 с оферта с Вх. № 18/ 28.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №75; 77; 80.05; 82.03; 137.35.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

▪ Участник № 19 „Истлинк България“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Шести Септември №87 с оферта с Вх. № 19/ 28.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №10; 14; 17; 19; 20; 27; 29; 37; 47; 97; 112.01; 112.03; 116.04; 117.01; 118.01; 119.08; 122.03; 122.04; 122.07; 126.03; 128.03; 128.08; 130.01; 131.02; 134.01; 134.04; 137.02; 137.08; 137.13; 137.23; 137.29; 137.36; 137.37; 137.40.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

▪ Участник № 20 „Софарма Трейдинг“ АД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А с оферта с Вх. № 20/ 28.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 1; 3.01; 3.02; 4; 5; 7; 9; 12; 16; 22; 24; 28; 30; 31; 35; 42; 43; 51; 76; 103.01; 114.01; 114.02; 116.5; 116.06; 116.07; 117.02; 117.03; 122.05; 122.06; 123.02; 123.03; 125.01; 125.02; 126.04; 127.01; 127.05; 127.08; 127.09; 127.11; 128.06; 131.01; 133.01; 133.02; 133.03; 133.06; 135.01.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

▪ Участник № 21 „Б. Браун Медикал“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Христофор Колумб №64, сграда А2, офис 111 с оферта с Вх. № 21/ 28.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №32; 34; 39; 69; 74.01; 101; 119.02; 119.05; 119.06; 127.04; 127.06; 127.10; 128.02; 128.04; 128.05; 129.01; 137.28.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

▪ Участник № 22 „Агарта ЦМ“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 3, бл.304, вх.2, офис 1 с оферта с Вх. № 22/ 28.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №13; 18; 21; 23; 45; 70; 72.02; 134.03.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

▪ Участник № 23 „РСР“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Виктор Григорович № 3, ет. Партер, ап.2 с оферта с Вх. № 23/ 28.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №6; 48; 62; 63; 65; 73.01; 73.02; 73.03; 86; 110.02; 110.03; 113.04; 119.03; 124.01; 128.01; 136.27; 137.03; 137.14; 137.31; 137.32; 137.34; 137.39.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска

III. Отстранени участници: На основание чл. 107 т.2 буква а от ЗОП Възложителя отстранява следните участници по позиции както следва:

- Участник № 2 „Екомет 90“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Бъкстон, ул. Тодор Каблешков № 16 с оферта с Вх. № 2/ 26.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №2; 6; 7; 9; 12; 13; 70; 122.01; 123.03

Мотиви: За обособена позиция № 2 и по точно № 2.01 „КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 14G, дебит от 300ml/min до 350 ml/min“ участникът е предложил продукт с дебит 240 мл/мин

За обособена позиция № 2 и по точно № 2.02 „КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 16G, дебит от 195ml/min до 205 ml/min“ участникът е предложил продукт с дебит 180 мл/мин

За обособена позиция № 6 и по точно 6.03 „СПРИНЦОВКА 50 мл за перфузор, съвместими с перфузор ИП 2/50. Трикомпонентна, изработена от полипропилен. Прозрачен цилиндър, градуирана. Центриран Luer Lock. Добро захващане на спринцовката в предната и задна част, към перфузора. Възможност за блокиране на буталото в края на цилиндъра, за да се предотврати неволно изтичане на лекарствени средства. Намален остатъчен обем.“ – Предложената от участника мостра не отговаря защото не е подходяща за перфузор ИП 2/50. Липсва задно захващане за перфузора.

За обособена позиция № 6 и по точно 6.01 „СИСТЕМА за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1.45 x 2.75 мм, дължина 1.50 м“ от предложения каталог и мостра не е видно каква е дебелината и дали отговаря на заложените изисквания за 1.45 x 2.75 мм.

За обособена позиция № 6 и по точно 6.02 „СИСТЕМА за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1.45 x 2.75 мм, дължина 1.80 м“ от предложения каталог и мостра не е видно каква е дебелината и дали отговаря на заложените изисквания за 1.45 x 2.75 мм.

За обособена позиция № 7 На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри за част от обособените позиции/номенклатурни единици и за обособена позиция № 7 и по точно 7.06 „ИГЛА инжекционна G25 7/8 (0.5x16)“ участникът отново не е представил мостра както е изискването на Възложителя. В предоставения каталог липсват кат. № .

За обособена позиция № 9 и по точно 9.01 „БИНТ МАРЛЕН 5см/5м 100% памук, тъкан текстил, без ива, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м.“ – предложената мостра не отговаря, защото при тестване се установи че се нищи и заплита в единия край и това възпрепятства работата.

За обособена позиция № 12 и по точно 12.01. „КОМПРЕС МАРЛЕН 5/5см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. x 100бр. в оп. С подгънати навътре краища.“ Предложената от участника мостра не отговаря, защото не е с подгънати навътре краища.

За обособена позиция № 12 и по точно 12.02. „КОМПРЕС МАРЛЕН 7.5/7.5см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. x 100бр. в оп. С подгънати навътре краища.“ Предложената от участника мостра не отговаря, защото не е с подгънати навътре краища.

За обособена позиция № 12 и по точно 12.03. „КОМПРЕС МАРЛЕН 10/10см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. x 100бр. в оп. С подгънати

навътре краища.“ Предложената от участника мостра не отговаря, защото не е с подгънати навътре краища.

За обособена позиция № 13 и по точно 13.01 „ ПЛАСТИР фиксиращ 5см/5м, тъкан, да се къса лесно, да прилепва добре“ – предложената от участника мостра не отговаря, защото не се късна лесно и не прилепва добре.

За обособена позиция № 70 На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри за част от обособените позиции/номенклатурни единици и за обособена позиция № 70 „**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ ЗА РАЗТВАРЯНЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ**“

070.01.	Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС; размер L
070.02.	Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС; размер M
070.03.	Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС; размер S
070.04.	Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС; размер XL

От предложените каталог не е видно нивото на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС. Предоставената от участника брошура е само на англ. език и липсва превод на български език.

За позиция № 122.01 „КАЛЦУНИ полиетиленови, СРЕ /от 38 до 41 см/ x100 бр в опаковка. Да се разтварят безпрепятствено преди поставяне, да не се разкъсват лесно при поставяне и ходене“ – при тестване на мострата се късат и не отговарят на изискванията на Възложителя.

За позиция № 123.03 „ЛЕПЕНКА фиксираща за канюли /за абокат/ от НТТ, с подложка, размер 5-6 см. на 8-9 см., с прорез, стерилна.“ – при тестване се установи, че не се фиксира добре и се разлепя.

▪ Участник № 4 „Етропал Трейд“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе 2180, бул. Руски №191 с оферта с Вх. № 4/ 26.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 75.

Мотиви: За обособена позиция № 75

075.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХЕМОДИАЛИЗА. КРЪВНИ ЛИНИИ. Да осигуряват кръвен дебит, необходим за провеждането на ефективно диализно лечение. Надеждна и сигурна изработка, елиминираща риска от кръвозагуби вследствие на утечки. Сигурно и безопасно свързване към диализатора чрез конектор тип "луер". Да са изработени от медицински клас PVC.
075.01.	КРЪВНИ ЛИНИИ: Да са снабдени с инфузионна система и диаметър на чорапа на венозната кръвна линия 22 мм. Да са снабдени с клампи със съответния цвят - червен и син. Дължина на артериалната кръвна линия от 4.5м. До 5.0м. Дължина на венозната

	кръвна линия от 3.1м до 3.4м.
075.02.	КРЪВНИ ЛИНИИ: Да са снабдени с инфузионна система. Съответната венозна и артериална част да са снабдени а клампи със съответния цвят - черве и син. Дължина на артериалната кръвна линия от 4.5м. До 5.0м. Дължина на венозната кръвна линия от 3.1м до 3.4м.

Предложените мостри не отговарят, защото за 75.01 дължината на артериалната кръвна линия е 4,40 см, а на 75.02 дължината на артериалната кръвна линия е 4.45 см. И за двете кръвни линии комисията установи, че има лошо сечение на пластмасовата игла и при опит да се пробие банката се огъват.

▪ Участник № 5 „Благо“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Иван Радославов № 4 с оферта с Вх. № 5/ 26.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №54; 56.

Мотиви: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №54 – АТРАВМАТИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ – ПЛЕТЕН и по точно 54.02 „Атравматичен шевен материал-№ 1 лигатури 2x75см или 1x150см, нецветен; полигликолова киселина с покритие поликапролактон; плетен, синтетичен, бързо резорбируем конец-пълна резорбция до 45 дни“ предложената от участника мостра не отговаря, защото не е с бърза резорбция до 45 дни.

За обособена позиция № 56 и по точно 56.01 „Атравматичен шевен материал-№ 2/0- игла-права, режеща 60мм; конец-нерезорбируем, монофилен, дължина-70-75см“ участникът не е представил техническо и ценово предложение. Съгласно предоставената и утвърдена от възложителя документация от стр.6 Не оферирането на някоя номенклатурна единица е основание за отстраняване на същия ат участие в процедурата за тази обособена позиция/отнася се за ОП56/

▪ Участник № 8 „Вакпак медикал“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Добрич 9300, ул. България №1, офис 812 с оферта с Вх. № 8/ 26.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №115.06.

Мотиви: На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и за ном. Единица № 115.06 „Тест система за контрол на проникването на пара/BOWIE-DICK тест/, на листове, мастиленоструйна технология, да отговаря на изискванията на станадарт EN ISO 111140-1,EN 13060, EN 867-5 x100/стер./“ от предоставения от участника каталог не е видно дали отговаря на изискванията на Възложителя за станадарт EN 13060

▪ Участник № 11 „Медитрейд“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Илинден № 7 с оферта с Вх. № 11/ 27.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №117.02; 137.13.

Мотиви: За позиция № 117.02 „ЕЛЕКТРОД за ЕКГ /Holter/-F-TF;с гел съдържание: aqua-wet; с конектор: тик-так копче“ предложената мостра не отговаря, защото при тестване не се установи наличие на гел съдържание: aqua-wet.

За позиция № 137.13 „КЛАМПА умбиликална - стерилна,еднократна опаковка, със зъбчета по целите дължини на вътрешните рамене, с добро затваряне при поставяне в предната част и

невъзможност от спонтанно отваряне“. Предложената мостра не отговаря, защото зъбчетата по нея са само като орнамент, неприложими. Има вътрешен ръб по дължината, който не позволява контакт със зъбите и при поставяне ще се приплъзва пъпната връв.

▪ Участник № 12 „Медилон“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България № 98, Бизнес сграда Астра, вх. Д, ет.2, офис 4Д с оферта с Вх. № 12/ 27.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 92; 115.06; 115.07; 115.08.

Мотиви: За обособена позиция № 92 На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и за ОП92

092.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФОЛИЯ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ПАРА, ФОРМАЛАЛДЕХИД И ЕТИЛЕНОВ ОКИС. Фолио за опаковане, гладко/нагънато, с 3 индикатора (пара, ЕТО и ФО), съответстващо на стандарти EN ISO11607 и EN 868 за опаковъчни материали за стерилизация, плътност на медицинската хартия мин. 70 g/m ² . Задължителна информация, която трябва да е изобразена върху фолиото: производител и размер; LOT номер, по който може да се провери срока на годност; стандарти, на които отговаря продукта; трите индикатора за стерилизация и цветът, в който те трябва да се променят след стерилизацията (на няколко международни езика); посока на отваряне и знак за забрана повторното използване на опаковката.
-------------	---

От предоставените разяснения липсва информация и доказателства, че участникът ще ни предостави с плътност на медицинската хартия мин. 70 g/m².

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и за позиция № 115.06 „Тест система за контрол на проникването на пара/ BOWIE-DICK тест/, на листове, мастиленоструйна технология, да отговаря на изискванията на станадарт EN ISO 111140-1, EN 13060, EN 867-5 x100/стер./“ от предоставените допълнителни разяснения и брошури липсва доказателства, че отговаря на изискванията на станадарт EN EN 13060, EN 867-5

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и за позиция № 115.07 „Хартия за стерилизация 75x75, опаковка от 200-250 бр. листа“ участникът отново не е предоставил каталог, а мостра която е с размери 60/60 см.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и за позиция № 115.08 „Хартия за стерилизация 100x100, опаковка от 200-250 бр. листа“ участникът отново не е предоставил каталог, а мостра която е с размери 60/60 см.

▪ Участник № 14 „Бикомед“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III № 201А, вх. Б с оферта с Вх. № 14/ 27.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 13, 22, 23, 53, 56.

Мотиви: За обособена позиция №13 и по точно 13.01 „ ПЛАСТИР фиксиращ 5см/5м, тъкан, да се къса лесно, да прилепва добре“ предложената от участника мостра не отговаря, защото е на хартиена основа и не е нетъкан текстил.

За обособена позиция № 22 – „ПРЕСТИЛКА ОПЕРАЦИОННА, ПОДСИЛЕНА. Еднократна престилка от нетъкан текстил SMS материал, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри; допълнително подсилена в предната част и ръкавите; плетен маншет, двойно

припокриване на гърба и вътрешни връзки; велкро залепване около врата; съединяване на ръбовете чрез слепване; двойно опакована, с две кърпи“ предложените от участника мостри не отговарят защото не са подсилени.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и за Обособена позиция № 23 и по точно 23.02 „ПРЕСТИЛКА операционна. Размер L. Полипропилен, нетъкан текстил, SMMS плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване, неподсилена, стерилна“ Участникът отново не е представил мостра.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и за Обособена позиция № 23 и по точно 23.01 „ПРЕСТИЛКА операционна. Размер M. Полипропилен, нетъкан текстил, SMMS плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване, неподсилена, стерилна“ Участникът отново не е представил мостра.

За обособена позиция №53 и по точно № 53.03 „Резорбируем синтетичен плетен конец от поли(гликолид-ко-лактид 90/10), с покритие от поли(гликолид-ко-лактид 35/65 + CaSt), 50 % загуба на здравина на 21 ия ден, пълна резорбция 56- 70 дни, игли със силиконово покритие 2/0, DS 24, 3/8 режеща игла“ предложената от участника мостра не отговаря, защото предлага DS 30.

За обособена позиция № 56 и по точно № 56.02 „Атравматичен шевен материал-№ 2/0; игла-1/2 обла, HR 30мм, стомана; конец-75см, син, полипропилен, монофиламентен, синтетичен нерезорбируем конец.“ Предложеното изделие не отговаря на изискванията на Възложителя, защото е конец поливинилиденфлуорид, монофилен, а не както е изискването на Възложителя конец за полипропилен, монофиламентен.

За обособена позиция № 56 и по точно №56.04 „Атравматичен шевен материал-№ 3/0; игла-1/2 обла, HR 30мм, стомана; конец-75см, син, полипропилен, монофиламентен, синтетичен нерезорбируем конец.“ Предложеното изделие не отговаря на изискванията на Възложителя, защото е конец поливинилиденфлуорид, монофилен, а не както е изискването на Възложителя конец за полипропилен, монофиламентен,.

За обособена позиция № 56 и по точно №56.08 „Атравматичен шевен материал-№ 6/0; игли 1/2обли,13мм, стомана; конец-45см, син, полипропилен, монофиламентен, синтетичен нерезорбируем конец.“ Предложеното изделие не отговаря на изискванията на Възложителя, защото е конец поливинилиденфлуорид, монофилен, а не както е изискването на Възложителя конец за полипропилен, монофиламентен,.

▪ Участник № 16 „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.28Б /ул. Димитър Моллов/ с оферта с Вх. № 16/ 28.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 13; 33; 39; 44; 55; 62113.02; 117.02; 120.03; 122.01; 133.04; 133.06 .

Мотиви: На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и за обособена позиция № 13 и по точно 13.01 „ПЛАСТИР фиксиращ 5см/5м, тъкан, да се къса лесно, да прилепва добре“ участникът отново не е представил мостра.

За обособена позиция № 33 и по точно 33.04 „КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G13 – еднопътен“ предложената мостра не отговаря защото е G20.

За обособена позиция № 33 и по точно 33.07 „КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G18 - еднопътен“ предложената мостра не отговаря защото е G20.

За обособена позиция № 33 и по точно 33.08 „КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G13 - еднопътен“ предложената мостра не отговаря защото е G20.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изискала допълнителни разяснения и/или мостри и за обособена позиция № 39 и по точно 39.01 „Артериален катетър от полиуретан със самоактивиращ се предпазен механизъм с размери: G 20 / 1,1 x 25 мм / 65 мл / мин.“ Участникът не е предоставил нов каталог или брошура с информация за дебита и размери.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изискала допълнителни разяснения и/или мостри и за обособена позиция № 39 и по точно 39.02 „Артериален катетър от полиуретан със самоактивиращ се предпазен механизъм с размери: G 20 / 1,1 x 32 мм / 60 мл / мин.“ Участникът не е предоставил нов каталог или брошура с информация за дебита и размери.

За обособена позиция № 44 Тръба интубационна термосензитивна

044.01.	ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №2
044.02.	ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №2.5
044.03.	ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №3
044.04.	ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №3.5

Предложените от участника мостри не отговарят, защото са прозрачни а не както е изискването за цветна.

За обособена позиция № 55 и по точно 55.01 „Атравматичен шевен материал-№ 1; игла-1/2 обла, HRS 40мм, стомана; конец-150см "Loop", виолетов, полидиоксанон, монофиламентен, синтетичен резорбируем конец-пълна резорбция до 210 дни.“ Предложената от участника мостра не отговаря защото при заложеното изискване за игла HR40 предлага HR 48.

За обособена позиция № 62 и по точно: №62.01 „МАСКА за инхалация възрастни с удължител“ Участникът отново не е представил мостра.

За позиция № 113.02 „ДРЕНАЖ силиконов-10мм, плосък,с 4 дрениращи канала по повърхността, завършващ с кръгла удължена силиконова тръбичка и преходник;стериле; единично опакован;X-Ray позитивен“ от предоставения от участника каталог е видно, че не завършва с конектор и тръбичка.

За позиция № 117.02 „ЕЛЕКТРОД за ЕКГ /Holter/-F-TF;с гел съдържание: aqua-wet; с конектор: тик-так копче“ предоставената мостра не отговаря, защото не съдържа гел съдържание: aqua-wet.

За позиция № 120.03 „КАНЮЛА за аспирационен шлаух -20-25 см със заоблен перфориран връх /топче/ , без отвор за вакуум контрол, PVC, прозрачна“ не отговаря защото предлаганото медицинско изделие е в комплект със шлаух.

За позиция № 122.01 „КАЛЦУНИ полиетиленови, CPE /от 38 до 41 см/ x100 бр в опаковка. Да се разтварят безпрепятствено преди поставяне, да не се разкъсват лесно при поставяне и ходене.“ Предлаганата мостра не отговаря, защото е 37 см и при тестване се скъса.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изискала допълнителни разяснения и/или мостри и за позиция № 133.04 „ХАРТИЯ - БТЛ 08 SD апарат“ участникът отново не е представил мостра.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и за позиция № 133.06 „ХАРТИЯ - ЕКГ MORTARA ELI 230“ участникът отново не е представил мостра.

▪ Участник № 17 „Химтекс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. Бузлуджа №33 с оферта с Вх. № 17/ 28.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 3.01; 8; 23; 45; 92; 114.02; 122.01; 122.05; 126.05; 135.02 .

Мотиви: За обособена позиция № 3 и по точно № 3.01 „КАПАЧЕ за абокат, стерилно“ предложената от участника мостра не отговаря, защото на опаковката няма нито срок на стерилизация, нито на производство, никакви маркировки.

За обособена позиция № 8

008.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ИГЛИ ЗА СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ И ДИАГНОСТИЧНА ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; ергономична прозрачна ръкохватка с кристално - прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора; мандрен с цветово кодиране на диаметъра.
008.01.	ИГЛА спинална. Диаметър G 20, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке
008.02.	ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 40 мм Заточване на върха по Квинке
008.03.	ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке
008.04.	ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 120 мм Заточване на върха по Квинке
008.05.	ИГЛА спинална. Диаметър G 25, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке
008.06.	ИГЛА спинална. Диаметър G 25, дължина 88 мм Моливно заточване на върха
008.07.	ИГЛА спинална. Диаметър G 25, дължина 120 мм Заточване на върха по Квинке
008.08.	ИГЛА спинална. Диаметър G 26, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и От предоставения каталог всички са записани с един и същ кат. № и от него липсва информация за дължини и заточване на върха на иглата.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и За обособена позиция № 16 и по точно: 16.03 „ОСТРИЕ за скалпел № 12 карбонова стомана, да прерязва тъканите с минимални усилия от страна на оператора.“ Участникът не е представил мостра.

За обособена позиция № 23 и по точно:

023.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРЕСТИЛКИ ОПЕРАЦИОННИ НЕПОДСИЛЕНИ
023.01.	ПРЕСТИЛКА операционна. Размер М. Полипропилен, нетъкан текстил, SMMS плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване, неподсилена, стерилна

023.02.	ПРЕСТИЛКА операционна. Размер L. Полипропилен, нетъкан текстил, SMMS плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване, неподсилена, стерилна
023.03.	ПРЕСТИЛКА операционна. Размер XL. Полипропилен, нетъкан текстил, SMMS плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване, неподсилена, стерилна

От предоставените мостри се установи, че са SMS материал.

За обособена позиция № 45 и по точно № 45.03 „СОНДА за хранене детска № 06 дължина 30-40см заоблен връх; 2 странични отвора; със запушалка, градуирана, с X-Ray лента, PVC/PUR, силиконизиран“ предложената мостра не отговаря, защото не е със заоблен връх.

За обособена позиция № 45 и по точно № 45.04 „СОНДА за хранене детска № 08 дължина 30-40см заоблен връх; 2 странични отвора; със запушалка, градуирана, с X-Ray лента, PVC/PUR, силиконизиран“ предложената мостра не отговаря, защото не е със заоблен връх.

За обособена позиция № 45 и по точно № 45.05 „СОНДА за хранене детска № 10 дължина 30-40см заоблен връх; 2 странични отвора; със запушалка, градуирана, с X-Ray лента, PVC/PUR, силиконизиран“ предложената мостра не отговаря, защото е 50 см

За обособена позиция 92

092.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФОЛИЯ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ПАРА, ФОРМАЛАЛДЕХИД И ЕТИЛЕНОВ ОКИС. Фолио за опаковане, гладко/нагънато, с 3 индикатора (пара, ЕТО и ФО), съответстващо на стандарти EN ISO11607 и EN 868 за опаковъчни материали за стерилизация, плътност на медицинската хартия мин. 70 g/m ² . Задължителна информация, която трябва да е изобразена върху фолиото: производител и размер; LOT номер, по който може да се провери срока на годност; стандарти, на които отговаря продукта; трите индикатора за стерилизация и цветът, в който те трябва да се променят след стерилизацията (на няколко международни езика); посока на отваряне и знак за забрана повторното използване на опаковката.
092.01.	ФОЛИО гладко за стерилизация 5см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868
092.02.	ФОЛИО гладко за стерилизация 7.5см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868
092.03.	ФОЛИО гладко за стерилизация 10см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868
092.04.	ФОЛИО гладко за стерилизация 12см - 13см /200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 869
092.05.	ФОЛИО гладко за стерилизация 15см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868
092.06.	ФОЛИО гладко за стерилизация 20см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО,

	EN 868
092.07.	ФОЛИО гладко за стерилизация 25см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868
092.08.	ФОЛИО гладко за стерилизация 40см - 45см /200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868,
092.09.	ФОЛИО нагънато за стерилизация 10x5см/100м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868
092.10.	ФОЛИО нагънато за стерилизация 15x5см/100м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868
092.11.	ФОЛИО нагънато за стерилизация 20x5см/100м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868
092.12.	ФОЛИО нагънато за стерилизация 25x6.5см/100м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868

От предоставените каталози не е видно дали отговарят на стандарти EN ISO11607 и EN 868 за опаковъчни материали за стерилизация, и дали имат плътност на медицинската хартия мин. 70 g/m².

За позиция № 92.04 „ФОЛИО гладко за стерилизация 12см - 13см /200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 869“ медицинското изделие не отговаря защото е 15/200 см.

За позиция № 114.02 „КАТЕТЪР кислороден назален /с мек извод за носа/“ предоставената мостра не отговаря, защото е с груп извод на носа и може да травмира. Предоставената мостра е на Момина крепост, а в техническото предложение е записано че е на Ветро дизайн.

За позиция № 122.01 „КАЛЦУНИ полиетиленови, СРЕ /от 38 до 41 см/ x100 бр в опаковка. Да се разтварят безпрепятствено преди поставяне, да не се разкъсват лесно при поставяне и ходене.“ Предложената мостра не отговаря защото е 36,5 см.

За позиция № 122.05 „ПРЕСТИЛКА посетителска, универсална полипропилен, нетъкан текстил, връзки на гърба“ предложената мостра е скъсана и е рехав материала.

За позиция № 126.05 „РЪКАВИЦИ латексови, без пудра, леко хлорирани , под 50 мкгр протеини на грам, усилен, с удължен маншет, сини, с микрограпава нехлъзгаща се повърхност на пръстите, за рискови манипулации - категория на защита клас 3, издръжливост на опън (МРа) 29.0. Съответстващи на ASTM D3578 и BS EN 455 Части 1, 2, 3 и 4. Средства за лична защита 89/686/ЕИО (Категория на комплексна конструкция, типът е изпитан съгласно EN420, EN374 и EN388). EN455 Части 1,2, & 3 В съответствие с Европейската директива за медицинските изделия 93/42/ЕЕС. Размер XL.“ Предложената мостра не отговаря защото не е с удължен маншет.

За позиция № 135.02 „ШПАТУЛИ за цитонамазка“ предложената мостра не отговаря, защото не е шпатула за цитонамазка.

▪ Участник № 19 „Истинк България“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Шести Септември №87 с оферта с Вх. № 19/ 28.07.2017 г за обособени позиции /

ном. единици с № 3.01; 3.02; 6; 7; 12; 36; 64; 84; 92; 117.02; 118.02; 120.02; 120.03; 121.01; 122.01; 126.05; 135.02; 137.38; 137.39.

Мотиви: За позиция № 3.01 „КАПАЧЕ за абокат, стерилно“ предложената от участника мостра не отговаря, защото на опаковката няма нито срок на стерилизация, нито на производство, никакви маркировки.

За позиция № 3.02 „СТОПЕР комбиниран за катетри и спринцовки (luer lock/luer slip, мъжко/женско), червен син или бял цвят за лесно разпознаване, 100 броя в кутия“ предложеното от участника изделие не отговаря, защото е 1000 бр в кутия.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и За обособена позиция № 6 и по точно 6.01 „СИСТЕМА за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1.45 x 2.75 мм, дължина 1.50 м“ от предложените допълнителни каталози и мостра не е видно каква е дебелината и дали отговаря на заложените изисквания за 1.45 x 2.75 мм.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и За обособена позиция № 6 и по точно 6.02 „СИСТЕМА за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1.45 x 2.75 мм, дължина 1.80 м“ от предложените допълнителни каталози и мостра не е видно каква е дебелината и дали отговаря на заложените изисквания за 1.45 x 2.75 мм.

За обособена позиция № 7 и по точно 7.06 „ИГЛА инжекционна G25 7/8 (0.5x16)“ предложената от участника мостра не отговаря, защото е G26 5/8.

За обособена позиция № 12 и по точно 12.04 „КОМПРЕС тип "Микулич" размер от 45/45см до 50/50см, 8 дипли с ренгено позитивна нишка по цялата дължина, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м.“ предложената от участника мостра не отговаря, защото е с размери 43 на 44 см и е 16 нишки в кв.см.

За обособена позиция № 13 и по точно 13.01 „ПЛАСТИР фиксиращ 5см/5м, тъкан, да се къса лесно, да прилепва добре“ предложената от участника мостра не отговаря, защото е копринен пластир, липсва маркировка и не са видни размерите на изделието.

За обособена позиция № 13 и по точно 13.02 „ПЛАСТИР фиксиращ хипоалергичен 10см/10м нетъкан текстил, еластичен“ предложената от участника мостра не отговаря, защото при тестване и отстраняване на хартията се разцепва на две.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и за обособена позиция № 36 – Катетри фогърти за емболектомия

036.01.	КАТЕТЪР"Фогърти" за емболектомия F3-80 см
036.02.	КАТЕТЪР"Фогърти" за емболектомия F4-80 см
036.03.	КАТЕТЪР"Фогърти" за емболектомия F5-80 см

Участникът отново не е представил каталог или брошура.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и за обособена позиция № 64 Маска за обдишване на новородени

064.01.	Маска за обдишване на новородени силиконова № 1.0
064.02.	Маска за обдишване на новородени силиконова № 2.0

064.03.	Маска за обдишване на новородени силиконова № 3.0
---------	---

Участникът отново не е представил каталог или брошура.

За обособена позиция № 84 и по точно 84.01 „Комплект съдържащ: Спринцовка 200мл. - 1бр.; навита тръба за ниско налягане 60 inch - 1 бр.; запълваща тръбичка - 1бр.“ участникът не е представил каталог.

За обособена позиция № 84 и по точно 84.02 „Конектор за спринцовка, съвместим с инжектор BRACCO INJENEERING Empower СТА+“ от предложеният от участника каталог е видно, че не съвместим с BRACCO INJENEERING Empower СТА+, а е за EZEM Empower.

За обособена позиция № 92 „ФОЛИЯ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ПАРА, ФОРМАЛАЛДЕХИД И ЕТИЛЕНОВ ОКИС. Фолио за опаковане, гладко/нагънато, с 3 индикатора (пара, ЕТО и ФО), съответстващо на стандарти EN ISO11607 и EN 868 за опаковъчни материали за стерилизация, плътност на медицинската хартия мин. 70 g/m². Задължителна информация, която трябва да е изобразена върху фолиото: производител и размер; LOT номер, по който може да се провери срока на годност; стандарти, на които отговаря продукта; трите индикатора за стерилизация и цветът, в който те трябва да се променят след стерилизацията (на няколко международни езика); посока на отваряне и знак за забрана повторното използване на опаковката.“ От предоставения каталог е видно че е 60 g/m².

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и за позиция № 117.02 „ЕЛЕКТРОД за ЕКГ /Holter/-F-TF;с гел съдържащ: aqua-wet; с конектор: тик-так копче“ Участникът отново не е представил каталог или брошура.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и за позиция № 118.02 „ЕСМАРХ – кръвоспиращ, тип лента“ участникът е представил мостра, която комисията разгледа и установи, че не отговаря на изискванията на възложителя, защото не е лента, а маркуч.

За позиция № 120.02. „КАНЮЛА аспирационна -дължина 25-30 см, СН 22-24, перфориран връх, дръжка без отвор за вакуум контрол, PVC, прозрачна“ предложената от участника мостра не отговаря, защото е с топче и е в комплект.

За позиция № 120.03 „ КАНЮЛА за аспирационен шлаху -20-25 см със заоблен перфориран връх /топче/ , без отвор за вакуум контрол, PVC, прозрачна“ предложената от участника мостра не отговаря, защото е в комплект със шлаху.

За позиция № 121.01 „КОНТЕЙНЕР за микробиологично изследване-15 мл, стерилен,PVC с винтово капаче, без шпатулка“ предложената от участника мостра не отговаря, защото е 20 мл, едната мостра е спукана, няма маркировка, нито производител на опаковката.

За позиция № 122.01 „КАЛЦУНИ полиетиленови, СРЕ /от 38 до 41 см/ x100 бр в опаковка. Да се разтварят безпрепятствено преди поставяне, да не се разкъсват лесно при поставяне и ходене.“ Предложената мостра не отговаря защото е 43 см.

За позиция № 126.05 „РЪКАВИЦИ латексови, без пудра, леко хлорирани , под 50 мкгр протеини на грам, усилен, с удължен маншет, сини, с микрограпава нехлъзгаща се повърхност на пръстите, за рисковани манипулации - категория на защита клас 3, издръжливост на опън (MPa) 29.0. Съответстващи на ASTM D3578 и BS EN 455 Части 1, 2, 3 и 4. Средства за лична защита 89/686/ЕИО (Категория на комплексна конструкция, типът е изпитан съгласно EN420, EN374 и EN388). EN455 Части 1,2, & 3 В съответствие с Европейската директива за медицинските изделия 93/42/ЕЕС. Размер XL.“ Не отговаря, защото от предлагания каталог е видно че не отговарят на стандарт ASTM D3578 и BS EN 455, няма данни за покриване на 89/686/ЕИО.

За позиция № 135.02 „ШПАТУЛИ за цитонамазка“ предложената мостра е дървена, груба и има опасност от нараняване.

За позиция № 137.38 „Четка за вземане на проба от едноцервикса. Мек пластичен връх. Коничен профил. Индивидуално пакетирани, стерилни. Дължина 20-25см.“ Не отговаря, защото предложената мостра не е индивидуално опакована и стерилна.

За позиция № 137.39 „Шлаух аспирационен СН 25 дължина 300 см с конусовиден наконечник в двата края, PVC“ не отговаря, защото е 360 см и е в комплект. Не е видно дали е размер СН 25

▪ Участник № 20 „Софарма Трейдинг“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А с оферта с Вх. № 20/ 28.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 6; 13; 27; 122.01; 126.01; 134.03.

Мотиви: За обособена позиция № 6 и по точно 6.01 „СИСТЕМА за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1.45 x 2.75 мм, дължина 1.50 м“ участникът не е предоставил допълнителни разяснения или каталог за установяване на дебелината и дали отговаря на заложените изисквания за 1.45 x 2.75 мм.

За обособена позиция № 6 и по точно 6.02 „СИСТЕМА за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1.45 x 2.75 мм, дължина 1.80 м“ участникът не е предоставил допълнителни разяснения или каталог за установяване на дебелината и дали отговаря на заложените изисквания за 1.45 x 2.75 мм.

За обособена позиция № 13 и по точно 13.01 „ ПЛАСТИР фиксиращ 5см/5м, тъкан, да се къса лесно, да прилепва добре“ – предложената от участника мостра не отговаря, защото не прилепва добре.

За обособена позиция № 27 и по точно 27.01“ Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 12 с троакар ; бутилка тип "хармоника" 400 мл - 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм“ предложената от участника мостра не отговаря, защото липсва троакар и адаптивен конектор.

За обособена позиция № 27 и по точно 27.02“ Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 16 с троакар ; бутилка тип "хармоника" 400 мл - 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм“ предложената от участника мостра не отговаря, защото липсва троакар и адаптивен конектор.

За обособена позиция № 27 и по точно 27.03“ Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 18 с троакар ; бутилка тип "хармоника" 400 мл - 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм“ предложената от участника мостра не отговаря, защото липсва троакар и адаптивен конектор.

За позиция № 122.01 „КАЛЦУНИ полиетиленови, СРЕ /от 38 до 41 см/ x100 бр в опаковка. Да се разтварят безпрепятствено преди поставяне, да не се разкъсват лесно при поставяне и ходене.“ Предложената от участника мостра не отговаря, защото е 35 см.

За позиция № 126.01 „РЪКАВ полиетиленов за ендоскопска оптика; дължина 230-250см; с две лепенки за фиксиране; завършващ с пластмасов пръстен.“ предлаганата мостра не отговаря, защото не е с пластмасов пръстен.

За позиция № 134.03 „ЧАРШАФ операционен без прорез. Ширина от 140см до 160см, дължина от 220 см до 240 см. Еднократен, с две страни - абсорбираща и импрегнирана. Непромокаем. Издръжлив на разкъсване. Индивидуално опакован“ участникът е представил

мостра, която комисията разгледа и установиха че предоставената мостра не непромокаема, пропуска при тестване и не е с две страни – абсорбираща и импрегнирана.

▪ Участник № 21 „Б. Браун Медикал“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Христофор Колумб №64, сграда А2, офис 111 с оферта с Вх. № 21/ 28.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 5; 33; 67; 120.2; 127.03.

Мотиви: На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и за обособена позиция № 5 и по точно 5.01 „Спринцовка 2мл Luer Lock/3-компонентна/ PVC, с гумено бутало и винтово закрепване на иглата“ участникът отново не е представил мостра.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и за обособена позиция № 67 и по точно 67.01 „Самозалепваща се стерилна превръзка 5/7см нетъкан текстил с абсорбираща подложка“ участникът не е представил мостра. Видно от техническото предложение, участникът не е подал оферта за всички номенклатури от тази обособена позиция / ЗА ПОЗИЦИЯ 67.01/, а това е задължително изискване на Възложителя.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и за позиция № 120.02 „КАНЮЛА аспирационна -дължина 25-30 см, СН 22-24, перфориран връх, дръжка без отвор за вакуум контрол, PVC, прозрачна“ участникът е представил мостра, която комисията разгледа и установи че не отговаря на изискванията на Възложителя защото е сет.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и за позиция № 127.03 „СЕТ за плеврална пункция 55мм“ Участникът е предоставил каталог от който е видно, че не отговаря на изискванията на Възложителя защото е 80 мм, а не 55 мм.

▪ Участник № 22 „Агарта ЦМ“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 3, бл.304, вх.2, офис 1 с оферта с Вх. № 22/ 28.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №2; 6; 12; 42; 71; 92; 126.05; 127.05.

Мотиви: За обособена позиция № 2 и по точно 2.01 „КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 14G, дебит от 300ml/min до 350 ml/min“ предложеното от участника мед. изделие не отговаря, защото е с дебит от 270 мл/мин.

За обособена позиция № 2 и по точно 2.02 „КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 16G, дебит от 195ml/min до 205 ml/min“ предложеното от участника мед. изделие не отговаря, защото е с дебит от 180 мл/мин.

За обособена позиция № 2 и по точно 2.03 „КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 18G, дебит от 90ml/min до 100 ml/min“ предложеното от участника мед. изделие не отговаря, защото е с дебит от 80 мл/мин.

За обособена позиция № 2 и по точно 2.04 „КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 20G, дебит от 60ml/min до 65 ml/min“ предложеното от участника мед. изделие не отговаря, защото е с дебит от 54 мл/мин.

За обособена позиция № 6 и по точно 6.01 „СИСТЕМА за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1.45 x 2.75 мм, дължина 1.50 м“ предложената мостра не отговаря защото е система за кръвопреливане.

За обособена позиция № 12 и по точно 12.01 „КОМПРЕС МАРЛЕН 5/5см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. x 100бр. в оп. С подгънати навътре краища.“ Предложената мостра не отговаря защото не е с подгънати навътре краища.

За обособена позиция № 12 и по точно 12.02 „КОМПРЕС МАРЛЕН 7.5/7.5см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. x 100бр. в оп. С подгънати навътре краища.“ Предложената мостра не отговаря защото не е с подгънати навътре краища.

За обособена позиция № 12 и по точно 12.03 „КОМПРЕС МАРЛЕН 10/10см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. x 100бр. в оп. С подгънати навътре краища.“ Предложената мостра не отговаря защото не е с подгънати навътре краища.

За обособена позиция № 12 и по точно 12.04 „КОМПРЕС тип "Микулич" размер от 45/45см до 50/50см, 8 дипли с ренгено позитивна нишка по цялата дължина, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м.“ предложената мостра не отговаря, защото е 43/43 см и е 4 дипли.

За обособена позиция № 42

042. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА. От материал, който да не травмира рима и ГДП при интубация.	
042.01.	ТРЪБА интубационна 3.0mm с балон
042.02.	ТРЪБА интубационна 3.5mm с балон
042.03.	ТРЪБА интубационна 4.0mm с балон
042.04.	ТРЪБА интубационна 4.5mm с балон
042.05.	ТРЪБА интубационна 5.0mm с балон
042.06.	ТРЪБА интубационна 5.5mm с балон
042.07.	ТРЪБА интубационна 6.0mm с балон
042.08.	ТРЪБА интубационна 6.5mm с балон
042.09.	ТРЪБА интубационна 7.0mm с балон
042.10.	ТРЪБА интубационна 7.5mm с балон
042.11.	ТРЪБА интубационна 8.0mm с балон
042.12.	ТРЪБА интубационна 8.5mm с балон
042.13.	ТРЪБА интубационна 9.0 mm с балон

Предложените от участника мостри не отговарят, защото при тестване се установи че са много твърди и има предпоставка при поставяне от травмиране на римата.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и за обособена позиция № 71 и по точно:

071.01.	Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС; размер L
071.02.	Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС; размер M
071.03.	Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС; размер S
071.04.	Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС; размер XL

Участникът не предоставил допълнителен, каталог, брошура или разяснения дали престилките притежават ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС.

На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала допълнителни разяснения и/или мостри и за обособена позиция 92

092.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФОЛИЯ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ПАРА, ФОРМАЛАЛДЕХИД И ЕТИЛЕНОВ ОКИС. Фолио за опаковане, гладко/нагънато, с 3 индикатора (пара, ЕТО и ФО), съответстващо на стандарти EN ISO11607 и EN 868 за опаковъчни материали за стерилизация, плътност на медицинската хартия мин. 70 g/m ² . Задължителна информация, която трябва да е изобразена върху фолиото: производител и размер; LOT номер, по който може да се провери срока на годност; стандарти, на които отговаря продукта; трите индикатора за стерилизация и цветът, в който те трябва да се променят след стерилизацията (на няколко международни езика); посока на отваряне и знак за забрана повторното използване на опаковката.
092.01.	ФОЛИО гладко за стерилизация 5см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868
092.02.	ФОЛИО гладко за стерилизация 7.5см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868
092.03.	ФОЛИО гладко за стерилизация 10см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868
092.04.	ФОЛИО гладко за стерилизация 12см - 13см /200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 869
092.05.	ФОЛИО гладко за стерилизация 15см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868
092.06.	ФОЛИО гладко за стерилизация 20см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868
092.07.	ФОЛИО гладко за стерилизация 25см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868
092.08.	ФОЛИО гладко за стерилизация 40см - 45см /200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868,
092.09.	ФОЛИО нагънато за стерилизация 10x5см/100м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868
092.10.	ФОЛИО нагънато за стерилизация 15x5см/100м с индикатор на пара,

	формалдеhid и ЕТО, EN 868
092.11.	ФОЛИО нагънато за стерилизация 20x5cm/100m с индикатор на пара, формалдеhid и ЕТО, EN 868
092.12.	ФОЛИО нагънато за стерилизация 25x6.5cm/100m с индикатор на пара, формалдеhid и ЕТО, EN 868

От допълнително предоставените документи не е видно информация за размери на фолиата и дали имат плътност на медицинската хартия мин. 70 g/m². В брошурата е описано, че предлагат с плътност от 60 до 70 g/m², но не може да се установи, кой грамаж е оферирани от участника.

За позиция № 126.05 „РЪКАВИЦИ латексови, без пудра, леко хлорирани, под 50 мкг протеини на грам, усилен, с удължен маншет, сини, с микрограпава нехлъзгаща се повърхност на пръстите, за рискови манипулации - категория на защита клас 3, издръжливост на опън (MPa) 29.0. Съответстващи на ASTM D3578 и BS EN 455 Части 1, 2, 3 и 4. Средства за лична защита 89/686/ЕИО (Категория на комплексна конструкция, типът е изпитан съгласно EN420, EN374 и EN388). EN455 Части 1,2, & 3 В съответствие с Европейската директива за медицинските изделия 93/42/ЕЕС. Размер XL.“ Предложената мостра не отговаря, защото е нитрил и са предложили мостра размер М. Не е видно дали покриват стандарт EN420, EN374 и EN388.

За позиция № 127.05 „СЕТ за Секцио съдържащ: 1бр. чаршаф за опер. маса, усилен 140 x 190; чувал за маса за инструменти, усилен 80 x 145; 1бр. секцио чаршаф със сак за течности 315 x 250; 1бр. чаршаф за бебе 90 x 100; 1бр. лепяща лента 10 x 50; 4бр. кърпи.“ Предложеното от участника медицинско изделие не отговаря на изискванията на Възложителя, защото предлагат секцио чаршаф 150x240, и чаршаф за бебе 75x90.

▪ Участник № 23 „PCP“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Виктор Григорович № 3, ет. Партер, ап.2 с оферта с Вх. № 23/ 28.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с №28; 120.03; 127.03.

Мотиви: За обособена позиция № 28 и по точно:

028.01.	КАТЕТЪР аспирационен ендотрахеален G10, дължина 50-60 централен отвор + 2 странични; конусовиден накрайник за съчленяване без страничен отвор за вакуум контрол, PVC, силикононизиран
028.02.	КАТЕТЪР аспирационен ендотрахеален G12, дължина 50-60 централен отвор + 2 странични; конусовиден накрайник за съчленяване без страничен отвор за вакуум контрол, PVC, силикононизиран
028.03.	КАТЕТЪР аспирационен ендотрахеален G14, дължина 50-60 централен отвор + 2 странични; конусовиден накрайник за съчленяване без страничен отвор за вакуум контрол, PVC, силикононизиран
028.04.	КАТЕТЪР аспирационен ендотрахеален G16, дължина 50-60 централен отвор + 2 странични; конусовиден накрайник за съчленяване без страничен отвор за вакуум

	контрол, PVC, силиконизиран
--	-----------------------------

Предлаганите от участника медицински изделия не отговарят, защото са със страничен отвор за вакуум контрол.

За позиция № 120.03 „КАНЮЛА за аспирационен шlauch -20-25 см със заоблен перфорирен връх /топче/, без отвор за вакуум контрол, PVC, прозрачна“ предлаганата мостра не отговаря, защото няма топче.

За позиция № 127.03 „СЕТ за плеврална пункция 55мм“ предлаганото медицинско изделие не отговаря защото е 90 см.

IV. Отстранени участници: На основание чл. 107 т.3 от ЗОП Възложителя отстранява следните участници по позиции както следва:

▪ Участник № 16 „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.28Б /ул. Димитър Моллов/ с оферта с Вх. № 16/ 28.07.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 123.01 .

Мотиви: При изисканата обосновка от комисията на основание чл.72 от ЗОП, в изпратената от участника обосновка посочва, тъй като не потвърждава посочената от него цена за тази позиция. Комисията не приема обосновката на участника за тази позиция.

V. На основание чл. 110 ал.1 т.1 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата за следните позиции:

Ном.№	Наименование	М. е.	Колич.
038.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - КАТЕТЪР ТИМАН		
038.01.	КАТЕТЪР Тиман двупътен с балон СН 14	бр	5
038.02.	КАТЕТЪР Тиман двупътен с балон СН 16	бр	5
038.03.	КАТЕТЪР Тиман двупътен с балон СН 18	бр	5
046.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА		
046.01.	СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 12	бр	50
046.02.	СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 14	бр	25
046.03.	СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 16	бр	100
046.04.	СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 18	бр	500
046.05.	СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 20	бр	100
046.06.	СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 22	бр	25
049.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - СУПРАГЛОТИСЕН ВЪЗДУХОВОД I-GEL. Супраглотисен въздуховод за осигуряване и поддържане на дихателните пътища. Устройство за периларингеално уплътняване с нераздуващ се маншет от мек, гелообразен материал,който следва естествената анатомия и приляга точно към анатомичните структури.		
049.01.	Супраглотисен въздуховод I-gel № 2	бр	5
049.02.	Супраглотисен въздуховод I-gel № 2.5	бр	5
049.03.	Супраглотисен въздуховод I-gel № 3	бр	25

049.04.	Супраглотисен въздуховод I-gel № 4	бр	25
049.05.	Супраглотисен въздуховод I-gel № 5	бр	15
066.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - МАСКА ЗА НЕИНВАЗИВНО ОБДИШВАНЕ		
066.01.	МАСКА за неинвазивно обдишване - размер S	бр	1
066.02.	МАСКА за неинвазивно обдишване - размер M	бр	1
066.03.	МАСКА за неинвазивно обдишване - размер L	бр	1
072.	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА ЗА РАЗТВАРЯНЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ		
072.01.	Затворена система за ръчно разтваряне на цитостатици, тип "Securmix", с крайници за стъклени банки, сакове и банки тип "Ecoflac"	бр	400
072.03.	Защитни калцуни при работа с цитостатици	бр	500
072.05.	Сет за почистване при инцидент с цитостатици: еднократен гащеризон или престилка; калцуни; шапка; маска; предпазни очила; ръкавици (ниво на защита клас III); домакински ръкавици; лопатка; пликите и др.	бр	2
079.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ХЕМОДИАЛИЗА. ХЕМОПЕРФУЗОРИ. Материал на корпуса: полипропилен. Дължина 245mm. Максимален диаметър 87mm. Абсорбент активен въглен. Покривен материал на абсорбента целулоза. Дебелина на мембраната между 3-5микро m. Размер на порите на филтъра 450 микро m		
079.01.	ХЕМОПЕРФУЗОР - запълващ обем 140ml. Тотална повърхност на абсорбента 150m ²	бр	1
079.02.	ХЕМОПЕРФУЗОР - запълващ обем 260ml. Тотална повърхност на абсорбента 300m ²	бр	5
087.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ЕНДОСКОПСКИ ТРОАКАР OLYMPUS		
087.01.	Адаптер 5.5мм съвместим с ендоскопски троакар OLYMPUS 11мм	бр	1
087.02.	ЗАТВАРЯЩА ШАПКА за троакар - 5.5мм, съвместима с ендоскопски троакар OLYMPUS	бр	10
087.03.	ЗАТВАРЯЩА ШАПКА за троакар - 11мм, съвместима с ендоскопски троакар OLYMPUS	бр	10
087.04.	КЛАПА затваряща за ендоскопски троакар - 11мм, съвместима с троакар OLYMPUS	бр	10
087.05.	КЛАПА затваряща за ендоскопски троакар - 5.5мм, съвместима с троакар OLYMPUS	бр	10
087.06.	КЛАПА прозрачна за ендоскопски троакар - 5.5мм, съвместима с троакар OLYMPUS	бр	10
087.07.	Уплътняващ пръстен към ендоскопски троакар 5.5мм съвместим с ендоскопски троакар OLYMPUS	бр	10
087.08.	Уплътняващ пръстен към ендоскопски троакар 11мм съвместим с ендоскопски троакар OLYMPUS	бр	10
088.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ЧЕТКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕНДОСКОПИ		
088.01.	Четка за почистване на канали на ендоскопи с ширина на канала между 2.5 -3.5 mm. Дължина на работната част от 10 до 15мм. Дължина на четката 220-230см.	бр	10
088.02.	Четка за почистване на клапи, портове и канали на лапароскопски инструменти. Диаметър на четката 1.00/7.00 мм., с два работни края. Дължина на четката 30-35 см.	бр	10
088.03.	Четка за почистване на работни елементи, контролни главии и клапани на ендоскопи. Диаметър от 8 до 10 мм, дължина от 8 до 10 см, почистваща част на четката от 4 до 5 см.	бр	10
089.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА БРОНХОСКОП		

"ОЛИМПУС"			
089.01.	Аспирационни клапи- модел MAJ-207 за бронхоскоп Олимпус	бр	150
089.02.	Биопсични клапи модел- MAJ-210 за бронхоскоп Олимпус	бр	150
089.03.	Щипка за биопсии- модел FB-20C-1 K 9 114-6201 за бронхоскоп Олимпус	бр	1
094.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ФОРЦЕПС ЗА БИОПСИЯ		
094.01.	Фопцепс за еднократна употреба за биопсия 150см	бр	20
094.02.	Фопцепс за еднократна употреба за биопсия 230см	бр	20
095.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ФОРЦЕПС ЗА ГОРЕЩА БИОПСИЯ		
095.01.	Фопцепс за многократна употреб за гореща биопсия 150см	бр	1
095.02.	Фопцепс за многократна употреб за гореща биопсия 230см	бр	1
105	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ПУЛСОКСИМЕТРИЧНИ ДАТЧИЦИ		
105.01.	Еднократен пулсоксиметричен датчик за монитор "Аргус" на Шилер	бр	10
105.02.	Еднократен пулсоксиметричен датчик за монитор МЕС-1000	бр	10
105.03.	Еднократен пулсоксиметричен датчик за монитор EDAN	бр	10
105.04.	Neonatal /Oxygen Sensor-сензор за пулсоксиметър Nellcor	бр	24
105.05.	Neonatal SpO2 adhesive sensor-сензор за отчитане на сатурация, дишане и пулс	бр	10
106	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ЛИГАТУРНИ ПРИМКИ С ВОДАЧ		
106.01.	Лигатурна примка с водач-№ 0 конец-60см,оцветен; поливинилиденфлуорид (PVDF); монофиламентен, нерезорбируем конец	бр	12
108	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ПОЛИПЕКТОМИЧНИ БРИМКИ		
108.01.	Полипектомични бримки 150см - асиметрична	бр	2
108.02.	Полипектомични бримки 230см - асиметрична	бр	2
108.03.	Полипектомични бримки 150см - асиметрична с изолиран връх	бр	2
108.04.	Полипектомични бримки 230см - асиметрична с изолиран връх	бр	2
108.05.	Полипектомични бримки 150см - монофиламентни	бр	2
108.06.	Полипектомични бримки 230см - монофиламентни	бр	2
108.07.	Полипектомични бримки 150см - овална с изолиран връх	бр	2
108.08.	Полипектомични бримки 230см - овална с изолиран връх	бр	2
108.09.	Полипектомични бримки 150см - овална	бр	2
108.10.	Полипектомични бримки 230см - овална	бр	2
108.11.	Полипектомични бримки 230см - семиригидна	бр	2
108.12.	Полипектомични бримки за еднократна опотреба 150см	бр	10
108.13.	Полипектомични бримки за еднократна опотреба 230см	бр	10
109	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ЕНДОНАЗАЛНИ ТАМПОНИ		

109.01.	Ендоназални тампони - единично маншетиран с пластичен PVC материал назален катетър предназначен за улесняване на контрола на кръвотечението от носа. С регулируем обем и дължина на тампониращата част 4.5 см и диаметър в нераздутото състояние 6 мм	бр	20
109.02.	Ендоназални тампони - единично маншетиран с пластичен PVC материал назален катетър предназначен за улесняване на контрола на кръвотечението от носа. С регулируем обем и дължина на тампониращата част 5.5 см и диаметър в нераздутото състояние 6 мм	бр	20
109.03.	Ендоназални тампони - единично маншетиран с пластичен PVC материал назален катетър предназначен за улесняване на контрола на кръвотечението от носа. С регулируем обем и дължина на тампониращата част 5.5 см и диаметър в нераздутото състояние 8 мм	бр	20
109.04.	Ендоназални тампони - единично маншетиран с пластичен PVC материал назален катетър предназначен за улесняване на контрола на кръвотечението от носа. С регулируем обем и дължина на тампониращата част 7.5 см и диаметър в нераздутото състояние 6 мм	бр	20
109.05.	Ендоназални тампони - единично маншетиран с пластичен PVC материал назален катетър предназначен за улесняване на контрола на кръвотечението от носа. С регулируем обем и дължина на тампониращата част 7.5 см и диаметър в нераздутото състояние 8 мм	бр	20
110	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЗА ФАКО		
110.01.	ВАНИЧКА за наконечник.	бр	50
110.04.	Титанов наконечник за фако	бр	1
110.05.	Четка за почистване на наконечника на факоемулсификатора	бр	3
116	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ		
116.03.	КОМПРЕС хемостатичен, абсорбируем 7см/10см натурален колаген тип 1, резорбция до 8 седмици	бр	40
119	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ИГЛИ		
119.01.	ИГЛА аутопсионна	бр	10
119.04.	ИГЛА за екстракция на чуждо тяло от роговица	бр	2
119.09.	ИГЛА полуавтоматична за биопсия на меки тъкани с възможност за предварително задаване на биопсичната дълбочина; с отстраняема канюла и възможност за повторно вземане на биопсичен материал; подходяща са визуализация с ултразвук	бр	2
119.10.	ИГЛА полуавтоматична за биопсия на меки тъкани; двойно изстрелваща; GA 18mm, дължина 120mm	бр	2
120	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КАНЮЛИ		
120.01.	КАНЮЛА артериална за измерване на инвазивно кръвно налягане.	бр	10
122	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КАЛЦУНИ, МАСКИ, ПРЕСТИЛКИ И ШАПКИ		
122.02.	МАСКА защитна с клапа, "респираторен" тип FFP1,FFP2,FFP3	бр	15
124	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ОСТРИЕТА И НОЖЧЕТА		
124.05.	НОЖЧЕ за уретротомия право	бр	1
124.09.	ОСТРИЕТА, еднократни, сменяеми, съвместими за Feather дръжка, за аутопсионни ножове	бр	50
128	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. СИСТЕМИ		
128.07.	СИСТЕМА за кръвопускане	бр	10

129	ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. СПРИНЦОВКИ		
129.02.	Спринцовка стерилна за инжектор 130 мл съвместима с OtpiStat	бр	300
132	ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ФИЛТРИ		
132.02.	ФИЛТЪР за функционално изследване на дишането за апарат SCHILER SP	бр	200
133	ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ХАРТИЯ ЗА АПАРАТИ		
133.07.	ХАРТИЯ - кардиотокографски апарат "Insight Light" с разграфяване. Ролка с ширина 112mm, дължина приблизително 3m. Външен диаметър на ролката 46mm; вътрешен диаметър на мундщука на ролката 11mm.	бр	60
133.11.	ХАРТИЯ - отчитащо устройство "ELISA" 3.6mm	бр	5
133.12.	ХАРТИЯ - термохартия (ролки) за регистрация на стерилизация, съвместим с апарат Статим 2000S, модел SP 500	бр	10
133.13.	ХАРТИЯ - EDAN за 12 канален ЕКГ апарат-210/295/150 FF	бр	15
136	ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЗА ФГС, ФКС, РЕТРОГРАДНА ХОЛАНГИО ПАНКРЕАТО ГРАФИЯ		
136.01.	АПЛИКАТОР ендолуп.	бр	1
136.02.	БАЛОН - екстрактор.	бр	3
136.03.	БРИМКИ ендолуп.	бр	10
136.04.	БУТАЧКА за стент на жлъчни пътища.	бр	1
136.05.	ВОДАЧ за ЕРХП - хидрофилен	бр	2
136.06.	ГРАСПЕР с 4 бранша 150см	бр	1
136.07.	ГРАСПЕР с 4 бранша 230см	бр	1
136.08.	ДРЕНАЖЕН комплект за перкутанен дренаж на жлъчни пътища	бр	2
136.09.	ИГЛА - нож	бр	1
136.10.	ИГЛА за насочена биопсия 16G 20см / за черен дроб и панкреас/	бр	3
136.11.	ИГЛА на Чибя 18G	бр	2
136.12.	Инжектор - еднократна употреба 150см	бр	15
136.13.	Инжектор - еднократна употреба 230см	бр	5
136.14.	Инжектор - многократна употреба 150см	бр	1
136.15.	Инжектор - многократна употреба 230см	бр	1
136.16.	КАНЮЛА ЕРХП	бр	3
136.17.	Клипс - апликатор 230см	бр	1
136.18.	Клипсове за ендоскопска хемостаза - "подвижни"	бр	10
136.19.	Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135 градуса; дълги	бр	15
136.20.	Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135 градуса; къси	бр	25
136.21.	Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135 градуса; стандартни	бр	25
136.22.	Кошничка за екстракция с 4 бранша	бр	2
136.23.	Кошничка на Рот за екстракция	бр	10
136.24.	ЛИТОТРИПТЕР механичен с 3 броя кошници	бр	1
136.25.	ПАПИЛОТОМ еднократен пре-кът.	бр	4
136.26.	ПАПИЛОТОМИ - еднократни, съвместими с водач	бр	10
136.28.	СЕТ за връзково лигиране на езофагиални варици	бр	8

136.29.	Сонда за Аргон - плазмена коагуация /АПК/ /за фронтална апликация/	бр	2
136.30.	Сонда за Аргон за латерална апликация	бр	1
136.31.	Стент за жлъчни пътища 10F	бр	5
136.32.	Устройство за балонна дилатация	бр	1
136.33.	Форцепс за екстракция на чужди тела тип "Крокодил"	бр	1
137	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ОБЩИ		
137.04.	БИБЕРОН за хранене тип "агнешки"	бр	300
137.05.	БЛАНКИ филтърни /неонатология/	бр	500
137.06.	ВАКУУМ екстрактор, еднократен, за спомагане на родовия процес. С гъркаво стъбло, нископрофилна чашка за безопасно използване във всички фетални пози на главата и индикатор показващ силата приложена върху плода.	бр	10
137.11.	Капсули биопсийни за тъканна обработка на микробиопсии, опаковка 100бр.	бр	100
137.12.	Касета за аспирация на лещени маси с тубинг	бр	50
137.15.	Клипси титаниеви размер М, съвместими с клип-апликатор AESCULAP, за отворена хирургия	бр	50
137.19.	МИКРОСАМПЛЕР ЗА АКР	бр	600
137.21.	Набор за предна витректомия	бр	20
137.24.	Разтвор против замъглявена за ендоскопска оптика-1мл, единично опакован, стерилен	бр	10
137.30.	Трансдюсер СЕТ за еднократна употреба за инвазивно измерване на кръвно налягане съвместим с AS3 и HP	бр	10
137.33.	Тъканно лепило за медицински цели, на основата на бутил-2-цианоакрилат. За хирургични цели. Опаковка от 1г.	бр	20

Мотиви: За тези позиции не е подадена нито една оферта

VI. На основание чл. 110 ал.1 т.3 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата за следните позиции:

Ном.№	Наименование	М. е./Лек.ф-ма	Колич.
044.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА ТЕРМОСЕНЗИТИВНА		
044.01.	ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №2	бр	15
044.02.	ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №2.5	бр	20
044.03.	ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №3	бр	20
044.04.	ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №3.5	бр	15
113	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ДРЕНАЖИ И ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ		
113.02.	ДРЕНАЖ силиконов-10мм, плосък,с 4 дрениращи канала по повърхността, завършващ с кръгла удължена силиконова тръбичка и преходник;стериле; единично опакован;X-Ray позитивен	бр	4
120	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КАНЮЛИ		
120.03.	КАНЮЛА за аспирационен шлаух -20-25 см със заоблен перфориран връх /топче/ , без отвор за вакуум контрол, PVC, прозрачна	бр	110
126	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. РЪКАВИ И РЪКАВИЦИ		

126.01.	РЪКАВ полиетиленов за ендоскопска оптика; дължина 230-250см; с две лепенки за фиксиране; завършващ с пластмасов пръстен.	бр	300
----------------	--	----	-----

Мотиви: Всички подадени оферти не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070

Срок за подаване на жалби: 10 дни от датата на получаване на решението съгласно чл.197 и следващи от ЗОП.

Настоящото решение да се изпрати в законоустановения срок до всички участници.

Възложител:

/Д-р Нели Иванова Савчева-

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД/

