

Възложител:

Д-р Нели Савчева в качеството си на Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово

РЕШЕНИЕ

№ 724/23.8.2017г.

за обявяване класиране на участниците и участника определен за изпълнител на обществена поръчка

На основание чл 106, ал.6 и чл.108 от ЗОП и въз основа на отразените резултати в протоколи №1/23.08.2017г. и Доклад от 23.08.2017 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-02-720/23.08.2017 г. на Д-р Нели Иванова Савчева Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово за провеждане на процедура по ЗОП договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"** открита с Решение № 417/14.08.2017г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2017-0019/14.08.2017г.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и приетата методика:

Позиция № 19.12 КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ БЕЗ ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС САМОАКТИВИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗЕН, МЕТАЛЕН МЕХАНИЗЪМ. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина на катетъра. 20 G, /1,1 x 32 mm/, 60 ml/min.

1 място Участник № 1 „Б.Браун Медикал” ЕООД с предложена ед. Цена в размер на 1.116 лв с ДДС.

Позиция № 19.15 Спринцовка 20 ml. Трисъставна, тип луер лок.

1 място Участник № 1 „Б.Браун Медикал” ЕООД с предложена ед. Цена в размер на 0.312 лв с ДДС.

II. Участникът, класиран на първо място се определя като изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция както следва:

▪ Участник № 1 „Б.Браун Медикал” ЕООД със седалище и адрес на управление : гр.София 1528 р-н Искър бул Христофор Колумб №64, бл.А2, офис 111 с оферта с Вх. № 1/21.08.2017 г за обособени позиции / ном. единици с № 19.12 и 19.15.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

III. Отстранени участници: няма

IV. На основание чл. 110 ал.1 т.1 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата за следните позиции:

Ном.№	Наименование	М. е./Лек.ф-ма	Колич.
11	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА		
11.7.	Периферен водач, вътрешен диаметър 0.018"; рентгенопозитивен койл с дължина - 15 cm; вътрешен диаметър на върха 0.013"; обща дължина - 180/300 cm; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани.	бр.	40
11.8.	Периферен водач, вътрешен диаметър 0.014 към 0.008"; рентгенопозитивен койл с дължина - 17 cm; натоварване на върха 20 G; обща дължина - 180/300 cm; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани.	бр.	10
11.9.	Периферен водач с хидрофилно покритие, вътрешен диаметър 0.014 към 0.008"; рентгенопозитивен койл с дължина - 17 cm; натоварване на върха 40 G; обща дължина - 200/300 cm; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани.	бр.	5
11.10.	Периферен водач, вътрешен диаметър 0.018 към 0.008"; натоварване на върха 7.5 G, прав и J вариант; обща дължина - 200/235/300 cm;	бр.	5
11.16.	Инфузионен катетър с Cragg - микроклапа; диаметър 4/5 F, дължина на катетъра 40/65/100/135 cm; дължина на инфузионния участък 5/10/20 cm за 4 F и 5/10/20/30/40/50 cm за 5 F; съвместими с водач 0,035"(4 F) и 0,038"(5 F); рентгенопозитивни маркери в проксималната и дисталната част на инфузионния участък	бр.	10
12	БАЛОНИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА		
12.7.	Режещ балон катетър за периферна ангиопластика: водач: .014"/018"; Катетър: Over The Wire и RX; Scoring element: нитинолов, три спирали; Материал на балона: Nylon, semicompliant; Шафт: 5 F; Интродюсер: 6 F и 7 F; Работна дължина: 50, 90 и 137 cm; Маркери на балона: 2 набити; Диаметър на балона: 2,0 - 6,0 mm; Дължина на балона: 10 - 40 mm.	бр.	5
13	ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВЕ И ПРОТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА		
13.16.	Система за Емболна протекция с филтър (улавяща част) от 3,0 до 7,0 mm, с дължина на катетъра 320/190 cm и диаметър 0,36 mm, съвместима с водачи 0.014" и 0.018"	бр.	5
18	Консуматив за контрапулсатор		
18.1	Балон за контрапулсация съвместим с интрааортна помпа Datascope. Размери Fr 7.5. Обем на балона от 25 cc до 50 cc. Дължина от 174 mm до 269 mm. Диаметър от 14.7 mm до 16.3 mm.	бр.	2
19	ДРУГИ		
19.17.	Перфузионен катетър за първична ангиопластика с Dotter ефект позволяващ реканализация на артерията без фрегментация на тромба с профил от 0.017 - 1.45 mm. Диаметър на проксималния шафт 2.3 F. Диаметър на дисталния шафт 4.35 F. Дължина 138 - 140 cm.	бр.	2

19.19.	Катетър с технология Rapid Exchange (RX) за тромб екстракция с пресичащи и измервателни лезии. Проксимален и дистален shaft с PTFE продължителен вътрешен слой. Обща използвана дължина = 140 cm. Пресичащ профил = 0.020". Съвместимост: 6F Въвеждащ катетър; 0.014" Guidewire. Размер на дистален shaft: 5.1 F максимум и 16.5 cm дължина. Размер на проксимален shaft: 4.2 F и 123.5 cm дължина. Капацитет на извличане: 1.595 cc/s (25 градуса C вода). Кинкинг радиус = 10.7 mm.	бр.	10
--------	---	-----	----

Мотиви: За тези позиции не е подадена нито една оферта

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070

Срок за подаване на жалби: 10 дни от датата на получаване на решението съгласно чл.197 и следващи от ЗОП.

Настоящото решение да се изпрати в законоустановения срок до всички участници.

Възложител:

/Д-р Нели Иванова Савчева-
Изпълнителен директор
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД/