

Възложител:

Д-р Нели Савчева в качеството си на Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово

РЕШЕНИЕ

№ 44 / 151 / 2016г.

за обявяване класиране на участниците и участника определен за изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.73 от ЗОП и въз основа на отразените резултати в протоколи №1/08.12.2015г., №2/11.01.2016г., №3/15.01.2016 г от работата на комисия, назначена със Заповед №936/08.12.2015 г. на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нова медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово, включваща 3 /три/ самостоятелно обособени позиции”,** открита с Решение № 355/09.11.2015г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2015-0026 /09.11.2015г.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и приетата методика както следва:

ОП1 Обща медицинска техника

Първо място „Медицинска Техника Инженеринг” ООД с общ брой точки 100

ОП2 Оборудване за кардиологично отделение

Първо място „Инфомед” ЕООД с общ брой точки 100

ОП3 Оборудване за ОФРМ

Първо място „МДМ 97” ООД с общ брой точки 100

II. Участникът, класиран на първо място се определя като изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция както следва:

- Участник № 5: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Димитър Моллов № 28Б за **ОП1 Обща медицинска техника**

Мотиви: Предложената от участника оферта е икономически най-изгодна оферта по отношение на цена, срок на доставка, гаранционен срок и цена.

- Участник № 1: „Инфомед“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 81-83 за **ОП2 Оборудване за кардиологично отделение**
Мотиви: Предложената от участника оферта е икономически най-изгодна оферта по отношение на цена, срок на доставка, гаранционен срок и цена.
- Участник № 2: „МДМ 97“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лагера ул. Плиска бл.2, вх.В, ет.1, ап.37 за **ОП1 Обща медицинска техника**
Мотиви: Предложената от участника оферта е икономически най-изгодна оферта по отношение на цена, срок на доставка, гаранционен срок и цена.

III. Отстранени участници: на основание чл.69, ал.1 т.3 от ЗОП

- Участник № 3: „Елпак лизинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Д-р Иван Богоров № 12 за **ОП1 Обща медицинска техника и ОП2 Оборудване за кардиологично отделение**
Мотиви: Предложените от участника апарати не отговарят на заложените от Възложителя изисквания.
От предложеният от участника каталог за подпозиция 1.2. Електрокардиограф 3-канален Модел: iE3 Производител: Biocare, Китай и този каталог , който е на официалния сайт на фирмата производител: <http://www.biocareus.com/> има разминаване по един от заложените от възложителя показатели. При заложено „капацитет на акумулаторите за работа без външно захранване – не по-малко от 4 часа“; участника е посочил че го покрива и е приложил брошура в която е записано: 4 часа продължителност на работата, но в официалният сайт е заложено само 2.5 часа продължителност на работа.
От предложеният от участника каталог за подпозиция 1.3. Многофункционална лабораторна центрофуга - 1 брой Модел: MPW251 Производител: MPW, Полша и този каталог, който е на официалния сайт на фирмата производител: <http://mpw.pl/centrifuges/> има разминаване по един от заложените от възложителя показатели.
При заложено от Възложителя изискване за въртене на епруветки с обеми от 1.5 мл до 105 мл, участникът е приложил различни видове ротори като първият от тях е посочил 4 бр епруветки с обем 100/105 мл. В същото време на официалния сайт на фирмата производител е записано за този вид ротор че са 4 бр епруветки но само с обем 100 мл.
За 2- Оборудване за кардиологично отделение Модел: G60 Производител: Vinpo Китай - От предложените каталози и брошури е видно че при заложено от Възложителя изискване за „Сива скала - над 4000 нива“, участника предлага продукт със параметри: „Сива скала – 256 нива“ и по този начин не отговаря на заложените от Възложителя изисквания. В приложеното техническо предложение на участника не е посочен с кой трансдюсер се предлага в комплектовка, както е изискването на Възложителя. Участникът не е посочил модела на трансдюсера, а е приложил брошура с 11 вида трансдюсери. По този начин не може да се установи и дали трансдюсера покрива изискванията на Възложителя, а участника не може да допълва и/или променя техническото си предложение.
- Участник № 4: „Илан Медицинска Апаратура“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Кирил Шиваров № 9 за **ОП2 Оборудване за кардиологично отделение**
Мотиви: Предложените от участника апарати не отговарят на заложените от Възложителя изисквания.

От предложеният от участника каталог за подпозиция 1.2. Електрокардиограф 3-канален Модел: ECG300GT Производител: Contec, Китай; участника е посочил че покрива заложеното от Възложителя изискване, а именно " буквено-цифрова клавиатура ", но комисията разгледа каталозите и снимковия материал и установи, че такава няма на апарата, а участника е записал в техническите параметри че апарата притежава Тъч скрийн клавиатура, но тя не е буквено цифрова.

От предложеният от участника каталог за подпозиция 1.3. Многофункционална лабораторна центрофуга - 1 брой Модел: NF800 Производител: Nuve Турция; участника е посочил че покрива заложеното от Възложителя изискване, а именно „прозорец за визуален контрол на въртенето“ , комисията разгледа каталозите и снимковия материал и установи, че такъв прозорец няма на апарата.

От предложеният от участника каталог за подпозиция 1.3. Многофункционална лабораторна центрофуга - 1 брой Модел: NF800 Производител: Nuve Турция; участника е посочил че покрива заложеното от Възложителя изискване, а именно „Максимална скорост на въртене: 6000 rpm; Задаване на скоростта на въртене на стъпки през 100 rpm.“, комисията разгледа каталозите и снимковия материал и установи, че апарата е със скорост на въртене до 14000 rpm, през стъпка 10 rpm, но долното ниво започва от 500 rpm, и по този начин не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като по задание първата стъпка трябва да е 100 rpm.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070

Срок за подаване на жалби: 10 дни от датата на получаване на решението съгласно чл.120 и сл. От ЗОП.

На основание чл.73, ал.3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Възложител:
/Д-р Нели Иванова Савчева-
Изпълнителен директор
МБАЛ „Д-р Тота Вежкова“ АД/

