

За доставка на медицинска апаратура

Днес, 04.02.2019 г., в гр. Габрово между:

**МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД** – Габрово, със седалище в град Габрово и адрес на управлението ул. "Д-р Илиев Детския" № 1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107507217, представлявано от Изпълнителния директор д-р Нели Савчева от една страна, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

**Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД** с адрес гр. Габрово, ул. Любен Каравелов 26, вписано в търговския регистър при габровски окръжен съд с решение по търговско дело № 646/2000 г., БУЛСТАТ 107516166, представлявано от Илия Христов Илиев – Управител от друга страна, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки от Закона за обществените поръчки и Решение №РД-06-49/2019г на Изпълнителния директор д-р Нели Савчева за определяне на класирането по обществена поръчка с предмет: **„Доставка на 3 /три/ апарата за извършване на хемодиализа и предочистваща система при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“, за обособена позиция № 1 АПАРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА – 3 броя и обособена позиция № 2 ПРЕДОЧИСТВАЩА СИСТЕМА – 1 бр.**, се сключи настоящият договор.

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово

Поз. №	Наименование	Марка/модел	Брой
1	Апарати за хемодиализа – 3 броя	Fresenius 4008 S classix	3
2	Предочистваща система	Система за предочистване	1

**II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**2.1. Цената** на стоките по Раздел I.т.1., съгласно представено ценово предложение, неразделна част от договора е както следва:

Поз.№	Наименование	Брой	Ед. цена без ДДС	Обща ст-ст без ДДС
1	Fresenius 4008 S classix	3	19 295,00	57 885,00
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:</b>				<b>57 885,00</b>
<b>ДДС 20%:</b>				<b>11 577,00</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ СЪС ДДС:</b>				<b>69 462,00</b>

Поз.№	Наименование	Брой	Ед. цена без ДДС	Обща ст-ст без ДДС
2	Предочистваща система	1	24 473,33	24 473,33
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:</b>				<b>24 473,33</b>
<b>ДДС 20%:</b>				<b>4 894,67</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ СЪС ДДС:</b>				<b>29 368,00</b>

2.2. Цената е определена до крайните получатели.

2.3. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

2.4. **Общата стойност** на доставките по договора е **82 358,33 лв. (осемдесет и две хиляди триста петдесет и осем лева и тридесет и три стотинки)**, без включен ДДС.

2.5. **Общата стойност** на доставките по договора е **98 830,00 лв. (деветдесет и осем хиляди осемстотин и тридесет лева)**, с включен ДДС.

### III. СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВКА

3.1. Срокът на доставка е **100 калндарни дни** от датата на сключване на договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, в срок до два дни преди доставката, да уведоми писмено или по факс, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предстоящото доставяне на стоката, предмет на настоящия договор.

3.3. Място на доставката хемодиализно отделение на МБАЛ „Д-р Т. Венкова“ АД Габрово

3.4. Доставката се удостоверява с приемно-предавателен протокол.

### IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.2 Заплащането на стоките по договора се извършва в **български лева**, по банков път, по следната схема:

-20 % - при подписване на договора за доставка;

-50% - при доставка на апаратурата;

-30 % - до 30 дни след пускане в експлоатация.

### V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде, придружени с необходимите документи и оборудване – гаранционна карта, ръководство за обслужване на български език, както и всички други документи, необходими за обслужването им.

5.2. Да достави стоките, пакетирани и маркирани със СЕ маркировка в количество и качество на мястото на доставяне. **Оферираните апарати трябва да бъдат доставени, монтирани, настроени и предадени с всички необходими за първична/пускова/експлоатация принадлежности и консумативи**

5.3. Да осигури безплатно гаранционното сервизно обслужване за времето от ..... месеца, считано от датата на пускането в експлоатация на оборудването.

5.4. При подписването на договора да представи:

а) документи **по чл. 58, ал.1 от ЗОП** издадени от компетентните органи;

б) гаранция за изпълнение, в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се освобождава до 60 дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на **3 294,33 лева**.

5.5. Да проведе обучение на персонала за работа с доставената апаратура.

5.6. Да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащи от този договор, на трети лица.

### VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор.

6.2. Да заплати доставените стоки по реда на Раздел IV т.4.2 от настоящия договор.

6.3. След приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за изпълнение в

рамките на два календарни месеца, без да дължи лихви за срока, през който средствата законно са престояли у него.

**6.4.** Да допуска до апаратурата само квалифициран персонал, който е обучен да работи с нея

**6.5.** Да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна експлоатация на медицинската техника и апаратура.

## **VII. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ДОГОВОРА**

**7.1.** Качеството на доставените стоки, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.

**7.2.** Гаранционният срок на стоките е **60 (шестдесет) месеца – за ОП1 и 24 (двадесет и четири) месеца за ОП2** /най-малко 60 (шестдесет) месеца – за ОП1 и най-малко 24 (двадесет и четири) месеца за ОП2/. За начало на гаранционният срок се счита датата на подписване на протокол за пускане в експлоатация, която дата се отразява в гаранционната карта за всяка стока.

**7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява сервизното обслужване в продължение на гаранционния срок, фиксиран в договора.

**7.4.** Сервизното обслужване се извършва на място и/или в сервиз на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** със собствени сервизни специалисти отстранява възникналата повреда.

**7.5.** Гаранционното сервизно обслужване включва разходи за труд, резервни части и транспортна специалистите, профилактика и всички разходи по гаранционно обслужване.

**7.6.** Разходите за повреди, възникнали в резултат на небрежност и неправилна експлоатация не се включват в гаранционното сервизно обслужване.

**7.7.** Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок до изтичане на гаранционната поддръжка на доставеното медицинско оборудване.

## **VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.ОТГОВОРНОСТ**

**8.1.** При изтичане на срока на договора.

**8.2.** По взаимно съгласие, изразено в писмена форма.

**8.3.** В други случаи, предвидени в нормативен или подзаконов нормативен акт.

## **IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ**

**9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да предявява рекламации пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за:

а) количество и некомплектованост на стоките или техническата документация (явни недостатъци);

б) качество (скрити недостатъци):

- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в Раздел I.т.1.;

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.

**9.2.** Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, чрез крайните получатели на стоките, в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.

**9.3.** Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия гаранционен срок на доставените стоки.

**9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за установените дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

**9.5.** В 10 (десет) дневен срок от получаване на рекламацията, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да отговори на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

**9.6.** При рекламация за явни недостатъци **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне

количеството липсващи в доставката договорени стоки.

9.7. При рекламация за скрити недостатъци **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в едномесечен срок от получаването ѝ да замени доставените дефектни стоки за своя сметка .

## **X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

10.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

10.2. Когато при наличие на рекламации, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задълженията си по раздел IX от настоящия договор в срок, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 3% от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

10.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като задържа гаранцията за изпълнение. Ако стойността на гаранция е недостатъчна за изплащане на договорената неустойка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи плащане до пълният и размер.

10.4. При виновна забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, продължила с повече от половината от срока за изпълнение на съответното задължение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да развали договора едностранно без предизвестие.

## **XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

11.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

11.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

11.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11.6. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

## **XII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

12.1. Изменения на настоящия договор могат да бъдат правени само с допълнително споразумение, или анекс, съставен в писмена форма и представляващ неразделна част на този договор, при условията на чл.116 от ЗОП.

12.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

12.3. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването,

изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. При невъзможност от решаване на възникналите спорове по този начин, то същите ще се отнасят до разглеждане и решаване от компетентните съдилища на Република България. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се съгласяват, че компетентен да разгледа имуществен спор между страните, като първа инстанция, ще бъде Районен съд гр. Габрово, съответно Окръжен съд гр. Габрово.

**12.4.** Настоящият договор се сключва и изпълнява в съответствие със законодателството на Република България и представлява цялостно уреждане между страните по отношение предмета на договора.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:

**Приложение № 1** - Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**,

**Приложение № 2** - Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

**Приложение № 3** - Предлагана цена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Информацията е заличена  
съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

/Д-р Нели Савчева/

Съгласувал: **Информацията е заличена**  
Гл. счетоводител **съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД**

/Н. Савчева/

Информацията е заличена  
Съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

...../



Информацията е заличена  
съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Илия Илиев/

Съгласувал: **Информацията е заличена**  
Гл. счетоводител **съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД**

/Цанка Начева/

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

**Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на 3 /три/ аппарата за извършване на хемодиализа и предпочистваща система при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“ включващ: доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нова медицинска апаратура за нуждите на отделение по хемодиализа и нефрология при МБАЛ Габрово включваща 2 /две/ самостоятелно обособени позиции“**

Обособена позиция 1 Апарати за хемодиализа – 3 броя

Обособена позиция 2 Предпочистваща система – 1 брой

**Описание:** След проведеното публично състезание по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъде направена и самата доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на медицинската апаратура.

### 1. Техническа спецификация и базови изисквания

Обособена позиция №	Минимални технически и функционални характеристики
ОП №1	<b>АПАРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА- 3 броя</b>
1.1	Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията.
1.2	Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак.
1.3	Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа.
1.4	Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция.
1.5	Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия).
1.6	Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители.
1.7	Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане.
1.8	Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + бърза инфузия макс.5мл /болус.
1.9	Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат над 400 мл/мин а тези за студена над 550 мл/мин.
1.10	Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция.
1.11	Да разполага с програма за топлинна дезинфекция /температура до 85 градуса С/
1.12	Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност до 1% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем.
1.13	Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност < 0,6 мл/кръв/мин – при Hct<27 и замърсяване на хидравличната система.
1.14	Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм.

1.15	Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия.
1.16	Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела.
1.17	Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на почистване на кръвта Kt/V.
1.18	Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея.
1.19	Да притежава контрол на натрия в плазмата.
1.20	Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест.
1.21	Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език.
1.22	Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.
1.23	Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия.
1.24	Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната над 2,0 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра.
1.25	Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V.
1.26	Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата страна.
1.27	Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура.
ОП № 2	<b>ПРЕДОЧИСТВАЩА СИСТЕМА - 1 бр</b>
2.1.	Модулът за предварително почистване да притежава пясъчен филтър – колона с автоматизирано управление на промивката и 4 броя мембрани за обратната осмоза.
2.2	Модулът за предварително почистване да притежава две двойки филтри за фино филтриране със сменяеми патрони 50/10 микрона и 5/1 микрона и резервоар за входна вода с вместимост 1000 л и инверторна помпа.
2.3	Модулът за предварително почистване да притежава омекотител с две колони и два резервоара за реагент.
2.4	Наличие на проточна регенерация и автоматика за да има контрол на предварително зададените стойности за твърдост. Да гарантира твърдост на обработената вода < 1o dH (0.2 mmol/l).
2.5	Модулът за предварително почистване да притежава карбонов филтър – колона с повишена абсорбираща способност и автоматизирано управление на промивката. Да гарантира свободен хлор < 0.1 ppm.
2.6	Предлаганата система за предочистване да е съвместима с наличната и функционираща система за обратна осмоза в отделението по хемодиализа AQUA B 1000

### **3.Условия на плащане и фактуриране:**

Заплащането на стоките по договора се извършва в **български лева**, по банков път, по следната

схема:

- 20 % - при подписване на договора за доставка;
- 50% - при доставка на апаратурата;
- 30 % - до 30 дни след пускане в експлоатация.

#### **5. Срок за изпълнение на поръчката:**

Срокът за изпълнение и доставка на медицинската апаратура по настоящата обществена поръчка е до 100(сто) календарни дни считано от датата на подписване на договора.

В офертите си участниците следва да посочат срок за доставка на цялото количество медицинска апаратура с всички подпозиции от обособената позиция за които участват, предмет на възлаганата обществена поръчка в реално число и в календарни дни.

#### **6. Гаранционен срок**

Предлаганата медицинска апаратура трябва да има включен безплатен гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок.

Предложената от участникът медицинска апаратура следва да има гаранционен срок не по-малко от:

За ОП 1 **АПАРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА** - 60 (тридесет) месеца, считано от датата на въвеждането ѝ в експлоатация. Гаранционният срок включва труд, транспорт на квалифицирани специалисти, профилактики, замяна на дефектни части и др. разходи по гаранционно обслужване на медицинската апаратура.

За ОП 2 **ПРЕДОЧИСТВАЩА СИСТЕМА** - 24 (шестдесет) месеца, считано от датата на въвеждането ѝ в експлоатация. Гаранционният срок включва труд, транспорт на квалифицирани специалисти, профилактики, замяна на дефектни части и др. разходи по гаранционно обслужване на медицинската апаратура.

Предлаганата медицинска апаратура трябва да има осигурен безплатен гаранционен сервиз на мястото на експлоатация. Срок на реакция до 24 часа /в работни дни/ и до 72 часа /в почивни дни/ от подаване на писмена заявка от възложителя. Срок за отстраняване на повреда до 3 работни дни от констатиране на гаранционната повреда и/или дефект. В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на три работни дни, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.

Предлаганата медицинска апаратура трябва да бъде комплектована с всички необходими захранващи кабели и приспособления, необходими за нейната експлоатация и отговарящи на изискванията на производителите и на българските държавни стандарти.

При определяне на изпълнител за доставка на медицинска апаратура за съответната обособена позиция - Участникът избран за изпълнител следва да представи документация за предлаганата медицинска апаратура и инструкция за експлоатация на български език при доставката на медицинската апаратура.

Участникът следва да представи условията за гаранционно поддържане на предлаганата медицинска апаратура.



## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на 3 /три/ аппарата за извършване на хемодиализа и предпочитваща система при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Предпочитваща система - 1 брой**

Подписаният: Илия Христов Илиев

Данни по документ за самоличност л. к. № <sup>Информацията е заличена</sup> <sub>съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД</sub> на 30.04.2010 год. от МВР гр. Габрово  
 в качеството си на Управител  
 на Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка публично състезание открито по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на 3 /три/ аппарата за извършване на хемодиализа и предпочитваща система при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“

**Предлаганата от нас медицинска апаратура:**

№	Минимални технически и функционални характеристики-заложен от Възложителя	Точно наименование на производителя на апаратите, марка и модел на апаратите, година на производство	Съответствие с „да“ или „не“	Забележки, № от страницата от каталог, техн. Документацията съответстващ на описанието на конкретния параметър
Обособена позиция №2	<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b> <b>ПРЕДОЧИСТВАЩА СИСТЕМА - 1 бр.</b>	Предпочитваща система, 2018 г.		
1	Модулът за предварително почистване да притежава пясъчен филтър – колона с автоматизирано управление на промивката и 4 броя мембрани за обратната осмоза.		да	Схема на системата за предварително почистване.
2	Модулът за предварително почистване да притежава две двойки филтри за фино филтриране със сменяеми патрони 50/10 микрона и 5/1 микрона и резервоар за входна вода с вместимост 1000 л и инверторна помпа.		да	Схема на системата за предварително почистване.
3	Модулът за предварително почистване да притежава омекотител с две колони и два резервоара за реагент.		да	Схема на системата за предварително почистване.
4	Наличие на проточна регенерация и автоматика за да има контрол на предварително зададените стойности за твърдост. Да гарантира твърдост на обработената вода < 10 dH (0.2		да	Схема на системата за предварително почистване.

Информацията е заличена  
 съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

	mmol/l).			
5	Модулът за предварително очистване да притежава карбонов филтър – колона с повишена абсорбираща способност и автоматизирано управление на промивката. Да гарантира свободен хлор < 0.1 ppm.		да	Схема на системата за предварително очистване.
6	Предлаганата система за предочистване да е съвместима с наличната и функционираща система за обратна осмоза в отделението по хемодиализа AQUA B 1000		да	Да, напълно е съвместима.

*(опишете предлаганата от вас медицинска апаратура, на какви изисквания отговаря, съответствието му с техническите спецификации на възложителя, доставката, монтажа, пускане в експлоатация, обучение за работа, гаранционна поддръжка и др.)*

### 1. Срокове, свързани с поръчката:

- Срокът за доставката, внедряването и ефективното функциониране на медицинската апаратура е 100 (но не повече от сто) календарни дни от датата на подписване на договора.

### 2. Гаранционните срокове и гаранционно обслужване на предлаганата от нас медицинска апаратура е както следва:

- Фирмена гаранция за доставената медицинска апаратура **24 месеци** (не по малко от 60 месеца – за ОП 1 и не по малко от 24 месеца – за ОП2)

*Гаранцията включва отстраняване на всички повреди и дефектирани части на апаратурата, с изключение на частите и повредите възникнали по вина на Възложителя или в резултата на неправилна употреба или злоупотреба с апаратурата. (Опишете условията за валидност на гаранцията).*

### 3. Срокове за отстраняване на дефекти.

Ангажираме се да отстраняваме за наша сметка всички появили се в периода на гаранционния срок гаранционни повреди, дефекти и отклонения на доставената и внедрена медицинска апаратура.

3.1. Срок на реакция до 24 часа (не по-вече от 24 часа) /в работни дни/ и до 72 часа (не по-вече от 72 часа) /в почивни дни/ от подаване на писмена заявка от възложителя.

3.2. Срок за отстраняване на повреда до 3 работни дни (не по-вече от 3 работни дни) от констатиране на гаранционната повреда и/или дефект.

В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на три работни дни, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на **90** (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок на подаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

### Прилагаме:

Документи, от които е видно съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническите спецификации (технически документи на производителя /каталози, брошури/ представени на български език, върху които са отбелязани конкретни параметри на офертата)

11.12.2018 г.

(дата на подписване)

Декларатор: \_\_\_\_\_

Информацията е заличена  
съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена  
съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
**„Доставка на 3 /три/ аппарата за извършване на хемодиализа и предпочитваща  
 система при МБАЛ „Д-р Тома Венкова“ АД гр. Габрово“**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Апарати за хемодиализа – 3 броя**

Подписаният: Илия Христов Илиев

Данни по документ за самоличност л. к. № **Информацията е заличена**  
 съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД на 30.04.2010 год. от МВР гр. Габрово  
 в качеството си на Управител  
 на Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка публично състезание открито по реда на ЗОП с предмет: **„Доставка на 3 /три/ аппарата за извършване на хемодиализа и предпочитваща система при МБАЛ „Д-р Тома Венкова“ АД гр. Габрово“**

**Предлаганата от нас медицинска апаратура:**

№	Минимални технически и функционални характеристики-заложен от Възложителя	Точно наименование на производителя на апаратите, марка и модел на апаратите, година на производство,	Съответствие с „да“ или „не“	Забележки, № от страницата от каталог, техн. Документацията съответстваща на описанието на конкретния параметър
Обособена позиция № 1	НАИМЕНОВАНИЕ Апарати за хемодиализа – 3 броя	Фрезениус Медикъл Кеър Германия, Fresenius 4008S classix, 2018 г.		
1	Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията.		да	Да. Инструкции за работа стр. 4-62
2	Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак.		да	Да. Инструкции за работа стр. 7-28, 7-30
3	Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа.		да	Да. Инструкции за работа стр.12-8
4	Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция.		да	Да. Инструкции за работа стр. 4-8
5	Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на Изолирана ултрафилтрация (дифузия).		да	Да. Инструкции за работа стр. 4-55
6	Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители.		да	Да. От отворен тип са– позволяват използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители
7	Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане.		да	Да. Инструкции за работа стр. 5-8,5-9, 5-11

Информацията е заличена  
 съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

8	Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + бърза инфузия макс.5мл /болус.		да	Да. Брошура
9	Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат над 400 мл/мин а тези за студена над 550 мл/мин.		да	Да. Брошура
10	Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция.		да	Да. Сервизно ръководство, стр. 11-58
11	Да разполага с програма за топлинна дезинфекция /температура до 85 градуса С/		да	Да. Брошура
12	Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност до 1% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем.		да	Да. Брошура. Инструкции за работа стр. 4-42
13	Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност < 0,6 мл/кръв/мин – при Hct<27 и замърсяване на хидравличната система.		да	Да. Брошура
14	Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм.		да	Да. Брошура Инструкции за работа стр. 8-2
15	Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия.		да	Да. Инструкции за работа стр. 3-10
16	Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела.		да	Да. Софтуерът е на български език, Инструкции за работа стр. 3-15
17	Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на почистване на кръвта Kt/V.		да	Да. Брошура
18	Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея.		да	Да. Инструкции за работа стр. 4-105
19	Да притежава контрол на натрия в плазмата.		да	Да. Инструкции за работа стр. 4-105
20	Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест.		да	Да. Инструкции за работа стр. 4-10, 12-8
21	Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език.		да	Всеки апарат се доставя с инструкция за потребителя на български език
22	Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите		да	Да. Инструкции за работа стр. 3-1

	на диализатния разтвор.			Да. Инструкции за работа стр. 12-10
23	Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия.		да	Да. Инструкции за работа стр. 4-40 Да. Инструкции за работа стр. 7-31
24	Да притежават апиrogenен филтър за диализната течност с площ на мембраната над 2,0 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра.		да	Да – Diasafe plus с площ 2,2 кв.м Да. Инструкции за работа стр. 4-83
25	Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V.		да	Да. Инструкции за работа стр. 12-3
26	Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата страна.		да	Да. Инструкции за работа стр. 4-21 Да. Брошура
27	Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура.		да	Да. Брошура

*(опишете предлаганата от вас медицинска апаратура, на какви изисквания отговаря, съответствието му с техническите спецификации на възложителя, доставката, монтажа, пускане в експлоатация, обучение за работа, гаранционна поддръжка и др.)*

### 1. Срокове, свързани с поръчката:

- Срокът за доставката, внедряването и ефективното функциониране на медицинската апаратура е 100 (но не повече от сто) календарни дни от датата на подписване на договора.

### 2. Гаранционните срокове и гаранционно обслужване на предлаганата от нас медицинска апаратура е както следва:

- Фирмена гаранция за доставената медицинска апаратура 60 месеци (не по малко от 60 месеца – за ОП 1 и не по малко от 24 месеца – за ОП2)

*Гаранцията включва отстраняване на всички повреди и дефектирала части на апаратурата, с изключение на частите и повредите възникнали по вина на Възложителя или в резултата на неправилна употреба или злоупотреба с апаратурата. (Опишете условията за валидност на гаранцията).*

### 3. Срокове за отстраняване на дефекти.

Ангажираме се да отстраняваме за наша сметка всички появили се в периода на гаранционния срок гаранционни повреди, дефекти и отклонения на доставената и внедрена медицинска апаратура.

3.1. Срок на реакция до 24 часа (не по-вече от 24 часа) /в работни дни/ и до 72 часа (не по-вече от 72 часа) /в почивни дни/ от подаване на писмена заявка от въз

Информацията е заличена  
съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена  
съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

3.2. Срок за отстраняване на повреда до 3 работни дни (не по-вече от 3 работни дни) от констатиране на гаранционната повреда и/или дефект.

В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на три работни дни, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на **90** (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок на подаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Прилагаме:**

Документи, от които е видно съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническите спецификации (технически документи на производителя /каталози, брошури/ представени на български език, върху които са отбелязани конкретни параметри на офертата).

11.12.2018 г.

(дата на подписване)

Информацията е заличена  
съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Декларатор: \_\_\_\_\_  
Илия Илиев, Управител

Информацията е заличена  
съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

**ЦЕНОВА ОФЕРТА**  
**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С**  
**ПРЕДМЕТ:**

*„Доставка на 3 /три/ аппарата за извършване на хемодиализа и  
предпочстваща система при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“*

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Предпочстваща система – 1 брой**

Подписаният: Илия Христов Илиев

Информацията е заличена

Данни по документ за самоличност л. к. № съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД на 30.04.2010 год. от МВР  
гр. Габрово

в качеството си на Управител  
на Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка открита по реда на ЗОП – публично състезание с предмет: *„Доставка на 3 /три/ аппарата за извършване на хемодиализа и предпочстваща система при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“* открита с Решение № 464 от дата 19.11.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

1. Общата цена за изпълнение на доставката с всички дейности от предмета на обособена позиция е: **24 473,33 лв. (словом двадесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС и 29 368,00 лв. (словом двадесет и девет хиляди триста шестдесет и осем лева) с начислен ДДС**, формирана по следния начин: в общата цена са включени дейностите по доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала. *(опишете дейностите и начина на формиране на предлаганата обща цена)*

Предложената цена са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 4% от стойността му, без ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на **90** (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Прилагаме:**

Приложение № 1: Подробна ценова оферта с описани всички подпозиции от съответната обособена позиция, единични цени с ДДС, количества и общи стойности с ДДС.

№	Описание на медицинската апаратура	Ед. Цена с ДДС	Количество	Обща стойност с ДДС /колона3 x колона 4/
1	2	3	4	5
1.	Предочистваща система	29 368,00	1	<b>29 368,00</b>

11.12.2018г.  
(дата на подписване)

Информацията е заличена  
съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД  
Декларатор: \_\_\_\_\_  
Илия Илиев, Управител

**Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ**



**ЦЕНОВА ОФЕРТА**  
**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С**  
**ПРЕДМЕТ:**  
*„Доставка на 3 /три/ аппарата за извършване на хемодиализа и*  
*предпочитваща система при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“*

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Апарати за хемодиализа – 3 броя**

Подписаният: Илия Христов Илиев

Данни по документ за самоличност л. к. № Информацията е заличена  
съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД на 30.04.2010 год. от МВР  
гр. Габрово

в качеството си на Управител

на Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка открита по реда на ЗОП – публично състезание с предмет: *„Доставка на 3 /три/ аппарата за извършване на хемодиализа и предпочитваща система при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“* открита с Решение № 464 от дата 19.11.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

1. Общата цена за изпълнение на доставката с всички дейности от предмета на обособена позиция е: **57 885,00 лв. (словом петдесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и пет лева)** без ДДС и **69 462,00 лв. (словом шестдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и два лева)** с начислен ДДС, формирана по следния начин: в общата цена са включени дейностите по доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала. *(опишете дейностите и начина на формиране на предлаганата обща цена)*

Предложената цена са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 4% от стойността му, без ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на **90** (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно

съответствие с гореописаната оферта.

**Прилагаме:**

Приложение № 1: Подробна ценова оферта с описани всички подпозиции от съответната обособена позиция, единични цени с ДДС, количества и общи стойности с ДДС.

№	Описание на медицинската апаратура	Ед. Цена с ДДС	Количество	Обща стойност с ДДС /колона 3 x колона 4/
1	2	3	4	5
1.	Апарат за хемодиализа <b>Fresenius 4008 S classic</b> - бикарбонатна диализа - Vibag модул за сух бикарбонат - 6 профила на концентрата и UF - антибактериален филтър на диализния път Diasafe+ COMMCO-Interface / CAN Bus	23 034,00	3	<b>69 102,00</b>
2.	Монтажен пакет/модул входен филтър	120,00	3	<b>360,00</b>

11.12.2018г.  
(дата на подписване)

Декларатор

Информацията е заличена  
съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Илия Илиев, Управител

**Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ**