

## ДОГОВОР

За доставка на медицинска апаратура

СБ04-01-01-096-20

Днес, 04.05.2020 г., в гр. Габрово между:

МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД – Габрово, със седалище в град Габрово и адрес на управлението ул. "Д-р Илиев Детския" № I, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107507217, представлявано от Изпълнителния директор д-р Минко Михов от една страна, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

ГлобалМед С ЕООД с адрес София ул. Цар Асен 85, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията, БУЛСТАТ BG201098049, представлявано от Спас Димитров Тодоров от друга страна, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки от Закона за обществените поръчки и Решение №РД06-419/10.04.2020г на Изпълнителния директор д-р Минко Михов за определяне на класирането по обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя апарати за белодробна вентилация за деца и възрастни за нуждите на ОАИЛ при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“, за обособена позиция № 1, се сключи настоящият договор.

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово

Поз. №	Наименование	Марка/модел	Брой
1	Интензивен респиратор с капнография	Белависта 1000	1
2	Интензивен респиратор	Белависта 1000	1

### II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на стоките по Раздел I.т.1., съгласно представено ценово предложение, неразделна част от договора е както следва:

По з. №	Наименование	Брой	Ед. цена без ДДС	Обща ст-т без ДДС
1	Интензивен Респиратор Белависта 1000 с включена капнография	1	30952,5	30952,5
2	Интензивен респиратор Белависта	1	27302,5	27302,5
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:</b>				<b>58255</b>

ДДС 20%:	11651
ОБЩА СТОЙНОСТ СЪС ДДС:	69906

2.2. Цената е определена до крайните получатели.

2.3. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

2.4. **Общата стойност на доставките по договора е 58255 лв. (петдесет и осем хиляди двеста петдесет и пет лева), без включен ДДС.**

2.5. **Общата стойност на доставките по договора е 69906лв. ( шесдесет и девет хиляди деветстотин и шест лева), с включен ДДС.**

### III. СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВКА

3.1. Срокът на доставка е 30 календарни дни от датата на сключване на договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, в срок до два дни преди доставката, да уведоми писмено или по факс, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предстоящото доставяне на стоката, предмет на настоящия договор.

3.3. Място на доставката *ОАКЛ*..... отделение на МБАЛ „Д-р Т.Венкова“ АД Габрово

3.4. Доставката се удостоверява с приемно-предавателен протокол.

### IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.2 Заплащането на стоките по договора се извършва в български лева, по банков път, по следната схема:

-20 % - при подписване на договора за доставка;

-50% - при доставка на апаратурата;

-30 % - до 30 дни след пускане в експлоатация.

### V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде, придружени с необходимите документи и оборудване – гаранционна карта, ръководство за обслужване на български език, както и всички други документи, необходими за обслужването им.

5.2. Да достави стоките, пакетирани и маркирани със СЕ маркировка в количество и качество на мястото на доставяне. **Оферираните апарати трябва да бъдат доставени, монтирани, настроени и предадени с всички необходими за първична/пускова/експлоатация принадлежности и консумативи.**

5.3. Да осигури безплатно гаранционното сервизно обслужване за времето от ..... месеца, считано от датата на пускането в експлоатация на оборудването.

5.4. При подписването на договора да представи:

а) документи по чл. 58, ал.1 от ЗОП издадени от компетентните органи;

б) гаранция за изпълнение, в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се освобождава до 60 дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на **2330,20 лева**. Гаранцията обезпечава доставката, монтажа и обучението на персонала , който ще работи с апарата. Гаранцията за

изпълнение на задължението за гаранционна поддръжка на апаратурата, в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, ще се освободи до 60 дни след приключване изпълнението на договора.

г) гаранция за изпълнение на задължението на гаранционно поддържане на апаратурата в срока по т. 7.2 от договора в размер на 2% от стойността на договора без ДДС.

5.5. Да проведе обучение на персонала за работа с доставената апаратура.

5.6. Да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащи от този договор, на трети лица.

5.7 да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5.8. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (*ако е приложимо*)];

5.9. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5(*пет*) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП

5.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на появилите се повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в Техническото предложение часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.11. При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави съответен документ, че служителят/ите, които са ангажирани пряко да извършват сервизната услуга притежават съответната професионална квалификация за извършване на услугата и са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на сходна със апаратите от съответната обособена позиция.

5.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа в техническа изправност и годна за ползване според предназначението и медицинската апаратура и да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД –Габрово, във възможно най-кратък срок, /не повече от 3 дни/, който започва да тече от деня, следващ приемането на заявката. Само в изключителни случаи, когато се налага апаратът да бъде пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от сложността на необходимия ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се удължава със срока на доставката им. В случай, че Изпълнителят не отремонтира или задържи апарат за повече от 3 дни в сервизната база за ремонт, същият следва да предостави аналогичен апарат за безвъзмездно ползване за времето през което трае ремонта.

5.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва профилактични прегледи на апаратурата поне 1 път годишно.

5.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава извършените ремонти и профилактики на апаратите да се впишат от сервизния специалист в приложенното на Паспорта на съответния апарат и да издаде сервизен протокол за направените профилактики. В случай, че съответния апарат няма паспорт Изпълнителят се задължава да състави такъв и да го предаде на Възложителя, като

последният ще го съхранява.

5.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската техника.

5.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си, произтичащи от този договор, на трети лица.

5.17. Извършването на всички дейности по гаранционното сервизно обслужване се осъществява с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ремонта на място в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово и само в изключителни случаи апаратът се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за това се съставя протокол. В случай, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

6.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор.

6.2. Да заплати доставените стоки по реда на Раздел IV т.4.2 от настоящия договор.

6.3. След приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за изпълнение в рамките на два календарни месеца, без да дължи лихви за срока, през който средствата законно са престояли у него.

6.4. Да допуска до апаратурата само квалифициран персонал, който е обучен да работи с нея

6.5. Да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна експлоатация на медицинската техника и апаратура.

6.6. Да отправя заявки за ремонт, в случай на нужда и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; Срокът на заявките започва да тече от датата и часа на приемане на заявката от упълномощено лице от Изпълнителя на посочените от него телефони, е-майли, факсове.

6.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по осъществяване на ремонтна дейност, в посочените срокове, произтичащи от настоящия договор.

6.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на повреда в медицинската техника и апаратура, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-кратък срок по телефон 0885 121280, факс....., или по e-mail s.todorov@globalmeds.bg

6.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна експлоатация на медицинската техника и апаратура.

6.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като почистена медицинска техника, добро осветление, нормално ел. захранване, както и други специфични изисквания.

## **VII. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ДОГОВОРА**

7.1. Качеството на доставените стоки, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.

7.2. Гаранционният срок на стоките е 24 месеца/най-малко 24 (двадесет и четири) месеца/. За начало на гаранционният срок се счита датата на подписване на протокол за пускане в експлоатация, която дата се отразява в гаранционната карта за всяка стока.

7.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява сервизното обслужване в продължение на гаранционния срок, фиксиран в договора.

7.4. Сервизното обслужване се извършва на място и/или в сервиз на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** със собствени сервизни специалисти отстранява възникналата повреда.

7.5. Гаранционното сервизно обслужване включва разходи за труд, резервни части и транспортна специалитите, профилактика и всички разходи по гаранционно обслужване.

7.6. Разходите за повреди, възникнали в резултат на небрежност и неправилна експлоатация не се включват в гаранционното сервизно обслужване.

7.7. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок до изтичане на гаранционната поддръжка на доставеното медицинско оборудване.

## **VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ**

8.1. При изтичане на срока на договора.

8.2. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма.

8.3. В други случаи, предвидени в нормативен или подзаконов нормативен акт=

8.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право, в 30-дневен срок да отправи писмено предизвестие, за разваляне на договора при неизпълнение на някое от задълженията от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при неявяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** повече от три пъти в горепосочения срок на подадена заявка за гаранционно обслужване на апарата.

8.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за отстраняване на повреда повече от 5 дни.

8.7. При виновна забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, продължила с повече от половината от срока за изпълнение на съответното задължение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да развали договора едностранно без предизвестие.

## **IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ**

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да предявява рекламации пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за:

а) количество и некомплектованост на стоките или техническата документация (явни недостатъци);

б) качество (скрити недостатъци):

- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в Раздел I.т.1.;

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.

Информацията е заличена  
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

9.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.

9.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия гаранционен срок на доставените стоки.

9.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за установените дефекти в 10 (десет) дневен срок от констатирането им.

9.5. В 10 (десет) дневен срок от получаване на рекламацията, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да отговори на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

9.6. При рекламация за явни недостатъци **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката договорени стоки.

9.7. При рекламация за скрити недостатъци **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в едномесечен срок от получаването ѝ да замени доставените дефектни стоки за своя сметка .

## **X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

10.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

10.2. Когато при наличие на рекламации, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задълженията си по раздел IX от настоящия договор в срок, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 3% от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

10.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като задържа гаранцията за изпълнение. Ако стойността на гаранция е недостатъчна за изплащане на договорената неустойка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи плащане до пълният и размер.

10.4. При констатиране на две или повече забава на услуга и/или извършване на ремонтна дейност/влагане на части и консуматив в срок или забава за извършване на профилактика/**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи 50% /петдесет на сто/ от гаранцията за изпълнение или да си я потърси по друг ред.

10.5. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Стойността на Договора.

10.6. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

## **XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

11.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

11.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

11.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11.6. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

## **XII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

12.1. Изменения на настоящия договор могат да бъдат правени само с допълнително споразумение, или анекс, съставен в писмена форма и представляващ неразделна част на този договор, при условията на чл.116 от ЗОП.

12.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

12.3. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. При невъзможност от решаване на възникналите спорове по този начин, то същите ще се отнасят до разглеждане и решаване от компетентните съдилища на Република България. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се съгласяват, че компетентен да разгледа имуществен спор между страните, като първа инстанция, ще бъде Районен съд гр.Габрово, съответно Окръжен съд гр.Габрово.

12.4. Настоящият договор се сключва и изпълнява в съответствие със законодателството на Република България и представлява цялостно уреждане между страните по отношение предмета на договора.

Информацията е заличена  
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:

Приложение № 1 - Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 - Предлагаща цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Информацията е заличена  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: .....  
/Д-р Минко Милов/



Съгласувал: .....  
Гл.счетоводите.

/Ив.Ганчева/

Съгласува: .....  
Информацията е заличена  
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Информацията е заличена  
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  
/Сп





## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
*„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя апарати за  
 белодробна вентилация за деца и възрастни за нуждите на ОАИЛ при МБАЛ „Д-р Тома  
 Венкова“ АД“*

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №1** *„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  
 апарат за изкуствена белодробна вентилация за деца и възрастни с включена  
 капнометрия“-1бр.*

Подписаният: Спас Димитров Тодоров

(три имена)

Информацията е заличена

Данни по документ за самоличност Спас Димитров Тодоров съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 1  
 издаване 18.09.2018, МВР - София

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на „ГлобалМед С“ ЕООД -

(наименование на участника)

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка публично състезание открито по реда на ЗОП с предмет: *„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя апарати за белодробна вентилация за деца и възрастни за нуждите на ОАИЛ при МБАЛ „Д-р Тома Венкова“ АД“*

Предлаганата от нас медицинска апаратура:

№	Минимални технически и функционални характеристики-заложен от Възложителя	Точно наименование на производителя на апаратите, марка и модел на апаратите, година на производство,	Съответствие с „да“ или „не“	Забележки, № от страницата от каталог, техн. Документацията съответства на описанието на конкретния параметър
Обособена позиция №1	НАИМЕНОВАНИЕ <i>Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация за деца и възрастни с включена капнометрия“-1 бр.</i>	Страна производител – Швейцария  Интензивен респиратор Bellavista 1000 Година на производство		

Информацията е заличена  
 съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

...1	Възможност за продължително обдишване на възрастни и деца с инвазивни и неинвазивни режими на вентилация.		Да	Брошура стр.2
2	Наличие на следните режими на механична вентилация или еквивалентни		Да	Брошура стр.2
2.1	Контролирани по налягане: CPAP; PCV; P-A/C; PC-SIMV; PSV; beLevel; APRV; S; S/T; T.		Да	Брошура стр.2
2.2	Контролирани по обем VCV; V-A/C; VC-SIMV;		Да	Брошура стр.2
2.3	Неинвазивни режими: CPAP; PSV; P-A/C; in CPAP; beLevel;		Да	Брошура стр.2
2.4	Апнея-вентилация;		Да	Брошура стр.2
3	Възможност за определяне на долни и горни граници на основни параметри за дихателният режим;		Да	Брошура стр.3
4	Наличие на тигер по поток;		Да	Брошура стр.2
5	Наличие на автоматично захранване със сгъстен въздух чрез вградена турбина, позволяваща мобилност за вътрешноболниен транспорт		Да	Брошура стр.1
6	Възможност за		да	Брошура стр.3

	автоматично превключване на газа при проблем с O2			Приоритетно се ползва турбината , а кислорода е само за повишаване и не е необходимо превключване
7	Възможност за измерване на издишания CO2 в главния потоккапнометрия с визуализация на крива et CO2;		Да	Брошура стр.2 и стр.3
8	Възможност на автоматична компенсация на утечки;		Да	Брошура стр. 1
9	Възможност за автоматична програма за аспирация-обогатяване със 100% кислород за 120 сек.; време за аспирация 120 сек.		Да	Брошура стр.2
10	Наличие на функция „въздишка“;		Да	Брошура стр.2
11	Пневматичен порт за включване на небулайзер, синхронизиран с инспириума		Да	Брошура стр.3
12	Наличие на вградена батерия осигуряваща захранване минимум 180 мин. При отпадане на мрежово захранване и работа в автономен режим;		Да	Брошура стр. 3
13	Наличие на сензорен цветен дисплей реагиращ на докосване, с размер минимум 13 инча, за управление		да	Брошура стр.3

	на апарата, както и за графично и цифрово мониториране на основните параметри за вентилация.			
14	Едношлангов и кръгов вариант на обдишващата система;		Да	Брошура стр.1
15	Върху дисплея да се изобразяват следните параметри:		да	Брошура стр.1
15.1	Графики в реално време за налягане, поток, обем;		да	Брошура стр.1
15.2	Таблицы на трендове;		да	Брошура стр.1
15.3	Журнал		да	Брошура стр.1
15.4	Налягане в дихателните пътища;		да	Брошура стр.1
15.5	Минутна вентилация;		Да	Брошура стр.1
15.6	Инспираторна концентрация на кислорода;		Да	Брошура стр.1
15.7	Дихателен обем;		Да	Брошура стр.1
15.8	Дихателна честота;		Да	Брошура стр.1
15.9	Къмплайнс и Резистънс		Да	Брошура стр.1
15.10	Анимиран бял дроб		Да	Брошура стр.1
16	Минимални технически параметри		Да	
16.1	Честота на обдишване в граници 2/мин - 80/мин;		Да	Брошура стр.2
16.2	Съотношение на инспириум към експириум мин I:E 1:10; 5:1		Да	Брошура стр.2

177

19.4	Сензор капнометрия		Да	
19.5	Сензор за поток – мин 5 бр. еднократни или 2 бр. многократни автоклавируеми;		Да	
20	Наличие на потребителски интерфейс на български език в рамките на до 6 месеца след доставката; Доказва се с декларация;		Да	
21	Възможност за надграждане на апарата с допълнителни функции;		Да	

*(опишете предлаганата от вас медицинска апаратура, на какви изисквания отговаря, съответствието му с техническите спецификации на възложителя, доставката, монтажа, пускане в експлоатация, обучение за работа, гаранционна поддръжка и др.)*

**1. Срокове, свързани с поръчката:**

- Срокът за доставката, внедряването и ефективното функциониране на медицинската апаратура е 60 (но не повече от сто) календарни дни от датата на подписване на договора.

**3. Гаранционните срокове и гаранционно обслужване на предлаганата от нас медицинска апаратура е както следва:**

Фирмена гаранция за доставената медицинска апаратура 24 месеца,  
(не по малко от 24 месеца)

..... (Опишете условията за валидност на гаранцията).

**4. Срокове за отстраняване на дефекти.**

Ангажираме се да отстраняваме за наша сметка всички появили се в периода на гаранционния срок гаранционни повреди, дефекти и отклонения на доставената и внедрена медицинска апаратура.

4.1. Срок на реакция до 24 часа (не по-вече от 24 часа) /в работни дни/  
и до 72 часа (не по-вече от 72 часа) /в почивни дни/ от подаване на писмена заявка от възложителя.

4.2. Срок за отстраняване на повреда до 3 работни дни (не по-вече от 3 работни дни) от констатиране на гаранционната повреда и/или дефект.

В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на три работни дни, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на

срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок на подаване на офертите.


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Прилагаме:**

Документи, от които е видно съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническите спецификации (технически документи на производителя /каталози, брошури/, представени на български език, върху които са отбелязани конкретни параметри на офертата)

25.03.2020 г.

(дата на подписване)

Декларатор:  Информацията е заличена  
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя апарати за белодробна вентилация за деца и възрастни за нуждите на ОАИЛ при МБАЛ „Д-р Тома Венкова“ АД“

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №2 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация за деца и възрастни без включена капнометрия“-1бр.**

Подписаният: Спас Димитров Тодоров

(три имена)

Информацията е заличена

Данни по документ за самоличност Спас Димитров Тодоров (съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП на издаване 18.09.2018, МВР - София

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на „ГлобалМед С“ ЕООД -

(наименование на участника)

## УБАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка публично състезание открито по реда на ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя апарати за белодробна вентилация за деца и възрастни за нуждите на ОАИЛ при МБАЛ „Д-р Тома Венкова“ АД“

Предлаганата от нас медицинска апаратура:

№	Минимални технически и функционални характеристики-заложен от Възложителя	Точно наименование на производителя на апаратите, марка и модел на апаратите, година на производство,	Съответствие с „да“ или „не“	Забележки, № от страницата от каталог, техн. Документацията съответстващ на описанието на конкретния параметър
Обосо	НАИМЕНОВАНИЕ	Страна		

	апарат за изкуствена беледробна вентилация за деца и възрастни без включена капнометрия"-1 бр.	Интензивен респиратор Bellavista 1000 Година на производство 2020		
...1	Възможност за продължително обдишване на възрастни и деца с инвазивни и неинвазивни режими на вентилация		Да	Брошура стр.2
2	Наличие на следните режими на механична вентилация или еквивалентни		Да	Брошура стр.2
2.1	Контролирани по налягане: CPAP; PCV; P-A/C; PC-SIMV; PSV; beLevel; APRV; S; S/T; T.		Да	Брошура стр.2
2.2	Контролирани по обем VCV; V-A/C; VC-SIMV		Да	Брошура стр.2
2.3	Неинвазивни режими: CPAP; PSV; P-A/C; in CPAP; beLevel;		Да	Брошура стр.2
2.4	Апнея-вентилация		Да	Брошура стр.2
3	Възможност за определяне на долни и горни граници на основни параметри за дишателният режим;		Да	Брошура стр.3
4	Наличие на тигер по поток;		Да	Брошура стр.2
5	Наличие на автоматично захранване със сгъстен въздух чрез		да	Брошура стр.1



	вградена турбина, позволяваща мобилност за вътрешноболниен транспорт			
6	Възможност за автоматично превключване на газа при проблем с O <sub>2</sub> ;		Да	Брошура стр.3 Приоритетно се ползва турбината , а кислорода е само за повишаване и не е необходимо превключване
7	Възможност на автоматична компенсация на утечки		Да	Брошура стр.1
8	Възможност за автоматична програма за аспирация-обогатяване със 100% кислород за 120 сек.; време за аспирация 120 сек.		Да	Брошура стр.2
9	Наличие на функция „въздишка“;		Да	Брошура стр.2
10	Пневматичен порт за включване на небулайзер, синхронизиран с инспириума;		Да	Брошура стр.3
11	Наличие на вградена батерия осигуряваща захранване минимум 180 мин. При отпадане на мрежово захранване и работа в автономен режим;		Да	Брошура стр.3
12	Наличие на сензорен цветен дисплей реагиращ на докосване, с размер минимум 13 инча, за управление на апарата, както и		да	Брошура стр.3

	за графично и цифрово мониториране на основните параметри за вентилация			
13	Едношлангов и кръгов вариант на обдишващата система;		Да	Брошура стр.1
14	Върху дисплея да се изобразяват следните параметри:		Да	Брошура стр.1
14.1	Графики в реално време за налягане, поток, обем;		Да	Брошура стр.1
14.2	Таблицы на трендове		Да	Брошура стр.2
14.3	Журнал;		Да	Брошура стр.2
14.4	Налягане в дихателните пътища;		Да	Брошура стр.1
14.5	Минутна вентилация		Да	Брошура стр.1
14.6	Инспираторна концентрация на кислорода;		Да	Брошура стр.1
14.7	Дихателен обем		Да	Брошура стр.1
14.8	Дихателна честота;		Да	Брошура стр.1
14.9	Къмплаянс и Резистънс		Да	Брошура стр.1
14.10	Анимиран бял дроб		Да	Брошура стр.1
15	Минимални технически параметри:		Да	
15.1	Честота на обдишване в граници 2/мин – 80/мин;		Да	Брошура стр.2
15.2	Съотношение на инспириум към експириум мин I:E 1:10; 5:1		Да	Брошура стр.2
15.3	Инспираторно		Да	Брошура стр.2

	време в граници 0,2 до 10 сек;			
15.4	Еднократен обм /тридален/ от 0,04 до 2 л.		Да	Брошура стр.2
15.5	Инспираторно налягане от 1 до 99 mbar;		Да	Брошура стр.2
15.6	Задаване на РЕЕР в граници от 0 до 50 mbar;		Да	Брошура стр.2
15.7	Подпомагане по налягане в граници от 0 до 45 mbar;		Да	Брошура стр.2
15.8	Чувствителност на тригера от 1 до 15 л/мин		Да	Брошура стр.2
15.9	Кислородна концентрация в граници от 21 до 100%		Да	Брошура стр.3
16	Наличие на акустични и визуални аларми, съпроводени с обяснителен текст;		Да	Брошура стр.3
17	Възможност за автоматично спонтанно дишане с атмосферен въздух при отпадане на захранването с газове;		Да	Брошура стр.3
18	Апарата трябва да притежава следната окомплектовка:		Да	Брошура стр.
18.1	Количка за транспорт;		Да	Брошура стр.3
18.2	Пациентна система за възрастни и деца		Да	Брошура стр.1
18.3	Захранващ шланг за кислород		Да	
18.4	Сензор за поток - мин 5 бр. еднократни или 2 бр. многократни		Да	

	автоклавируеми;			
19	Наличие на потребителски интерфейс на български език в рамките на до 6 месеца след доставката; Доказва се с декларация		Да	
20	Възможност за надграждане на апарата с допълнителни функции;		Да	

*(опишете предлаганата от вас медицинска апаратура, на какви изисквания отговаря, съответствието му с техническите спецификации на възложителя, доставката, монтажа, пускане в експлоатация, обучение за работа, гаранционна поддръжка и др.)*

**2. Срокове, свързани с поръчката:**

- Срокът за доставката, внедряването и ефективното функциониране на медицинската апаратура е 60 (но не повече от сто) календарни дни от датата на подписване на договора.

**3. Гаранционните срокове и гаранционно обслужване на предлаганата от нас медицинска апаратура е както следва:**

Фирмена гаранция за доставената медицинска апаратура 24 месеци,

*(не по малко от 24 месеца)*

..... *(Опишете условията за валидност на гаранцията).*

**4. Срокове за отстраняване на дефекти.**

Ангажираме се да отстраняваме за наша сметка всички появили се в периода на гаранционния срок гаранционни повреди, дефекти и отклонения на доставената и внедрена медицинска апаратура.

4.1. Срок на реакция до 24 часа *(не по-вече от 24 часа)* /в работни дни/

и до 72 часа *(не по-вече от 72 часа)* /в почивни дни/ от подаване на писмена заявка от възложителя.

4.2. Срок за отстраняване на повреда до 3 работни дни *(не по-вече от 3 работни дни)* от констатиране на гаранционната повреда и/или дефект.

В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на три работни дни, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок на подаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


**Прилагаме:**

Документи, от които е видно съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническите спецификации (технически документи на производителя /каталози, брошури/, представени на български език, върху които са отбелязани конкретни параметри на офертата)

25.03.2020 г.

(дата на подписване)

Информацията е заличена  
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  
Декларатор



**ЦЕНОВА ОФЕРТА**

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**  
*„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя апарати за  
белодробна вентилация за деца и възрастни за нуждите на ОАИЛ при МБАЛ „Д-р Тота  
Венкова“ АД“*

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1** *„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  
апарат за изкуствена белодробна вентилация за деца и възрастни с включена  
капнометрия“-1бр.*

Подписаният: Спас Димитров Тодоров

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност Спас Тодоров Димитров

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на Управител

*(длъжност)*

на „ГлобалМед С“ ЕООД -

*(наименование на участника)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка открита по реда на ЗОП - публично състезание с предмет: *„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя апарати за белодробна вентилация за деца и възрастни за нуждите на ОАИЛ при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“* открита с Решение № 517/06.03.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

1. Общата цена за изпълнение на доставката с всички дейности от предмета на обособена позиция е 30 952 , 50 лв. (словом тридесет хиляди и деветстотин петдесет и два лева и петдесет стотинки ) без ДДС и 37143 лв. (словом тридесет и седем хиляди сто четиридесет и три лв.) с начислен ДДС, формирана по следния начин:

В цената е включена :

- доставка
- монтаж
- калибровка
- Обучение на персонала

*(опишете дейностите и начина на формиране на предлаганата обща цена)*

Предложената цена са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 4% от стойността му, без ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение № 1: Подробна ценова оферта с описани всички подпозиции от съответната обособена позиция, единични цени с ДДС, количества и общи стойности с ДДС.

№	Описание на медицинската апаратура	Ед. Цена с ДДС	Количество	Обща стойност с ДДС /колона 3 x колона 4/
1	2	3	4	5
...1	Интензивен респиратор Bellavista 1000 с включена капнография	37143	1	37143
.....2				
.....				

25.03.2020 г.  
(дата на подписване)

Информацията е заличена  
Декларатор: \_\_ съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ**



**ЦЕНОВА ОФЕРТА**

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**  
*„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя апарати за  
белодробна вентилация за деца и възрастни за нуждите на ОАИЛ при МБАЛ „Д-р Тота  
Венкова“ АД“*

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2** *„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  
апарат за изкуствена белодробна вентилация за деца и възрастни без включена  
капнометрия“-1бр.*

Подписаният: Спас Димитров Тодоров

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност Спас Димитров Тодоров

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на Управител

*(длъжност)*

на „ГлобалМед С“ ЕООД -

*(наименование на участника)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка открита по реда на ЗОП – публично състезание с предмет: *„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя апарати за белодробна вентилация за деца и възрастни за нуждите на ОАИЛ при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“* открита с Решение № 517/06.03.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

1. Общата цена за изпълнение на доставката с всички дейности от предмета на обособена позиция е: 27302,50 лв. (словом двадесет и седем хиляди триста и два лева и петдесет стотинки ) без ДДС и 32 763 лв. (словом тридесет и две хиляди седемстотин шесдесет и три лв.) с начислен ДДС, формирана по следния начин

В цената е включена :

- доставка
- монтаж
- калибровка
- Обучение на персонала

*(опишете дейностите и начина на формиране на предлаганата обща цена)*



Предложената цена са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.


При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.


Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 4% от стойността му, без ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

  
Информацията е заличена  
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Прилагаме:


Приложение № 1: Подробна ценова оферта с описани всички подпозиции от съответната обособена позиция, единични цени с ДДС, количества и общи стойности с ДДС.

№	Описание на медицинската апаратура	Ед. Цена с ДДС	Количество	Обща стойност с ДДС /колона 3 x колона 4/
1	2	3	4	5
...1				
.....2	Интензивен респиратор Bellavista 1000 с включена капнография	32763	1	32763
.....				

25.03.2020 г.

(дата на подписване)

Информацията е заличена  
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  
Деклар.

(подпис)  


**Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ**

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя апарати за белодробна вентилация за деца и възрастни за нуждите на ОАИЛ при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“ разделена в 2 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА II ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обособена позиция № 1 – „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация за деца и възрастни с включена капнометрия“ – 1 бр

Обособена позиция № 2 – „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация за деца и възрастни без включена капнометрия“ – 1 бр

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществявани чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Описание: След проведеното публично състезание по ЗОП и сключен договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани доставките на апарата.

### 2. Техническа спецификация и базови изисквания

Обособена позиция №	Минимални технически и функционални характеристики
ОП №1	„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация за деца и възрастни с включена капнометрия“ – 1 бр
1.	Възможност за продължително обдишване на възрастни и деца с инвазивни и неинвазивни режими на вентилация.
2.	Наличие на следните режими на механична вентилация или еквивалентни:
2.1	Контролирани по налягане: CPAP; PCV; P-A/C; PC-SIMV; PSV; beLevel; APRV; S; S/T; T.
2.2	Контролирани по обем VCV; V-A/C; VC-SIMV;
2.3	Неинвазивни режими: CPAP; PSV; P-A/C; in CPAP; beLevel;
2.4	Апнея-вентилация;
3.	Възможност за определяне на долни и горни граници на основни параметри за дихателният режим;
4.	Наличие на тигер по поток;
5	Наличие на автоматично захранване със сгъстен въздух чрез вградена турбина, позволяваща мобилност за вътрешноболниен транспорт;
6.	Възможност за автоматично превключване на газа при проблем с O <sub>2</sub> ;
7.	Възможност за измерване на издишания CO <sub>2</sub> в главния поток-капнометрия с визуализация на крива et CO <sub>2</sub> ;
8.	Възможност на автоматична компенсация на утечки;
9.	Възможност за автоматична програма за аспирация-обогатяване със 100% кислород за 120 сек.; време за аспирация 120 сек.
10.	Наличие на функция „въздишка“;
11.	Пневматичен порт за включване на небулайзер, синхронизиран с инспириума;

12.	Наличие на вградена батерия осигуряваща захранване минимум 180 мин. При отпадане на мрежово захранване и работа в автономен режим;
13.	Наличие на сензорен цветен дисплей реагиращ на докосване, с размер минимум 13 инча, за управление на апарата, както и за графично и цифрово мониториране на основните параметри за вентилация.
14.	Едношлангов и кръгов вариант на обдишващата система;
15.	Върху дисплея да се изобразяват следните параметри:
15.1	Графики в реално време за налягане, поток, обем;
15.2	Таблицы на трендове;
15.3	Журнал;
15.4	Налягане в дихателните пътища;
15.5	Минутна вентилация;
15.6.	Инспираторна концентрация на кислорода;
15.7.	Дихателен обем;
15.8.	Дихателна честота;
15.9.	Къмпляанс и Резистънс.
15.10.	Анимиран бял дроб;
16.	Минимални технически параметри:
16.1.	Честота на обдишване в граници 2/мин – 80/мин;
16.2.	Съотношение на инспириум към експириум мин I:E 1:10; 5:1
16.3.	Инспираторно време в граници 0,2 до 10 сек;
16.4.	Еднократен обм /тридален/ от 0,04 до 2 л.;
16.5.	Инспираторно налягане от 1 до 99 mbar;
16.6.	Задаване на РЕЕР в граници от 0 до 50 mbar;
16.7.	Подпомагане по налягане в граници от 0 до 45 mbar;
16.8.	Чувствителност на тригера от 1 до 15 л/мин.;
16.9.	Кислородна концентрация в граници от 21 до 100%;
16.10.	etCO2-0-100mmHg/0-13.2 об.%;
17.	Наличие на акустични и визуални аларми, съпроводени с обяснителен текст;
18.	Възможност за автоматично спонтанно дишане с атмосферен въздух при отпадане на захранването с газове;
19.	Апарата трябва да притежава следната окомплектовка:
19.1	Количка за транспорт;
19.2	Пациентна система за възрастни и деца;
19.3	Захранващ шланг за кислород;
19.4	Сензор капнометрия;
19.5	Сензор за поток – мин 5 бр. еднократни или 2 бр. многократни автоклавируеми;
20.	Наличие на потребителски интерфейс на български език в рамките на до 6 месеца след доставката; - Доказва се с декларация;
21.	Възможност за надграждане на апарата с допълнителни функции;
ОП №2	<i>„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация за деца и възрастни без включена капнометрия“ – 1 бр</i>
1.	Възможност за продължително обдишване на възрастни и деца с инвазивни и неинвазивни режими на вентилация.
2.	Наличие на следните режими на механична вентилация или еквивалентни:
2.1	Контролирани по налягане: CPAP; PCV; P-A/C; PC-SIMV; PSV; beLevel; APRV; S; S/T; T.

2.2	Контролирани по обем VCV; V-A/C; VC-SIMV;
2.3	Неинвазивни режими: CPAP; PSV; P-A/C; in CPAP; beLevel;
2.4	Апнея-вентилация;
3.	Възможност за определяне на долни и горни граници на основни параметри за дихателният режим;
4.	Наличие на тигер по поток;
5	Наличие на автоматично захранване със сгъстен въздух чрез вградена турбина, позволяваща мобилност за вътрешноболниен транспорт;
6.	Възможност за автоматично превключване на газа при проблем с O <sub>2</sub> ;
7.	Възможност на автоматична компенсация на утечки;
8.	Възможност за автоматична програма за аспирация-обогаляване със 100% кислород за 120 сек.; време за аспирация 120 сек.
9.	Наличие на функция „въздишка“;
10.	Пневматичен порт за включване на небулайзер, синхронизиран с инспириума;
11.	Наличие на вградена батерия осигуряваща захранване минимум 180 мин. При отпадане на мрежово захранване и работа в автономен режим;
12.	Наличие на сензорен цветен дисплей реагиращ на докосване, с размер минимум 13 инча, за управление на апарата, както и за графично и цифрово мониториране на основните параметри за вентилация.
13.	Едношлангов и кръгов вариант на обдишващата система;
14.	Върху дисплея да се изобразяват следните параметри:
14.1	Графики в реално време за налягане, поток, обем;
14.2	Таблицы на трендове;
14.3	Журнал;
14.4	Налягане в дихателните пътища;
14.5	Минутна вентилация;
14.6.	Инспираторна концентрация на кислорода;
14.7.	Дихателен обем;
14.8.	Дихателна честота;
14.9.	Къмплаянс и Резистънс.
14.10.	Анимиран бял дроб;
15.	Минимални технически параметри:
15.1.	Честота на обдишване в граници 2/мин – 80/мин;
15.2.	Съотношение на инспириум към експириум мин I:E 1:10; 5:1
15.3.	Инспираторно време в граници 0,2 до 10 сек;
15.4.	Еднократен обм /тридален/ от 0,04 до 2 л.;
15.5.	Инспираторно налягане от 1 до 99 mbar;
15.6.	Задаване на РЕЕР в граници от 0 до 50 mbar;
15.7.	Подпомагане по налягане в граници от 0 до 45 mbar;
15.8.	Чувствителност на тригера от 1 до 15 л/мин.;
15.9.	Кислородна концентрация в граници от 21 до 100%;
16.	Наличие на акустични и визуални аларми, съпроводени с обяснителен текст;

17.	Възможност за автоматично спонтанно дишане с атмосферен въздух при отпадане на захранването с газове;
18.	Апарата трябва да притежава следната окомплектовка:
18.1	Количка за транспорт;
18.2	Пациентна система за възрастни и деца;
18.3	Захранващ шланг за кислород;
18.4	Сензор за поток – мин 5 бр. еднократни или 2 бр. многократни автоклавируеми;
19.	Наличие на потребителски интерфейс на български език в рамките на до 6 месеца след доставката; - Доказва се с декларация
20.	Възможност за надграждане на апарата с допълнителни функции;

### **3.Условия на плащане и фактуриране:**

Заплащането на стоките по договора се извършва в български лева, по банков път, по следната схема:

- 20 % - при подписване на договора за доставка;
- 50% - при доставка на апаратурата;
- 30 % - до 30 дни след пускане в експлоатация.

### **5. Срок за изпълнение на поръчката:**

Срокът за изпълнение и доставка на медицинската апаратура по настоящата обществена поръчка е до 60(шестдесет) календарни дни считано от датата на подписване на договора.

В офертите си участниците следва да посочат срок за доставка на цялото количество медицинска апаратура с всички подпозиции от обособената позиция за които участват, предмет на възлаганата обществена поръчка в реално число и в календарни дни.

### **6. Гаранционен срок**

Предлаганата медицинска апаратура трябва да има включен безплатен гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок.

Предложената от участникът медицинска апаратура следва да има гаранционен срок не по-малко от 24 (шестдесет) месеца, считано от датата на въвеждането ѝ в експлоатация. Гаранционният срок включва труд, транспорт на квалифицирани специалисти, профилактики, замяна на дефектни части и др. разходи по гаранционно обслужване на медицинската апаратура.

Предлаганата медицинска апаратура трябва да има осигурен безплатен гаранционен сервиз на мястото на експлоатация. Срок на реакция до 24 часа /в работни дни/ и до 72 часа /в почивни дни/ от подаване на писмена заявка от възложителя. Срок за отстраняване на повреда до 3 работни дни от констатиране на гаранционната повреда и/или дефект. В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на три работни дни, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.

Предлаганата медицинска апаратура трябва да бъде комплектована с всички необходими захранващи кабели и приспособления, необходими за нейната експлоатация и отговарящи на изискванията на производителите и на българските държавни стандарти.

При определяне на изпълнител за доставка на медицинска апаратура за съответната обособена позиция - Участникът избран за изпълнител следва да представи документация за предлаганата медицинска апаратура и инструкция за експлоатация на български език при доставката на медицинската апаратура.

Участникът следва да представи условията за гаранционно поддържане на предлаганата медицинска апаратура.