

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. Предмет на настоящата поръчка е „Доставка на фабрично нова резервна част - комплект ренгенова тръба, съвместима с графичен ренгенов апарат DE Definium 6000”

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Описание: След проведеното публично състезание по ЗОП и сключен договор с изпълнител ще бъде направена и самата доставка на ренгеновата тръба.

2. Техническа спецификация и базови изисквания

Ренгенова тръба MX100 или еквивалентна със следните параметри:

- Диаметър на анода: 4 инча
- Голям фокус: 1.25 mm
- Малък фокус: 0.6 mm
- Топлинен капацитет: 260kJ (350kHU)
- Скорост на топлоотдаване на анода мин. 75kHU/min
- Максимален топлинен капацитет на хаубе: мин. 1500kHU
- Скорост на топлоотдаване на хаубе: мин. 740W
- Максимално анодно напрежение: 150kV
- Наличие на термо защита
- Наличие на защита при високо налягане