


**Притурка към Официален вестник на Европейския съюз**

 Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>
**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА**  
**Директива 2014/24/ЕС / ЗОП**

- Проект на обявление  
 Обявление за публикуване

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН**

<b>I.1) Наименование и адреси <sup>1</sup> (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)</b>			
Официално наименование: МБАЛ Д-р Тота Венкова АД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 107507217	
Пощенски адрес: ул. Д-р Илиев Детския 1			
Град: Габрово	код NUTS: BG322	Пощенски код: 5300	Държава: BG
Лице за контакт: Милена Йорданова		Телефон: +359 66800638	
Електронна поща: targovembalgabrovo@gmail.com		Факс: +359 66800243	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://mbalgabrovo.com/">http://mbalgabrovo.com/</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://zop.mbalgabrovo.com/">http://zop.mbalgabrovo.com/</a>			
<b>I.2) Съвместно възлагане</b>			
<input type="checkbox"/> Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:			
<input type="checkbox"/> Поръчката се възлага от централен орган за покупки			
<b>I.3) Комуникация</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) <a href="http://zop.mbalgabrovo.com/auction/255">http://zop.mbalgabrovo.com/auction/255</a>			
<input type="checkbox"/> Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL) Допълнителна информация може да бъде получена от			
<input checked="" type="checkbox"/> Горепосоченото/ите място/места за контакт <input type="checkbox"/> друг адрес: (моля, посочете друг адрес)			
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени			
<input type="checkbox"/> електронно посредство: (URL) <input checked="" type="checkbox"/> горепосоченото/ите място/места за контакт <input type="checkbox"/> до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)			
<input type="checkbox"/> Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)			
<b>I.4) Вид на възлагащия орган</b>			
<input type="checkbox"/> Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения <input type="checkbox"/> Национална или федерална агенция/служба <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба		<input checked="" type="checkbox"/> Публичноправна организация <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация <input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<b>I.5) Основна дейност</b>			
<input type="checkbox"/> Общи обществени услуги <input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура <input type="checkbox"/> Социална закрила	

<input type="checkbox"/> Обществен ред и безопасност	<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание
<input type="checkbox"/> Околна среда	<input type="checkbox"/> Образование
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input checked="" type="checkbox"/> Здравеопазване	

**РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ****II.1) Обхват на обществената поръчка**

<b>II.1.1) Наименование:</b> „Доставка чрез предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“ Референтен номер: <sup>2</sup>
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 33600000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
<b>II.1.4) Кратко описание:</b> „Доставка чрез предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“ разделена в 5 броя позиции, подробно описани в ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
<b>II.1.5) Прогнозна обща стойност:<sup>2</sup></b> Стойност, без да се включва ДДС: 84178.00 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
<b>II.1.6) Разделяне на обособени позиции</b> Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Оферти могат да бъдат подавани за <input checked="" type="checkbox"/> всички обособени позиции <input type="checkbox"/> максимален брой обособени позиции: <input type="checkbox"/> само една обособена позиция <input type="checkbox"/> Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: <input type="checkbox"/> Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

**РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция****II.2) Описание <sup>1</sup>**

<b>II.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Обособена позиция 1: Автоматичен анализатор за глюкоза – 1 брой Обособена позиция №: 1 <sup>2</sup>
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b> Основен CPV код: <sup>1</sup> 33100000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____ Основен CPV код: <sup>1</sup> 33159000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____
<b>II.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: Клинична лаборатория код NUTS: <sup>1</sup> BG322
<b>II.2.4) Описание на обществената поръчка:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) Технически изисквания: -Автоматичен анализатор за количествено, бързо определяне на глюкоза в хемолизирана пълна кръв

-Обем на пробата – не повече от 20 µl  
 -Принцип на измерване за глюкозата: ензимен амперометричен  
 -Диапазон на измерване – глюкоза 0.5-50 mmol/l  
 -Точност – <1.5% с 216.2 mg/dl или 12 mmol/l  
 -Производителност: не по-малко от 120 проби на час  
 -Да позволява едновременно зареждане най-малко 40 пациентни проби  
 -Вграден термопринтер  
 -Диск за проби съставен от отделни подвижни сегменти за улеснено транспортиране на пробите  
 -Автоматична система за качествен контрол  
 -Връзка с информационна система  
 Прогнозен месечен брой на изследванията 1750 бр/ Прогнозен годишен брой на изследванията 21000 бр

**П.2.5) Критерии за възлагане** Критериите по-долу Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 20 Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 20 Цена - Тежест: 21 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка**П.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 7000 Валута: BGN  
 (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

**П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки**

Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: \_\_\_\_\_

или

Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да  Не 

Описание на подновяванията:

**П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени**

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: \_\_\_\_\_

или Предвиден минимален брой: \_\_\_\_\_ / Максимален брой: 2 \_\_\_\_\_

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

---



---



---



---

**П.2.10) Информация относно вариантите**

Ще бъдат приемани варианти

Да  Не **П.2.11) Информация относно опциите**

Опции

Да  Не 

Описание на опциите:

**П.2.12) Информация относно електронни каталози** Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог**П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да  Не 

Идентификация на проекта:

**П.2.14) Допълнителна информация:****РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция****П.2) Описание <sup>1</sup>****П.2.1) Наименование: <sup>2</sup>**

Обособена позиция 2: Кръвно газов анализатор – 1 брой

Обособена позиция №: 1

2

**П.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>**Основен CPV код: <sup>1</sup> 33100000Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> \_\_\_\_\_Основен CPV код: <sup>1</sup> 33159000Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> \_\_\_\_\_**П.2.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

Клинична лаборатория

код NUTS:<sup>1</sup> BG322**П.2.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Технически изисквания:

- Минимални изисквания: Анализаторът да има възможност за бърза и удобна подмяна на ползваните буфери и отпадни течности /касета/, без бутилки с калибрационни газове
- Принцип на измерване: посредством сменяеми, необслужваеми електроди.
- Измервани параметри:
  - рН – концентрация на водородни йони
  - рО<sub>2</sub> – Парциално налягане на кислорода в mmHg или kPa
  - рСО<sub>2</sub> – Парциално налягане на въглеродния двуокис, в mmHg или kPa
  - В – Барометрично налягане
- Изчислени показатели на база измерените параметри: да предлага не по-малко от следните изчислени показатели с клинично значение за определяне на респираторния и кардиологичния статус на пациента; ТСО<sub>2</sub> (Total carbon Dioxide); НСО<sub>3</sub> (Bicarbonate); ВЕв (Base EXcess in blood); ВЕест (Base Excess in extracellular fluid); SBC (Standard Bicarbonate); %SО<sub>2</sub>c (Oxygen Saturation calc. at normal P50);
- Обем и тип на пробата:
  - Макс. обем проба – до 75 µL
  - Възможност за подаване на пробата от капилярка и директно от спринцовка
  - Подмяна на буфери и отпадни течности без биологична опасност за персонала
- Минимална производителност:
  - Не по-малко от 25 пълни изследвания за 1 час.
- Качествен контрол и калибрация:
  - Наличност на програма за вътрелабораторен качествен контрол;
  - Статистическа обработка на последните 30 резултата от контролни проби;
- Допълнителни софтуерни и хардуерни изисквания:
  - Да има вграден принтер
  - Да има възможност за свързване към болнична информационна система..
  - При определянето на цената на един брой изследване /респективно прогнозният месечен наем/ участниците следва да се съобразят, че всички консумативи, влизат в стойността на наема. За изчисляване и определяне на точната наемна цена Възложителят предвижда да използва капилярки, тапички, бъркалки, почистващ разтвор.
  - Материалите за качествен контрол също следва да бъдат включени при

определянето на цената на един брой изследване/ респективно прогнозния месечен наем. По отношение на анализирания нива – достатъчно е един брой контролен материал за анализирание 1 път дневно.

• В заложения от възложителя прогнозен месечен брой изследвания са включени и анализирания на контролните материали и калибрациите. Прогнозен месечен брой на изследванията: 545 бр / Прогнозен годишен брой на изследванията 6 540 бр

### П.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 20

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 20

Цена - Тежест: 21

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

### П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 11118 Валута: BGN  
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

### П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: \_\_\_\_\_  
или

Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да  Не

Описание на подновяванията:

### П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: \_\_\_\_\_

или Предвиден минимален брой: \_\_\_\_\_ / Максимален брой: 2 \_\_\_\_\_

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

### П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да  Не

### П.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да  Не

Описание на опциите:

### П.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

### П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да  Не

Идентификация на проекта:

### П.2.14) Допълнителна информация:

**РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция****II.2) Описание <sup>1</sup>****II.2.1) Наименование: <sup>2</sup>**

Обособена позиция 3: Автоматичен биохимичен анализатор – 1 брой  
 Обособена позиция №: 3  
 2

**II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>**

Основен CPV код: <sup>1</sup> 33100000

Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> \_\_\_\_\_

Основен CPV код: <sup>1</sup> 33159000

Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> \_\_\_\_\_

**II.2.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

Клинична лаборатория

код NUTS:<sup>1</sup> BG322

**II.2.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Технически изисквания:

- Минимални изисквания: Апаратът да бъде напълно автоматичен, селективен, биохимичен анализатор, настолен тип.
- Принципи на измерване - фотометрия, турбидиметрия, поляризационна флуориметрия, йон-селективен анализ
- Измервани параметри: Гликиран хемоглобин Hb A1C, Алкална Фосфатаза; АСАТ; АЛАТ; ГГТ; Алфа амилаза; КФК - MASS/ активност; КФК общ; ЛДХ; С` реактивен протеин - кол /CRP/; Билирубин общ; Билирубин директен; Глюкоза; HDL холестерол; Триглицериди; Холестерол; Креатинин - серум; Урея; Пикочна киселина; Албумин; Общ белтък; Калий; Натрий; Хлориди; Калций; Фосфор; Желязо; ЖСК; Магнезий; Белтък кол-во; Микроалбуминурия.
- Апаратът да бъде с производителност минимум 400 теста на час /включително ISE/;
- Капацитет от 36 теста при зареждане с 2 /два/ микропипетора за реагенти и проби.
- Апаратът да бъде затворена система за реактиви- реактиви готови за употреба.
- Апаратът да може да работи с различни видове проба - серум, плазма, урина, ликвор, хемолизат и пълна кръв.
- Апаратът да може да работи с различни видове контейнери за проби: първични епруветки (от 5 до 10мл) и със пробни стандартни чашки;
- Апарата да работи с обем на пробата от 2 до 10 µL на тест, ISE индиректен между 20-25 µL; ISE директен между 95-100 µL
- Възможност за незабавно изработване на спешните проби без да се прекъсва рутинната работа.
- Апарат да може непрекъснато да се подават проби по време на работа.
- Апарата да има вграден хладилник - с охлаждане 24 часа за реактивите на борда на анализатора, което да осигурява стабилност на реактива до 3 месеца.
- Апарата да извършва автоматична калибрация и да има вградена система за качествен контрол;
- Резервоар за мин.1000 кювети за еднократна употреба с реакционен обем 120 до 240 µL, с възможност за непрекъснато зареждане на резервоара за кювети;
- Консумацията на водата да е максимум 2,3 л на час в работен режим на апарата;
- Памет- съхранение на информация минимум 100 000 проби
- Да е окомплектован с компютърна система и бар-код четец.
- Наличие на двупосочен RS232 интерфейс с възможност за свързване с външен принтер и информационната система на лечебното заведение.

- Апарата да притежана софтуер, който автоматично да проследява необходимостта от сервиз и алармира потребителя.
- При определянето на цената на един брой изследване /респективно прогнозият месечен наем/ участниците следва да се съобразят, че всички консумативи, влизат в стойността на наема. За изчисляване и определяне на точната наемна участника следва да включи всички реактиви, консумативи, контроли, калибратори, буфери, референтни разтвори, игли и др. консумативи и реактиви, които са пряко свързани с правилната употреба на апарата и извършването на необходимите за Възложителя изследвания.
- Материалите за качествен контрол също следва да бъдат включени при определянето на цената на един брой изследване/ респективно прогнозият месечен наем.

2.3.2. Прогнозни месечни и годишни изследвания на апарата по видове изследвания:

№ по ред Показатели Годишно потребление

Хематологични изследвания		
1	Гликиран хемоглобин Hb A1C	372бр
Ензими		
2	Алкална Фосфатаза	2172бр
3	АСАТ	15924 бр
4	АЛАТ	14688бр
5	ГГТ	1476 бр
6	Алфа амилаза	1320бр
7	КФК – MASS/ активност	2076бр
8	КФК общ	2040бр
9	ЛДХ	72бр
Субстрати		
10	С реактивен протеин – кол /CRP/	1980бр
11	Билирубин общ	4908бр
12	Билирубин директен	2676бр
13	Глюкоза	5592бр
14	HDL холестерол	1428бр
15	Триглицериди	4068 бр
16	Холестерол	4155бр
17	Креатинин – серум	19980бр
18	Урея	6204бр
19	Пикочна киселина	2208бр
20	Албумин	3204бр
21	Общ белтък	5952бр
Електролити		
22	Калий	14184бр
23	Натрий	14184бр
24	Хлориди	14184бр
25	Калций	2184бр
26	Фосфор	612бр
27	Желязо	1224бр
28	ЖСК	912бр
29	Магнезий	24бр
Урина		
30	Белтък кол-во	312бр
31	Микроалбуминурия	264бр

### II.2.5) Критерии за възлагане

- Критериите по-долу
- Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 20
- Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 20
- Цена - Тежест: 21
- Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

### II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 32420 Валута: BGN

<i>(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)</i>	
<b>П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки</b>	
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Описание на подновяванията:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени</b> (с изключение на открити процедури)	
Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: <sup>2</sup> _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____	
<b>П.2.10) Информация относно вариантите</b>	
Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>П.2.11) Информация относно опциите</b>	
Опции Описание на опциите:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>П.2.12) Информация относно електронни каталози</b>	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
<b>П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз</b>	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>П.2.14) Допълнителна информация:</b> _____ _____	

**РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция****П.2) Описание <sup>1</sup>**

<b>П.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Обособена позиция 4: Автоматичен хематологичен анализатор – 1 брой Обособена позиция №: 4 2	
<b>П.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b> Основен CPV код: <sup>1</sup> 33100000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____ Основен CPV код: <sup>1</sup> 33159000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____	
<b>П.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: Клинична лаборатория код NUTS: <sup>1</sup> BG322	



**П.2.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Технически изисквания:

-пълен автомат с триделно диференциално изброяване:

Изследвани параметри мин. 20: RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW%, RDW abs, PCT, PDW, LPCR, LYM abs, MID abs, GRAN abs, LYM%, MID%, GRAN%

Проследяване кривите на разпределение за RBC, WBC, PLT

-Производителност : да изработва не по-малко от 60 пациентни проби на час заедно с хистограмите ;

-сензорен екран

-Автоматична и ръчна калибрация на параметрите;

-Ниска консумация на работни реактиви - 2 реактива;

-Да предлага възможност за диференцирано изследване на венозна и капилярна кръв през отделни входове - затворена епруветка с пробиване /вакутейнер/, микрокапилярка, венозна кръв с разреждане - pre-dilution mode;

-С вграден модул за автоматично подаване и анализ на първични епруветки, аспирационен тип с бутало или с вакуум ;

-Да има програма за качествен контрол SD, CV, X<sub>m</sub>;

-Да изпълнява автоматична корекция за HGB при много високи стойности на WBC;

-Коефициент CV: WBC ≤ 1.8%, RBC ≤ 1.1%, PLT ≤ 3.3%, HGB ≤ 1.0% ;

-Памет за не по-малко от 50000 проби;

-Връзка с информационна система и в комплект с външен/ вътрешен бар код четец: 1 x USB, 4 x USB host, 1 LAN port

-Да е комплектован с принтер

•При определянето на цената на един брой изследване /респективно прогнозният месечен наем/ участниците следва да се съобразят, че всички консумативи, влизат в стойността на наема. За изчисляване и определяне на точната наемна цена Възложителят предвижда да използва реактиви, контроли, калибратори, и системни консумативи.

•В заложения от възложителя прогнозен месечен брой изследвания са включени и анализирани контролните материали и калибрациите.

Прогнозен месечен брой на изследванията 2440 бр/ Прогнозен годишен брой на изследванията 29 280 бр

**П.2.5) Критерии за възлагане**

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 20

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 20

Цена - Тежест: 21

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

**П.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 14640 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

**П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки**

Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: \_\_\_\_\_

или

Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да  Не

Описание на подновяванията:

**П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени**

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: \_\_\_\_\_

или предвиден минимален брой: _____ / максимален брой: <sup>2</sup> _____	
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
_____	
_____	
_____	
_____	
<b>П.2.10) Информация относно вариантите</b>	
Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>П.2.11) Информация относно опциите</b>	
Опции	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Описание на опциите:	
<b>П.2.12) Информация относно електронни каталози</b>	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
<b>П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз</b>	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	
<b>П.2.14) Допълнителна информация:</b>	
_____	
_____	

## РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция

### П.2) Описание <sup>1</sup>

<b>П.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b>	
Обособена позиция 5: Автоматичен коагулометър - 1 брой	
Обособена позиция №: 5	
2	
<b>П.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>	
Основен CPV код: <sup>1</sup>	33100000
Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>	_____
Основен CPV код: <sup>1</sup>	33159000
Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>	_____
<b>П.2.3) Място на изпълнение</b>	
Основно място на изпълнение:	
Клинична лаборатория	
код NUTS: <sup>1</sup> BG322	
<b>П.2.4) Описание на обществената поръчка:</b>	
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)	
Технически изисквания:	
- Напълно автоматичен анализатор за кръвна коагулация за инвитро диагностика за бърз анализ на голям обем проби с висока степен на точност;	
- методи на анализ на пробите : коагулация, хромогенен и имунологичен	
- Анализирани и изчислявани параметри: PT, АРТТ, Фибриноген, TT, Protein C coagulometric; D-dimer и други;	
- Възможност за добавяне на програми за други тестове;	
- Минимален брой за едновременно анализирани параметри: не по-малко от 5;	
- Минимална производителност, в теста/час при анализ на следните параметри:	
•PT - не по-малко от 55 теста/час	

- D-dimer - - не по-малко от 15 теста/час
  - Едновременен анализ на РТ/АРТТ/Фибриноген - не по-малко от 45 теста/час
  - Възможност за едновременна работа с вакуутейнери и чашки за проби;
  - Възможност за приоритетен анализ при заявка на спешни проби;
  - Функция за автоматично разреждане на проби;
  - Възможност за ръчно въвеждане и редактиране на параметрите на калибрациите
  - Функция за детекция на нивото в контейнера на реактив и проба;
  - Вградена програма за изчисляване на статистическите параметри от качествения контрол и визуализиране на анализните контролни точки като графика;
  - Функции за качествен контрол: X-Control и L-J Control: 180 точки x 6 файла; 14 параметър;
  - Памет за минимум 500 проби и 2800 теста резултати;
  - Вграден принтер и баркод четец;
  - Сензорен екран;
  - Възможност за двупосочна комуникация и опция за свързване към болнична информационна система..
  - При определянето на цената на един брой изследване /респективно прогнозният месечен наем/ участниците следва да се съобразят, че всички консумативи, влизат в стойността на наема. За изчисляване и определяне на точната наемна цена Възложителят предвижда да използва реактиви, контроли, калибратори, и системни консумативи.
- Прогнозен месечен и годишен брой на изследванията по видове:
- № по редПоказателиГодишно потребление
- 1Протромбиново време10920бр
- 3Фибриноген 2760бр
- 4АрТТ3300бр
- 5D-димер660бр

**П.2.5) Критерии за възлагане**

- Критериите по-долу
- Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 20
- Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 20
- Цена - Тежест: 21
- Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

**П.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 19000 Валута: BGN  
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

**П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки**

Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: \_\_\_\_\_

или

Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да  Не

Описание на подновяванията:

**П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени**

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: \_\_\_\_\_

или Предвиден минимален брой: \_\_\_\_\_ / Максимален брой: 2 \_\_\_\_\_

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

<b>П.2.10) Информация относно вариантите</b> Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>П.2.11) Информация относно опциите</b> Опции Описание на опциите:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>П.2.12) Информация относно електронни каталози</b> <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
<b>П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз</b> Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>П.2.14) Допълнителна информация:</b>   	

## РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

### III.1) Условия за участие

#### III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в случай че участникът е производител, установен на територията на Република България съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ.

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предостави информация за с посочване на номер на разрешението за производство/ за търговия на едро с медицински изделия в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на възложителя информация.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП или преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да изисква от участниците, определени за изпълнители, да представят заверено копие от:  
– разрешението за производство/ за търговия на едро с медицински изделия

#### III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а: <sup>2</sup>

Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.

**III.1.3) Технически и професионални възможности**

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката и обема като попълни Списъка посочен в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В, 1б от ЕЕДОП.

Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да изиска доказателства за извършените и посочените в ЕЕДОП доставки във вид на Удостоверения/Референции/Договори или други документи с които се доказва тяхното изпълнение

2. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация с посочване на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на поръчката, издаден на името на участника в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на възложителя информация.

Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изиска доказателства за наличието и прилагането на система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на настоящата процедура във вид на сертификат.

Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

1. 1.Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка и обема, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите.

Под „дейности, които са идентични или сходни“ с предмета на обществената поръчка се разбира доставка на медицинска апаратура /или доставка на реактиви и консумативи за лабораторна апаратура.

2. Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата. Доказва се със сертификат.

Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

**III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2**

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

**III.2) Условия във връзка с поръчката 2**

**III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)**

Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

**III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:**

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10 от ЗОП и изискванията на възложителя. Участник, за когото са налице някое от основанията на чл.54, ал.1, от т.1 до т.7 включително, чл. 55, ал.1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, чл.107 от ЗОП, участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, за осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а -217, чл. 219-252, чл. 254а – 260 НК, извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ, извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се отстранява от процедурата. Участник, който предложи продукти, които не отговарят на специалните изисквания на възложителя ще бъде отстранен от процедурата.

**III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката**

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

**РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА****IV.1) Описание****IV.1.1) Вид процедура**

Открита процедура

Ускорена процедура

Обосновка:

Ограничена процедура

Ускорена процедура

Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне

Ускорена процедура

Обосновка:

Състезателен диалог

Партньорство за иновации

Публично състезание

**IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки**

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение

Рамково споразумение с един оператор

Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

**IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога**

Прилагане на поэтапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти

**IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)**

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори

**IV.1.6) Информация относно електронния търг**

Ще се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:

**IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)**Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да  Не **IV.2) Административна информация****IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура <sup>2</sup>**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□□-□□□□□□

Номер на обявлението в РОП: □□□□□□□□

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

**IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие**

Дата: 19.06.2019 дд/мм/гггг

Местно време: 16:30

**IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати <sup>4</sup>**

\_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

**IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие <sup>1</sup>**

- |   |                                     |                                       |                                    |                                    |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Английски            | <input type="checkbox"/> Ирландски  | <input type="checkbox"/> Малтийски    | <input type="checkbox"/> Румънски  | <input type="checkbox"/> Френски   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Български | <input type="checkbox"/> Испански   | <input type="checkbox"/> Немски       | <input type="checkbox"/> Словашки  | <input type="checkbox"/> Хърватски |
| <input type="checkbox"/> Гръцки               | <input type="checkbox"/> Италиански | <input type="checkbox"/> Нидерландски | <input type="checkbox"/> Словенски | <input type="checkbox"/> Чешки     |
| <input type="checkbox"/> Датски               | <input type="checkbox"/> Латвийски  | <input type="checkbox"/> Полски       | <input type="checkbox"/> Унгарски  | <input type="checkbox"/> Шведски   |
| <input type="checkbox"/> Естонски             | <input type="checkbox"/> Литовски   | <input type="checkbox"/> Португалски  | <input type="checkbox"/> Фински    |                                    |

**IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата**

Офертата трябва да бъде валидна до: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

или Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

**IV.2.7) Условия за отваряне на офертите**

Дата: 20.06.2019 дд/мм/гггг

Местно време: 10:00

Място: Заседателната зала на МБАЛ Габрово

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите ще се проведе публично на указаното място и време от комисия, назначена от възложителя, при спазване на ред, определен в ЗОП и съгласно изискванията на чл.54, ал.2 от ППЗОП

**РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ****VI.1) Информация относно периодичното възлагане**

Това представлява периодично повтаряща се поръчка

Да  Не Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: <sup>2</sup>**VI.2) Информация относно електронното възлагане** Ще се прилага електронно поръчване Ще се използва електронно фактуриране Ще се приема електронно заплащане**VI.3) Допълнителна информация: <sup>2</sup>**

Възложителят съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗОП, не поставя изискване обединенията да имат правна форма, за да участват при възлагането на обществена поръчка, но поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от /три на сто/ от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума

2. банкова гаранция

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение по т.1. и т.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Условия на плащане – отсрочено, в срок не по-кратък от 60 календарни дни, след представяне на следните документи :

- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и 1 /един/ брой заверено копие;
- Приемателно-предавателен протокол със съдържащи се задължително следните реквизити в него: месечен брой изследвания по видове

Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 12 месеца считано от датата на подписване на договор

Цените не трябва да превишават прогнозните стойности зададени от възложителя за всяка позиция, както следва:

Обособена позиция № 1 – Автоматичен анализатор за глюкоза –прогнозна годишна стойност за наем в размер на 7 000,00 лв без ДДС или 8 400,00 лв с включено ДДС

Обособена позиция № 2 – Кръвно газов анализатор –прогнозна годишна стойност за наем в размер на 11 118,00 лв без ДДС или 13 341,60 лв с включено ДДС

Обособена позиция № 3 – Автоматичен биохимичен анализатор –прогнозна годишна стойност за наем в размер на 32 420,00 лв без ДДС или 38 904,00 лв с включено ДДС

Обособена позиция № 4 – Автоматичен хематологичен анализатор–прогнозна годишна стойност за наем в размер на 14 640,00 лв без ДДС или 17 568,00 лв с включено ДДС

Обособена позиция № 5 – Автоматичен коагулометър –прогнозна годишна стойност за наем в размер на 19 000,00 лв без ДДС или 22 800,00 лв с включено ДДС

Участниците представят оферта за апарат и консумативи отговарящи на минималните изисквания на Възложителя по всяка позиция, относно параметри на апарата, видове изследвания и други. Участник оферирал апарат, който не отговаря на минималните изисквания на Възложителя е основание за отстраняване на същият от участие в процедурата за тази обособена позиция.

#### VI.4) Процедури по обжалване

##### VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

срсadmin@срс.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>

##### VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация <sup>2</sup>

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

##### VI.4.3) Подаване на жалби



Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.		
<b>VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби <sup>2</sup></b>		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
<b>VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление</b> Дата: 15.05.2019 дд/мм/гггг		

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1            моля, повторете, колкото пъти е необходимо  
2            в приложимите случаи  
4            ако тази информация е известна  
20          може да бъде присъдена значимост вместо важност  
21          може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият  
критерий за възлагане, тежестта не се използва